МІНЕКОНОМРОЗВИТКУ УКРАЇНИ
Державне підприємство
«Всеукраїнський державний науково-виробничий
центр стандартизації, метрології, сертифікації
та захисту прав споживачів»
(ДП «Укрметртестстандарт»)

вул. Метрологічна, 4, м. Київ, 03143
Свідоцтво про уповноваження № ПК 001-2014 від 24 лютого 2014 р .

СВІДОЦТВО
про повірку засобу вимірювальної техніки

№ 23-23/0000912 **Чинне до 22 грудня 2019 р.**

Назва та умовне позначення
Пластина плоска скляна ПИ 60 Зав.№9866

Виробник ***"ЛЗОС" м. Литкарино***

За результатами повірки встановлено, що засіб вимірювальної техніки (далі ЗВТ) відповідає вимогам
ГОСТ 8.215-76 "ГСИ. Пластины плоские стеклянные для интерференционных измерений. Методы и средства поверки", не призначена для застосування у сфері законодавчо регульованої метрології

діаметр пластини - 60 мм; клас точності - 2

Додаток на - *стор. у* _____ *прим.*

Персонал, який виконував роботи з повірки _____ **М. В. Головко**
підпис

Місце відбитка повірочного тавра

22 грудня 2017 р.