

ZHEJIANG MEDIUNION HEALTHCARE GROUP CO.,LTD.

#31 Yaohang Street, Ningbo, China 315010

СЕРТИФІКАТ ЯКОСТІ на шапочку-кліп-берет з нетканого матеріалу /Non-woven clip-cap/

Колір	Серія:	Дата виготовлення:	Термін придатності:
Зелений	MM000039977	06.2018	05.2023
Блакитний	MM000039976	06.2018	05.2023
Білий	MM000039978	06.2018	05.2023

Матеріал:	Поліпропілен
Маса:	13 г/см ²
Розмір:	53,3 см
Колір:	Блакитний, зелений, білий
Упаковка:	100 шт./поліетиленовий пакет; 1000 шт./картонна коробка
Інструкції зберігання:	зі Зберігати в чистому сухому місці з належним провітрюванням, уникаючи потрапляння сонячного проміння.
Характеристики продукції:	Стандартний шов; нестерильний
Термін придатності:	5 років



MERCATOR MEDICAL S.A.

ul. H.Modrzejewskiej 30, 31-327 Krakow, Poland
ISO 9001

Сертифікат якості на нітрилові оглядові стерильні неприпудрені рукавички „NITRYLEX STERILE”

Розмір: S	Серія:	Дата виготовлення:	Термін придатності:
Розмір: M	Серія:	Дата виготовлення:	Термін придатності:
Розмір: L	Серія: 1805335B19L	Дата виготовлення: 05.2017	Термін придатності: 04.2021
Розмір: XL	Серія:	Дата виготовлення:	Термін придатності:

Одноразові оглядові стерильні рукавички «Nitrilex Sterile» виготовлені з нітрилу згідно з міжнародними стандартами EN 455-1, EN 455-2, EN 455-3, EN 455-4, EN ISO 13485, EN ISO 15233-1, EN 1041, EN ISO 11135-1, EN 556-1. Можуть використовуватись в харчовій промисловості.

Розміри	S, M, L, XL
Довжина, мм	240
Ширина долоні, мм	80±10, 95±10, 110±10, ≥110
Товщина кінчика пальця, мм	0,11
Товщина долоні, мм	0,10
Товщина манжети, мм	0,09
Упаковка	6 упаковок по 50 пар в ящику
Матеріал	Нітрил
Вміст пудри	< 2 мг/рукавички
Вміст латексних протеїнів	Не містять
Токсичність	Відсутня
Рівень якості AQL	Рівень контролю G-I AQL 1.0 згідно з нормою ISO 2859-1
Внутрішня поверхня	Неприпудрена
Сила розриву	
Перед старінням	6,0 N mm ⁻²
Після старіння	6,0 N mm ⁻²

Ми підтверджуємо, що наші рукавички були виготовлені і перевірені згідно зазначених вище характеристик.

MERCATOR MEDICAL S.A.

ul. H.Modrzejewskiej 30, 31-327 Krakow, Poland
ISO 9001

Сертифікат якості на нітрилові оглядові нестерильні неприпудрені рукавички „NITRYLEX BLACK”

Розмір: S	Серія: NB000005779	Дата виготовлення: 07.2018	Термін придатності: 06.2023
Розмір: M	Серія: NB000005281	Дата виготовлення: 06.2018	Термін придатності: 05.2023
Розмір: M	Серія: NB000004957	Дата виготовлення: 05.2018	Термін придатності: 04.2023
Розмір: M	Серія: NB000005780	Дата виготовлення: 07.2018	Термін придатності: 06.2023
Розмір: L	Серія: NB000005781	Дата виготовлення: 07.2018	Термін придатності: 06.2023
Розмір: XS	Серія: NB000005778	Дата виготовлення: 07.2018	Термін придатності: 06.2023
Розмір: XL	Серія: NB000004959	Дата виготовлення: 05.2018	Термін придатності: 04.2023

Одноразові оглядові нестерильні рукавички «Nitrylex Black» виготовлені з нітрилу згідно з міжнародними стандартами EN 980:2008, EN 1041:2008, EN ISO 14971:2009, EN ISO 13485:2003+AC:2009, EN 455-1:2000, EN 455-2:2009, EN 455-3:2006, EN 455-4:2009. Можуть використовуватись в харчовій промисловості.

Розміри	XS, S, M, L, XL
Довжина, мм	240
Ширина долоні, мм	≤80, 80±10, 95±10, 110±10, ≥110
Товщина кінчика пальця, мм	0,09
Товщина долоні, мм	0,06
Товщина манжети, мм	0,05
Упаковка	100 шт. в коробці, 10 коробок в ящику
Вага ящика, кг	10
Матеріал	Нітрил
Залишкова акселерація	≤ 0,02 %
Вміст латексних протеїнів	Не містять
Токсичність	Відсутня
Рівень якості	AQL 1.5
Внутрішня поверхня	Неприпудрена
Сила розриву	
Перед старінням	6,0 N mm ⁻²
Після старіння	6,0 N mm ⁻²

Ми підтверджуємо, що наші рукавички були виготовлені і перевірені згідно зазначених вище характеристик.

MERCATOR MEDICAL S.A.

ul. H.Modrzejewskiej 30, 31-327 Krakow, Poland
ISO 9001

Сертифікат якості

на халат гігієнічний нетканый

Розмір: Серія: MM000039676 Дата виготовлення: 07.2018 Термін придатності: 06.2023
XXL

Матеріал:	Поліпропілен			
Щільність:	24 г/м ²			
Розміри:	M, L, XL, XXL			
Виміри:	Розмір:	Довжина халату	Ширина халату	Довжина рукава
	M	120 см	140 см	65 см
	L	124 см	146 см	67 см
	XL	128 см	150 см	69 см
	XXL	132 см	156 см	71 см
Колір:	Блакитний, зелений			
Пакування:	10 шт./пакеті; 50 шт./коробці			
СЕ-Класифікація:	Клас I стерильний			
Інструкції щодо зберігання:	Зберігати у провітрюваному та чистому місці, березти від вологи та сонячного світла.			
Характеристики продукту:	Халат з цюлами, що не заходять одна на одну, з зав'язками в поясі та на ший. Кінці рукавів фіксуються резинкою, розмір вказаний на халаті, нестерильний.			
Термін зберігання	5 років			



Kanam Latex Industries Private Limited

3/13F, WEST PERUVILAI, VETTURNIMADAM (P.O), NAGERCOIL – 629 003
TAMIL NADU

ISO 9001 :2000 and CE Certified Company

Сертифікат якості на хірургічні не припудрені стерильні латексні рукавички з внутрішнім без латексним шаром «DermaGEL Coated»

Розмір: 6,0	Серія: 1608078C160	Дата виготовлення: 08.2016	Термін придатності: 07.2021
Розмір: 6,5	Серія: 1804331C165	Дата виготовлення: 04.2018	Термін придатності: 03.2023
Розмір: 7,0	Серія: 1805017C170	Дата виготовлення: 05.2018	Термін придатності: 04.2023
Розмір: 7,5	Серія: 1711170C175	Дата виготовлення: 11.2017	Термін придатності: 04.2022
Розмір: 8,0	Серія: 1708090C180	Дата виготовлення: 11.2017	Термін придатності: 07.2022
Розмір: 8,5	Серія: 17066037C185	Дата виготовлення: 11.2017	Термін придатності: 10.2022
Розмір: 9,0	Серія: 1704310C185	Дата виготовлення: 04.2017	Термін придатності: 03.2022

Матеріал Латекс натурального каучуку

Розміри
Мінімальні величини

Розмір		6	6.5	7	7.5
Довжина	мм	260	260	270	270
Ширина долоні	мм	77±5	83±5	89±5	95±5
Розмір		8	8.5	9.0	
Довжина	мм	270	280	280	
Ширина долоні	мм	102±6	108±6	114±6	

Товщина (одинична
стілка)
Мінімальні величини

Середній палець	мм	0,21
Долонь	мм	0,20
Манжета	мм	0,15

Фізичні властивості
Мінімальні величини

	До старіння	Після старіння
Відносне видовження при розриві (%)	920	820
Сила розриву (N)	9.0	9.0

AQL Кінцевий продукт, GL 1 AQL 1.0 (водний тест)

Пудра -

Вміст протеїнів < 50 µg/г рукавички (Модифікований метод Лоурі - EN 455-3)

Колір Кремовий

Форма Анатомічна

Манжета Підгорнутий край

Зовнішня поверхня Текстурована

Внутрішня поверхня Неприпудрена, покрита безлатексним шаром

Групова упаковка 8 x 50 пар

Стерилізація

Класифікація CE Клас Іа

Згідність зі стандартами EN 455 частини 1, 2 і 3; ISO 9001

Нотифікаційний орган Норвезький Veritas /Det Norske Veritas/ (0434)

Інструкція зберігання Зберігати від прямого сонячного світла; зберігати в холодному та сухому місці. Захищати від озону та джерела займання.

Термін придатності 3 роки



Kanam Latex Industries Private Limited

3/13F, WEST PERUVILAI, VETURNIMADAM (P.O), NAGERCOIL – 629 003
TAMIL NADU

ISO 9001 :2000 and CE Certified Company

Сертифікат якості на хірургічні стерильні неприпудрені рукавички „DERMAGEL ORTHOPEDIC”

Розмір: 6,5	Серія: 1806033C265	Дата виготовлення: 06.2018	Термін придатності: 05.2021
Розмір: 7	Серія: 1806033C270	Дата виготовлення: 06.2017	Термін придатності: 05.2021
Розмір: 7,5	Серія: 1806033C275	Дата виготовлення: 06.2018	Термін придатності: 05.2021
Розмір: 8	Серія: 1806033C280	Дата виготовлення: 06.2018	Термін придатності: 05.2021
Розмір: 8,5	Серія: 1704309C285	Дата виготовлення: 04.2017	Термін придатності: 03.2020
Розмір: 9	Серія: 1806033B290	Дата виготовлення: 06.2018	Термін придатності: 05.2021

Одноразові хірургічні стерильні рукавички „DERMAGEL ORTHOPEDIC” виготовлені із латексу натурального каучуку згідно з міжнародними стандартами CE 0434 -EN 455 частини 1,2 і 3; ISO 9001.

Розміри	6; 6,5; 7; 7,5; 8; 8,5; 9.
Довжина, мм	260, 260, 270, 270, 270, 280, 280
Ширина долоні, мм	77±5, 83±5, 89±5, 95±5, 102±5, 108±5, 114±6
Товщина середнього пальця, мм	0,29
Товщина долоні, мм	0,26
Товщина манжети, мм	0,21
Упаковка	50 пар в коробці, 6 коробок в ящику
Вага, кг	15 кг / ящик
Матеріал	Латекс натурального каучуку
Залишкова акселерація	< 0,02 %
Вміст пилки/п.в	< 50 µg/g рукавички
Токсичність	Відсутня
Рівень якості	GL I AQL 1.0 (водний тест)
Внутрішня поверхня	Неприпудрена
Відносне видовження при розриві (%)	
До старіння	900
Після старіння	840
Сила розриву (N)	
До старіння	9,0 N mm ⁻²
Після старіння	9,0 N mm ⁻²
Стерилізація	Випромінювання Гамма, доза 25 kGy
Термін придатності	3 роки

Ми підтверджуємо, що наші рукавички були виготовлені і перевірені згідно зазначених вище характеристик.



Unimax Medical Products Co., Ltd.

Special no.1, Liansai Road, Changshangkou Town, Xiantao City,
Hubei, P.R.China

СЕРТИФІКАТ ЯКОСТІ на маску лицьову неткану на резинках

Колір	Серія:	Дата виготовлення:	Термін придатності:
Блакитний	MM000039974	06.2018	05.2023
Зелений	MM000039978	06.2018	05.2023

Матеріал:	Спанбонд – Мелтблаун - Спанбонд
Маса:	ПП 25 г/м ² + фільтр 25 г/м ² + ПП 25 г/м ² = 70 г/м ²
Розмір:	17,5 см x 9,5 см
Колір:	Блакитний, синій, зелений
Упаковка:	50 шт./коробка; 2000 шт./картонна коробка
Інструкції зі зберігання:	Зберігати в чистому сухому місці з належним провітрюванням, уникаючи потрапляння сонячного проміння.
Характеристики продукції:	Маска лицьова на резинках. М'яка нить з пластику допомагає масці підтримувати однорідну структуру, без утворення волокон. Надмічне зшивання. Без латексу
Термін придатності:	5 років



Kanam Latex Industries Private Limited

3/13F, WEST PERUVILAI, VETTURNIMADAM (P.O), NAGERCOIL - 629 003
TAMIL NADU

ISO 9001 :2000 and CE Certified Company

Сертифікат якості на хірургічні стерильні припудрені рукавички „COMFORT POWDERED”

Розмір: 6,0	Серія: 1806033A160	Дата виготовлення: 06.2018	Термін придатності: 05.2023
Розмір: 6,5	Серія: 1806033A165	Дата виготовлення: 06.2018	Термін придатності: 05.2023
Розмір: 7,0	Серія: 1806033A170	Дата виготовлення: 06.2018	Термін придатності: 05.2023
Розмір: 7,5	Серія: 1806033A175	Дата виготовлення: 06.2018	Термін придатності: 05.2023
Розмір: 8,0	Серія: 1806033A180	Дата виготовлення: 06.2018	Термін придатності: 05.2023
Розмір: 8,5	Серія: 1802255A185	Дата виготовлення: 02.2018	Термін придатності: 01.2023
Розмір: 9,0	Серія: 1609120A190	Дата виготовлення: 09.2016	Термін придатності: 08.2021

Одноразові хірургічні стерильні рукавички „COMFORT POWDERED” виготовлені з латексу натурального каучуку згідно з міжнародними стандартами CE 0434 - EN 455 частини 1,2 і 3, ISO 9001.

Розміри	6; 6,5; 7,0; 7,5; 8,0; 8,5; 9,0
Довжина, мм	260, 260, 270, 270, 270, 280, 280
Ширина долоні, мм	77±5, 83±5, 89±5, 95±5, 102±6, 108±6, 114±6
Товщина кінчика пальця, мм	0,20
Товщина манжети, мм	0,14
Товщина долоні, мм	0,19
Упаковка	50 пар в коробці, 8 коробок в ящику
Вага, кг	15 кг / ящик
Матеріал	Латекс натурального каучуку
Залишкова акселерація	< 0,02 %
Вміст протеїнів	< 100 µg/g
Токсичність	Отсутствует
Рівень якості	GL I AQL 1.0
Пудра	Кукурудзяний крохмаль USP xx 1
Відносне видовження при розриві (%)	
До старіння	900
Після старіння	840
Сила розриву, (N)	
До старіння	9,0 N mm ⁻²
Після розриву	9,0 N mm ⁻²
Стерилізація	EO
Термін придатності	5 років

Ми підтверджуємо, що наші рукавиці були виготовлені і перевірені згідно зазначених вище характеристик.

MERCATOR MEDICAL S.A.

ul. H.Modrzejewskiej 30, 31-327 Krakow, Poland
ISO 9001

Сертифікат якості на нітрилові оглядові нестерильні неприпудрені рукавички „NITRYLEX PF CLASSIC”

Розмір: XS	Серія: KS NB000005237	Дата виготовлення: 07.2018	Термін придатності: 06.2021
Розмір: S	Серія: KS NB000004554	Дата виготовлення: 05.2018	Термін придатності: 04.2021
Розмір: S	Серія: KS NB000005253	Дата виготовлення: 05.2018	Термін придатності: 04.2021
Розмір: M	Серія: KS NB000005254	Дата виготовлення: 07.2018	Термін придатності: 06.2021
Розмір: M	Серія: KS NB000005249	Дата виготовлення: 07.2018	Термін придатності: 06.2021
Розмір: L	Серія: KS NB000005255	Дата виготовлення: 07.2018	Термін придатності: 06.2021
Розмір: L	Серія: KS NB000005250	Дата виготовлення: 07.2018	Термін придатності: 06.2021
Розмір: XL	Серія: KS NB000001054	Дата виготовлення: 06.2017	Термін придатності: 06.2020

Одноразові оглядові нестерильні рукавички „Nitrylex PF Classic” вироблені з нітрилу згідно з міжнародними стандартами EN 980:2008, EN 1041:2008, EN ISO 14971:2009, EN ISO 13485:2003+AC:2009, EN 455-1:2000, EN 455-2:2009, EN 455-3:2006, EN 455-4:2009. Можуть використовуватись в харчовій промисловості.

Розміри	XS, S, M, L, XL
Довжина, мм	240
Ширина долоні, мм	<80, 80± 10, 95±10, 110±10, >110
Товщина середнього пальця, мм	0,06
Товщина долоні, мм	0,05
Товщина манжети, мм	0,04
Упаковка	100 шт. в коробці, 10 коробок в ящику
Вага ящика, кг	9,5
Матеріал	Нітрил
Залишкова акселерація	< 0,02 %
Вміст латексних протеїнів	Не містять
Токсичність	Відсутня
Рівень якості	G – I AQL 1.5 (водний тест)
Внутрішня поверхня	Неприпудрена
Зовнішня поверхня	Текстурована
Сила розриву	6.0 N mm ⁻²
До старіння	6.0 N mm ⁻²
Після старіння	6.0 N mm ⁻²

Ми підтверджуємо, що наші рукавички були виготовлені і перевірені згідно зазначених вище характеристик.

MERCATOR MEDICAL S.A.

ul. H. Modrzejewskiej 30, 31-327 Krakow, Poland

ISO 9001

Сертифікат якості на нитрилові оглядові нестерильні неприпудрені рукавички „NITRYLEX GREEN”

Розмір: S	Серія: NB000005420	Дата виготовлення: 08.2018	Термін придатності: 07.2021
Розмір: M	Серія: NB000000038	Дата виготовлення: 03.2017	Термін придатності: 03.2020
Розмір: M	Серія: NB000001123	Дата виготовлення: 09.2017	Термін придатності: 08.2020
Розмір: M	Серія: NB000001464	Дата виготовлення: 10.2017	Термін придатності: 09.2020
Розмір: L	Серія: NB000000039	Дата виготовлення: 03.2017	Термін придатності: 03.2020
Розмір: XS	Серія: NB000005419	Дата виготовлення: 08.2018	Термін придатності: 07.2021
Розмір: XL	Серія: NB000000041	Дата виготовлення: 03.2017	Термін придатності: 03.2020

Одноразові оглядові нестерильні рукавички «Nitrilex Green» виготовлені з нитрилу згідно з міжнародними стандартами EN 980:2008, EN 1041:2008, EN ISO 14971:2009, EN ISO 13485:2003+AC:2009, EN 455-1:2000, EN 455-2:2009, EN 455-3:2006, EN 455-4:2009. Можуть використовуватись в харчовій промисловості.

Розміри	XS, S, M, L, XL
Довжина, мм	240
Ширина долоні, мм	84, 95, 105
Товщина кінчика пальця, мм	0,09
Товщина долоні, мм	0,07
Упаковка	100 шт. в коробці, 10 коробок в ящику
Вага ящика, кг	10
Матеріал	Нітрил
Залишкова акселерація	< 0,02 %
Вміст латексних протеїнів	Не містять
Токсичність	Відсутня
Рівень якості	AQL 1.5
Внутрішня поверхня	Неприпудрена
Сила розриву	
Перед старінням	6,0 N mm ⁻²
Після старіння	6,0 N mm ⁻²

Ми підтверджуємо, що наші рукавички були виготовлені і перевірені згідно зазначених вище характеристик.

Mercator Medical Thailand Limited

88/83, WDO 12 TAMBON KAMPAENGPNET AMPHUR,
SONGKHLA, THAILAND
ISO 9001

Сертифікат якості на латексні оглядові нестерильні неприпудрені рукавички з внутрішнім безлатексним шаром „DERMAGEL COATED”

Розмір: XS	Серія: NB000004560	Дата виготовлення: 05.2018	Термін придатності: 04.2021
Розмір: S	Серія: NB000003720	Дата виготовлення: 03.2018	Термін придатності: 02.2021
Розмір: S	Серія: NB000004071	Дата виготовлення: 04.2018	Термін придатності: 03.2021
Розмір: M	Серія: NB000004024	Дата виготовлення: 04.2018	Термін придатності: 03.2021
Розмір: L	Серія: NB000002698	Дата виготовлення: 11.2017	Термін придатності: 10.2020
Розмір: XL	Серія: NB000003436	Дата виготовлення: 01.2017	Термін придатності: 12.2020

Одноразові оглядові нестерильні рукавички „DERMAGEL COATED” з внутрішнім безлатексним шаром виготовлені з латексу натурального каучуку згідно з міжнародними стандартами EN 960:2008, EN 1041:2008, EN ISO 14971:2009, EN ISO 13485:2003+AC:2009, EN 455-1:2000, EN 455-2:2009, EN 455-3:2006, EN 455-4:2009.

Розміри	XS, S, M, L, XL
Довжина, мм	240
Ширина M, L мм	80, 80±10, 95±10, 110±10, ≥110
Товщина кінчика пальця, мм	0,08
Товщина долоні, мм	0,08
Товщина манжети, мм	0,075
Упаковка	50 пар в коробці, 10 коробок в ящику
Вага ящика, кг	10
Матеріал	Натуральний латекс
Залишкова акселерація	< 0,02 %
Вміст латексних протеїнів	<50 µg/g
Токсичність	Немає
Рівень якості	G – I AQL 1.5 (водний тест)
Внутрішня поверхня	Покрита безлатексним шаром - полімерним
Відносне видовження при розриві	700
До старіння	700
Після старіння	500
Сила розриву	
До старіння	6,0 N mm ⁻²
Після старіння	6,0 N mm ⁻²

Ми підтверджуємо, що наші рукавички були виготовлені і перевірені згідно зазначених вище характеристик.

Kanam Latex Industries Private Limited

3/13F, WEST PERUVILAI, VETTURNIMADAM (P.O), NAGERCOIL – 629 003
TAMIL NADU

ISO 9001 :2000 and CE Certified Company

Сертифікат якості на хірургічні стерильні неприпудрені рукавички „COMFORT POWDER FREE”

Розмір: 6,0	Серія: 1806033B160	Дата виготовлення: 06.2018	Термін придатності: 05.2021
Розмір: 6,5	Серія: 1806033B165	Дата виготовлення: 06.2018	Термін придатності: 05.2021
Розмір: 7,0	Серія: 1806033B170	Дата виготовлення: 06.2018	Термін придатності: 05.2021
Розмір: 7,5	Серія: 1806033B175	Дата виготовлення: 06.2018	Термін придатності: 05.2021
Розмір: 8,0	Серія: 1806033B180	Дата виготовлення: 06.2018	Термін придатності: 05.2021
Розмір: 8,5	Серія: 1806033B185	Дата виготовлення: 06.2018	Термін придатності: 05.2021
Розмір: 9,0	Серія: 1806033B190	Дата виготовлення: 06.2018	Термін придатності: 05.2021

Одноразові хірургічні стерильні рукавички „COMFORT POWDER FREE” виготовлені із латексу натурального каучуку згідно з міжнародними стандартами EN 455 / ASTM.

Розміри	6,0; 6,5; 7,0; 7,5; 8,0; 8,5; 9,0.
Довжина, мм	260, 270, 280
Ширина долоні, мм	77, 83, 89, 95, 102, 108, 114
Товщина кінчика пальця, мм	0,21
Товщина манжети, мм	0,14
Товщина долоні, мм	0,19
Упаковка	50 пар в коробці, 8 коробок в ящику
Вага, кг	15 кг / ящик
Матеріал	Латекс натурального каучуку
Залишкова акселерація	< 0,02 %
Вміст латексних протеїнів	< 50 µg/g
Токсичність	Немає
Рівень якості	AQL 1.5
Внутрішня поверхня	Неприпудрена
Міра міцності ASTM D 3577 / EN 455	
До старіння	9 N mm ⁻²
Після старіння	9 N mm ⁻²
Розтягування 500 %	5,5 N mm ⁻²
Стерилізація	EO
Термін придатності	3 роки

Ми підтверджуємо, що наші рукавички були виготовлені і перевірені згідно зазначених вище характеристик.

MERCATOR MEDICAL S.A.

ul. H.Modrzejewskiej 30, 31-327 Krakow, Poland
ISO 9001

Сертифікат якості на нітрилові оглядові нестерильні непряпурені рукавички „NITRYLEX CHEMO LONG”

Розмір: XS	Серія: 0224390513XS	Дата виготовлення: 04.2017	Термін придатності: 04.2020
Розмір: S	Серія: NB000004496	Дата виготовлення: 05.2018	Термін придатності: 04.2021
Розмір: M	Серія: MM0000032518	Дата виготовлення: 12.2016	Термін придатності: 11.2019
Розмір: M	Серія: NB000004495	Дата виготовлення: 05.2018	Термін придатності: 04.2021
Розмір: M	Серія: NB000003049	Дата виготовлення: 01.2018	Термін придатності: 12.2020
Розмір: L	Серія: NB000001202	Дата виготовлення: 08.2017	Термін придатності: 07.2020
Розмір: XL	Серія: NB000003051	Дата виготовлення: 12.2017	Термін придатності: 11.2020

Одноразові оглядові нестерильні рукавички „NITRYLEX CHEMO LONG” виготовлені із нітрилу згідно з міжнародними стандартами EN 980:2008, EN 1041:2008, EN ISO 14971:2009, EN ISO 13485:2003+AC:2009, EN 455-1:2000, EN 455-2:2009, EN 455-3:2006, EN 455-4:2009.

Розміри	XS, S, M, L, XL
Довжина, мм	295
Ширина долоні, мм	<80, 80± 10, 95±10, 110±10, ≥110
Товщина кінчика пальця, мм	0,08
Товщина долоні, мм	0,06
Товщина манжети, мм	0,05
Упаковка	100 шт. в коробці, 10 коробок в ящику
Вага ящика, кг	9,5
Матеріал	Нітрил
Залишкова акселерація	< 0,02 %
Вміст латексних протеїнів	Не містять
Токсичність	Немає
Зовнішня поверхня	Текстурована на пальцях
Проникність вірусів	Тест проведено згідно з ASTM F 1671. Результат позитивний
Проникність цитостатиків	Дослідження проведені згідно з ASTM D 6978-05. Результати доступні за бажанням.
Рівень якості	G - I AQL 1.5 (водний тест)
Пудра	Не містять
Сила розриву	8,0 N mm ⁻²
До старіння	6,0 N mm ⁻²
Після старіння	6,0 N mm ⁻²

Ми підтверджуємо, що наші рукавички були виготовлені і перевірені згідно зазначених вище характеристик.

Mercator Medical Thailand Limited

88/83, WDO 12 TAMBON KAMPAENGPHEP AMPHUR,
SONGKHLA, THAILAND
ISO 9001

Сертифікат якості на латексні оглядові нестерильні неприпудрені рукавиці „COMFORT POWDER FREE”

Розмір: XS	Серія: AR NB000000414	Дата виготовлення: 05.2017	Термін придатності: 04.2022
Розмір: S	Серія: AR NB0000005190	Дата виготовлення: 07.2018	Термін придатності: 06.2021
Розмір: S	Серія: AR MM000035571	Дата виготовлення: 05.2017	Термін придатності: 05.2022
Розмір: M	Серія: AR NB0000005191	Дата виготовлення: 07.2018	Термін придатності: 06.2021
Розмір: M	Серія: AR NB0000002947	Дата виготовлення: 12.2017	Термін придатності: 11.2020
Розмір: L	Серія: AR NB0000005191	Дата виготовлення: 07.2018	Термін придатності: 06.2021
Розмір: L	Серія: AR NB000000192	Дата виготовлення: 06.2018	Термін придатності: 06.2021
Розмір: XL	Серія: AR 0403210711XL	Дата виготовлення: 06.2011	Термін придатності: 07.2016

Одноразові оглядові нестерильні рукавиці „COMFORT POWDER FREE” виготовлені із латексу натурального каучуку згідно з міжнародними стандартами EN 980:2008, EN 1041:2008, EN ISO 14971:2009, EN ISO 13485:2003+AC:2009, EN 455-1:2000, EN 455-2:2009, EN 455-3:2006, EN 455-4:2009.

Розміри	XS; S; M; L; XL
Довжина, мм	240
Ширина долоні, мм	80, 80±10, 95±10, 110±10, ≥110
Товщина кінчика пальця, мм	0,10
Товщина долоні, мм	0,08
Товщина манжети, мм	0,075
Упаковка	100 шт. в коробці, 10 коробок в ящику
Вага ящика, кг	8
Матеріал	Латекс натурального каучуку
Залишкова акселерація	< 0,02 %
Вміст латексних протеїнів	< 50 µg/g
Токсичність	Немає
Рівень якості	G- I AQL 1.5 (водний тест)
Внутрішня поверхня	Не припудрена
Відносне видовження при розриві (%)	
До старіння	700
Після старіння	500
Сила розриву	
До старіння	6,0 N mm ⁻²
Після старіння	6,0 N mm ⁻²
Товщина кінчика пальця, мм	4,8 mm ⁻²

Ми підтверджуємо, що наші рукавиці були виготовлені і перевірені згідно зазначених вище характеристик.

