

# Yimi Life YM101



**Пульсоксиметр**  
Инструкция по применению



# РУССКИЙ

## Содержание:

1. Комплект поставки.....	4	8. Применение	17
2. Использование по назначению	4	9. Оценка результатов измерения	19
3. Для ознакомления	4	10. Чистка и уход	21
4. Пояснения к символам	6	11. Хранение	22
5. Предостережения и указания по		12. Утилизация	22
технике безопасности	8	13. Что делать при возникновении	
6. Описание прибора	14	неполадок?	23
7. Подготовка к работе	15	14. Технические характеристики	25
7.1 Установка батареек	16		
7.2 Прикрепление ремешка			
для ношения	17		

## **Уважаемый покупатель,**

благодарим Вас за выбор продукции нашей фирмы. Мы производим современные, тщательно протестированные, высококачественные изделия для обогрева, измерения массы, артериального давления, температуры тела, пульса, для легкой терапии, массажа, косметического ухода, ухода за детьми и очистки воздуха. Внимательно прочтите данную инструкцию по применению, сохраняйте ее для последующего использования, храните ее в месте, доступном для других пользователей, и следуйте ее указаниям.

С наилучшими пожеланиями,  
компания Yimi Life и Niceprice.

## **1. Комплект поставки**

Пульсоксиметр YM101

Ремешок для ношения

Сертификат и инструкция на англ. языке

## **2. Использование по назначению**

Пульсоксиметр YM101 предназначен исключительно для определения степени насыщения кислородом ( $SpO_2$ ) и частоты сердечных сокращений (частоты пульса). Пульсоксиметр пригоден как для личного пользования (дома), так и для использования в медицинских учреждениях (больницах и т. п.).





## **3. Для ознакомления**









Пульсоксиметр YM101 предназначен для неинвазивного измерения степени насыщения кислородом ( $SpO_2$ ) артериальной крови, частоты сердечных сокращений (частоты пульса) и индекса перфузии (PI%). Степень насыщения кислородом показывает, сколько процентов гемоглобина в артериальной крови насыщено кислородом. Поэтому она является важным параметром для оценки дыхательной функции. В пульсоксиметре для измерения используются два световых луча с разной длиной волн, которые внутри корпуса попадают на вложенный палец. Причиной низкого показателя насыщения кислородом в


большинстве случаев являются заболевания (заболевания дыхательных путей, астма, сердечная недостаточность и т. д.). У людей с низким показателем степени насыщения кислородом часто встречаются следующие симптомы: одышка, учащение сердечного ритма, снижение работоспособности, нервозность и обильное потоотделение. В случае хронического и выявленного снижения степени насыщения кислородом необходимо постоянное наблюдение с помощью пульсоксиметра и контроль врача. Резкое снижение степени насыщения крови кислородом, с сопровождающими симптомами и без них, требует врачебного осмотра. В этом случае речь может идти о ситуации, опасной для жизни. Поэтому пульсоксиметром рекомендуется пользоваться, прежде всего, пациентам из группы риска, таким как лица с сердечными заболеваниями, астматики, а также спортсменам и здоровым людям, которым приходится двигаться на большой высоте над уровнем моря (например, альпинистам, горнолыжникам или летчикам-спортсменам).

## 4. Пояснения к символам

В инструкции по применению, на упаковке и на типовой табличке прибора используются следующие символы:

	<b>ПРЕДОСТЕРЕЖЕНИЕ</b> Предупреждает об опасности травмирования или ущерба для здоровья.
	<b>ВНИМАНИЕ</b> Указывает на возможные повреждения прибора или принадлежностей
	<b>Указание</b> Отмечает важную информацию
	Соблюдайте инструкцию по применению
<b>%SpO<sub>2</sub></b>	Степень насыщения кислородом гемоглобина артериальной крови (в процентах)
<b>PR bpm</b>	Частота пульса (число сердечных сокращений в минуту)

	Утилизация прибора в соответствии с Директивой по отходам электрического и электронного оборудования – WEEE (Waste Electrical and Electronic Equipment)
	Не утилизировать с бытовым мусором батарейки, содержащие токсичные вещества
	Производитель
Storage 	Допустимая температура хранения и влажность воздуха
Operating 	Допустимая рабочая температура и влажность воздуха
	Аппликатор типа BF
SN	Серийный номер
 0483	Символ CE подтверждает соответствие основным требованиям директивы о медицинских изделиях 93/42/EEC.
	Дата изготовления

	Подавление сигнала тревоги
IP 22	Прибор защищен от проникновения твердых тел размером $\geq 12,5$ мм и капель воды, падающих под углом

## 5. Предостережения и указания по технике безопасности

Внимательно прочтите данную инструкцию по применению! Несоблюдение нижеследующих указаний может привести к материальному ущербу или травмированию людей. Сохраните эту инструкцию и держите её в месте, доступном для других пользователей. Передавайте прибор другим пользователям вместе с инструкцией по применению.



### **ПРЕДОСТЕРЕЖЕНИЕ**

- Проверьте комплектность поставки.
- Регулярно проверяйте пульсоксиметр, чтобы убедиться, что перед использованием прибор не получил каких-либо видимых повреждений и батарейки имеют достаточный заряд.
- Не используйте дополнительные детали, которые не рекомендованы производителем и не предлагаются в качестве принадлежностей.



- Ни в коем случае не открывайте прибор и не ремонтируйте его самостоятельно, поскольку надежность функционирования в таком случае больше не гарантируется. Несоблюдение этих требований ведет к потере гарантии. Если прибор нуждается в ремонте, обратитесь в сервисную службу или к авторизованному торговому представителю. НЕ используйте пульсоксиметр в следующих случаях:
  - если у Вас есть аллергия на резиновые изделия;
  - если прибор или используемый для измерения палец влажные;
  - для маленьких детей и детей грудного возраста;
  - во время проведения обследования с использованием МРТ или КТ;
  - во время измерения артериального давления на руке с использованием манжеты;
  - на загрязненных пальцах, пальцах с нанесенным лаком и пластырем;
  - если слишком большая толщина пальца не позволяет его легко ввести в зажим (размеры кончика пальца: ширина припл. > 20 мм, толщина > 15 мм).
  - при наличии на пальцах анатомических изменений, отеков, шрамов или ожогов;
  - если пальцы имеют слишком маленькие размеры, как у маленьких детей (ширина припл. < 10 мм, толщина < 5 мм).
  - если место измерения на пациенте не находится в состоянии покоя (например, при дрожании).

- при наличии поблизости горючих и взрывоопасных газовых смесей.
- У лиц с нарушениями кровообращения длительное использование пульсоксиметра может привести к появлению болей. Поэтому никогда не используйте пульсоксиметр на одном пальце больше двух часов.
- Пульсоксиметр всегда показывает измеренное значение на определенный момент времени; однако он не годится для непрерывного наблюдения и контроля.
- На основании результатов измерений прибором не пытайтесь сами поставить себе диагноз и не проводите самолечение без консультации с Вашим лечащим врачом. В частности, не следует принимать самостоятельно новые лекарства или менять вид и (или) дозировку назначенных лекарств.
- Во время измерения не направляйте взгляд внутрь прибора. Красный свет и невидимый инфракрасный свет пульсоксиметра вредны для глаз.
- Данный прибор не предназначен для использования лицами (включая детей) с ограниченными физическими, сенсорными или умственными способностями, с недостаточными знаниями или опытом, за исключением случаев, когда за ними осуществляется надлежащий надзор или если они получили от Вас инструкцию по использованию прибора. Не позволяйте детям играть с прибором и не оставляйте их без присмотра.

При несоблюдении следующих указаний возможно получение неверных результатов измерения или сбой процесса измерения.



- На пальце, используемом для измерения, не должно быть лака, накладных ногтей и любой другой косметики (при наличии лака возможна погрешность в измерении).
- Проследите за тем, чтобы ноготь на пальце, используемом для измерения, был коротко острижен и подушечка пальца накрывала чувствительные элементы в корпусе.
- Во время измерения палец, рука и все тело должны быть неподвижны.
- У лиц с нарушением сердечного ритма измеренные значения  $SpO_2$  и частоты сердечных сокращений могут быть искажены, или измерение вообще может оказаться невозможным.
- В случае отравления угарным газом пульсоксиметр показывает слишком большие значения.
- Для гарантии достоверного результата измерения в непосредственной близости от пульсоксиметра не должно быть мощных источников света (например, люминесцентных ламп и прямых солнечных лучей).
- У лиц с пониженным артериальным давлением, больных желтухой или принимающих медикаменты для сокращения сосудов возможно получение неверных или искаженных результатов измерения.
- У пациентов, которым в прошлом вводились медицинские красители, и у пациентов с аномальным уровнем гемоглобина, весьма вероятно искажение результатов измерения. Речь идет, в частности, об отравлениях угарным

газом и метгемоглобином, которые возникают, например, в результате введения местноанестезирующих средств при имеющемся дефиците редуктазы метгемоглобина.

- Защищайте пульсоксиметр от пыли, падений, сырости, слишком высоких и слишком низких температур и взрывчатых веществ.



## **Обращение с элементами питания**

- При попадании жидкости из аккумулятора на кожу или в глаза необходимо промыть соответствующий участок большим количеством воды и обратиться к врачу.
-  Опасность проглатывания мелких частей! Маленькие дети могут проглотить батарейки и подавиться ими. Поэтому батарейки необходимо хранить в недоступном для детей месте!
- **ВАЖНО!** Обращайте внимание на обозначение полярности: плюс (+) и минус (-).
- Если батарейка потекла, очистите отделение для батареек сухой салфеткой, надев защитные перчатки.
- Защищайте батарейки от чрезмерного воздействия тепла.
-  Опасность взрыва! Не бросайте батарейки в огонь.

- Не заряжайте и не замыкайте батарейки накоротко.
- Если прибор длительное время не используется, извлеките из него батарейки.
- Используйте батарейки только одного типа или равноценных типов.
- Заменяйте все батарейки сразу.
- Не используйте перезаряжаемые аккумуляторы!
- Не разбирайте, не открывайте и не разбивайте батарейки.




## 6. Описание прибора



1. Функциональная кнопка
- 2 . Насыщение кислородом (значение в процентах)
3. Частота пульса (число ударов сердца в минуту)
4. Отверстие для пальца
5. Индекс перфузии



# Подготовка к работе

## 7.1 Установка батареек

	<p>1. Сдвиньте крышку отделения для батареек.</p>
	<p>2. Установите две прилагающиеся батарейки в пульсоксиметр, как показано на рисунке. Соблюдайте правильную полярность батареек.</p>
	<p>3. Снова закройте крышку отделения для батареек.</p>




## 7.2 Прикрепление ремешка для ношения

Для большего удобства (например), Вы можете прикрепить к прибору ремешок для ношения.

	<p>1. Проденьте тонкий шнурок на конце ремешка для ношения через предназначенное для этого отверстие, как показано на рисунке.</p>
	<p>2. Проденьте другой конец ремешка через петлю на вставленном тонком конце и крепко затяните.</p>



## 8. Применение

	<p>1. Вставьте палец в отверстие для пальца на пульсоксиметре, как показано на рисунке. Держите палец неподвижно.</p>
	<p>2. Нажмите функциональную кнопку. Пульсоксиметр начнет измерение. Во время измерения постарайтесь не шевелиться.</p>
	<p>3. На экране через несколько секунд появятся Ваши результаты измерения.</p>

### **Указание**

Через 5 секунд после того как Вы вынете палец из пульсоксиметра, он сам автоматически отключится.

## Функциональная кнопка

У функциональной кнопки пульсоксиметра три функции:

- **Функция включения.** Если пульсоксиметр выключен, Вы можете включить его, нажимая кнопку.
- **Функция индикации.** Для настройки нужного формата отображения на дисплее (вертикальный формат, горизонтальный формат) во время работы прибора используйте короткое нажатие функциональной кнопки.
- **Настройки пульсоксиметра.** Чтобы изменить настройки зажмите кнопку пока на экране не появится надпись.

Чтобы установить нужную яркость дисплея, во время работы прибора нажмите функциональную кнопку и удерживайте ее нажатой до надписи br. Повторно зажмите кнопку пока не начнет мигать цифра. Нажмите кнопку и яркость начнет меняться. По умолчанию выставлена максимальная яркость.

Таким же образом меняется максимальное значение насыщения кислородом (Hi %SpO<sub>2</sub>). Минимальное значение при котором будет подан звуковой сигнал (Lo %SpO<sub>2</sub>). Максимальное значение для пульса при котором будет подан звуковой сигнал)

## 9. Оценка результатов измерения

### ПРЕДОСТЕРЕЖЕНИЕ

Приведенная ниже таблица для оценки измеренных значений НЕ годится для лиц, у которых уже имеются определенные заболевания (например, астма, сердечная недостаточность, заболевания дыхательных путей), и для измерений при нахождении на высоте более 1500 метров над уровнем моря. Если у Вас уже имеются какие-либо заболевания, для оценки результатов измерений обращайтесь к своему врачу.

<b>Измеренное значение SpO<sub>2</sub> (степень насыщения кислородом) в %</b>	<b>Оценка состояния/необходимые меры</b>
99-94	Нормальный диапазон
93-90	Пониженное значение: рекомендуется обратиться к врачу
< 90	Критический уровень: немедленно обратитесь к врачу

## Снижение уровня насыщения кислородом



### Указание

В следующей таблице содержится информация о влиянии высоты над уровнем моря на значение степени насыщения кислородом, а также о возможных последствиях для человеческого организма. Приведенная ниже таблица НЕ годится для лиц, у которых уже имеются определенные заболевания (например, астма, сердечная недостаточность, заболевания дыхательных путей и т. д.). У лиц, страдающих некоторыми заболеваниями, симптомы болезни (например, гипоксия) могут проявиться уже на меньших высотах.

Высота над уровнем моря	Ожидаемое значение SpO <sub>2</sub> (степень насыщения кислородом) в %	Влияние на состояние человека
1500–2500 м	> 90	Горная болезнь не проявляется (как правило)
2500–3500 м	~90	Горная болезнь, рекомендуется акклиматизация

3500–5800 м	<90	Очень часто проявляется горная болезнь, необходима акклиматизация
5800–7500 м	<80	Тяжелая гипоксия, пребывание возможно только ограниченное время
7500–8850 м	<70	Опасно для жизни, необходима немедленная врачебная помощь

Источник: Hackett PH, Roach RC: High-Altitude Medicine (Горная медицина) . Auerbach PS (ed): Wilderness Medicine, 3rd edition; Mosby, St.Louis, MO 1995; 1-37.

## 10. Чистка и уход

### ВНИМАНИЕ

Не используйте для пульсоксиметра стерилизацию при высоком давлении!  
 Ни в коем случае не опускайте пульсоксиметр в воду, так как в этом случае в него может попасть вода, что приведет к повреждению пульсоксиметра.

- После каждого использования очищайте корпус и обрезиненную внутреннюю поверхность пульсоксиметра мягкой салфеткой, смоченной медицинским спиртом.
- Если индикатор на дисплее пульсоксиметра показывает низкий уровень зарядки батареек, замените батарейки.

- Если Вы не собираетесь пользоваться пульсоксиметром более месяца, извлеките батарейки из прибора, чтобы не допустить вытекания батареек.

## 11. Хранение



Храните пульсоксиметр в сухом помещении (относительная влажность  $\leq 95\%$ ). Слишком большая влажность воздуха может привести к повреждению пульсоксиметра или сокращению его срока службы. Храните пульсоксиметр в месте с температурой не менее  $-40\text{ }^{\circ}\text{C}$  и не более  $60\text{ }^{\circ}\text{C}$ .

## 12. Утилизация

В интересах охраны окружающей среды категорически запрещается выбрасывать прибор по завершении срока его службы вместе с бытовыми отходами. Утилизация должна производиться через соответствующие пункты сбора в Вашей стране. Прибор следует утилизировать согласно Директиве ЕС по отходам электрического и электронного оборудования – WEEE (Waste Electrical and Electronic Equipment). В случае вопросов обращайтесь в местную коммунальную службу, ответственную за утилизацию отходов.



Выбрасывайте использованные, полностью разряженные батарейки в специальные контейнеры, сдавайте в пункты приема спецотходов или в магазины

электрооборудования. Закон обязывает пользователей обеспечить утилизацию батареек. эти знаки предупреждают о наличии в батарейках токсичных веществ: Pb = свинец, Cd = кадмий, Hg = ртуть.



### 13. Что делать при возникновении неполадок?

Неполадка	Возможные причины	Меры по устранению
Пульсоксиметр не показывает измеренные значения	Батарейки пульсоксиметра разряжены.	Замените батарейки.
	Батарейки вставлены неправильно.	Переустановите батарейки. Если после переустановки батареек прибор по-прежнему не показывает измеренные значения, обратитесь в сервисную службу.

Пульсоксиметр отображает измеренные значения с перерывами или показывает слишком большие колебания результатов измерения	Кровь плохо поступает в палец, на котором производится измерение.	Соблюдайте предупреждения и указания по технике безопасности, содержащиеся в главе 5!
	Палец, используемый для измерения, слишком большой или слишком маленький.	Кончик пальца должен иметь следующие размеры: Ширина: 10–22 мм Толщина: 5–15 мм
	Колебания пальца, руки или всего тела.	Во время измерения палец, рука и все тело должны быть неподвижны.
	Нарушения сердечного ритма.	Обратиться к врачу.



## 14. Технические характеристики

№ модели	YM101
Метод измерения	Неинвазивное измерение степени насыщения кислородом гемоглобина артериальной крови, частоты сердечных сокращений через палец и индекса перфузии.
Диапазон измерений	SpO <sub>2</sub> 35 – 99%, Пульс 30 – 250 удара /мин
Точность	SpO <sub>2</sub> 70 – 100%, ± 2 %, Пульс 30 – 250 ударов в минуту, ± 2 удара /мин
Размеры	Д 57 мм х Ш 31 мм х В 31 мм
Допустимые условия эксплуатации	+10 °С до +40 °С, относительная влажность воздуха ≤ 75 %, давление окружающей среды 700 –1060 гПа
Допустимые условия хранения	-40 °С до +60 °С, относительная влажность воздуха ≤ 95 %, давление окружающей среды 500 –1060 гПа

Вес	Прибл. 50 г (с батарейками)
Датчик для измерения $SpO_2$	Красный свет (длина волн 660 нм); инфракрасный свет (длина волн 905 нм); кремниевый принимающий диод
Электропитание	2 батарейки 1,5В AAA
Срок службы батареек	Двух батареек AAA хватает примерно на 2 года эксплуатации при частоте измерений 3 измерения в день (по 60 секунд).
Классификация	IP22, аппликатор типа BF
Индекс перфузии	0-30%

В связи с усовершенствованием продукта компания оставляет за собой право на изменение технических характеристик без предварительного уведомления.

- Данный прибор соответствует европейскому стандарту EN 60601-1-2 и является пред-метом особых мер предосторожности в отношении электромагнитной совместимости. Следует учесть, что переносные и мобильные высокочастотные коммуникационные устройства могут повлиять на данный прибор. Более точные данные можно запросить по указанному адресу сервисной службы или найти в конце инструкции по применению.
- Данный прибор соответствует требованиям Европейской директивы о медицинских из-делиях 93/42/ЕЕС, Закону о медицинских изделиях и стандарту DIN EN ISO 80601-2-61 (медицинские электрические приборы, — Особые предписания по обеспечению безопасности и основные характеристики мощности пульсоксиметров медицинского назначения).