

**Паспорт якості:**

Маски медичні одноразові нестерильні



Маски медичні одноразові нестерильні відносяться до медичних виробів одноразового призначення, І клас (нестерильні, без функції вимірювання) відповідають вимогам Технічного регламенту щодо медичних виробів, затвердженого постановою Кабінету Міністрів України від 02.10.2013 №753. (процедура оцінки відповідності згідно Додатку 8)

Декларація відповідності №М-1 від 07.07.2020

Номер в реєстрі Державної служби України з лікарських засобів та контролю за наркотиками – 7675

<b>Виробник:</b>	ТОВ «САНГИГ»
<b>Дата виробництва:</b>	2021-04
<b>Серія</b>	ВО 2104
<b>Термін придатності:</b>	2026-04
<b>Колір:</b>	Блакитний
<b>Кількість шарів:</b>	3 шари Фільтрувальний шар – мелтблаун, щільність 25 г/м <sup>2</sup> , білого кольору Внутрішній шар – спанбонд, щільність 25 г/м <sup>2</sup> , білого кольору Зовнішній шар - спанбонд, щільність 25 г/м <sup>2</sup> , блакитного кольору
<b>Фіксатор:</b>	Металевий, 90 мм ± 3 мм
<b>Вушні петлі:</b>	Спандекс - 170 мм ± 10 мм (в нерозтягнутому стані)
<b>Ефективність бактеріальної фільтрації (%)</b>	≥95%
<b>Перепад тиску (Па)</b>	<29,4 Па
<b>Розмір маски:</b>	175*95 мм
<b>Упаковка:</b>	50 шт в картонній упаковці 20 упаковок в картонному коробі
<b>Стандарти:</b>	ДСТУ EN ISO 15223-1:2018; ДСТУ EN 14683:2014 ДСТУ EN 1041:2015 (EN 1041:2008+A1:2013, IDT) ДСТУ EN ISO 10993-1:2015; ДСТУ EN ISO 10993-5:2015; ДСТУ EN ISO 10993-10:2009; ДСТУ EN 14683:2014 ТУ У 13.9-40941033-002:2020

Директор  
02.04.2021



Захарченков С.П.