

**ІНСТРУКЦІЯ**  
**застосування засобу “ДЕЗЕКОН ОМ” (“DISECON OM”)**  
**із метою дезінфекції та достерилізаційного очищення**

Організація-розробник: Державна установа «Інститут медицини праці НАМН України» за участю компанії «Baltiachemi OU» (Естонія).

Ця інструкція розроблена у розвиток «Методичних вказівок щодо застосування засобу «Дезекон ОМ» («Disecon OM») з метою дезінфекції та достерилізаційного очищення» від 22.03.2016 р. №712-2016.

Інструкція визначає режими та умови застосування дезінфекційного засобу «Дезекон ОМ» («Disecon OM») виробництва компанії «Baltiachemi OU» (Естонія) і призначена для персоналу закладів охорони здоров'я, дитячих дошкільних, освітніх (всіх рівнів акредитації), підприємств фармацевтичної, парфумерно-косметичної, харчопереробної промисловості, мікробіологічних, біохімічних та технологічних лабораторій різного профілю, закладів комунального господарства, побутового обслуговування, ресторанного господарства і торгівлі, всіх видів транспорту, спортивно-оздоровчих закладів та інших організацій, установ і підприємств, незалежно від форм власності та відомчого підпорядкування, а також для посадових осіб контролюючих органів, які здійснюють нагляд за дотриманням санітарного законодавства на цих об'єктах.

Користувачам засобу «Дезекон ОМ» («Disecon OM») дозволяється тиражування цієї інструкції в необхідній кількості примірників.

Засіб дезінфекційний «Дезекон ОМ» («Disecon OM») внесений до Державного реєстру дезінфекційних засобів 2020 року за №744 на підставі Висновку державної санітарно-епідеміологічної експертизи засобу від 17.06.2020 р. №12.2-18-5/13229. дата внесення до реєстру: 18.07.2020 р. термін дії до: 18.07.2025 р.

ЗАТВЕРДЖЕНО  
Компанія «Baltiachemi OU»  
Заступник директора

№ 2020.07.18-1

А. Котович

## ІНСТРУКЦІЯ

із застосування засобу «Дезекон ОМ» («Disecon OM») з метою дезінфекції та достерилізаційного очищення

### 1. ЗАГАЛЬНІ ПОЛОЖЕННЯ

**1.1. Повна назва засобу** – засіб дезінфекційний «Дезекон ОМ» («Disecon OM»);

**1.2. Виробник** – компанії «Baltiachemi OU» (Естонія);

**1.3. Склад засобу, вміст діючих та допоміжних речовин, мас. %:** засіб (концентрат) містить дидецилдиметиламоніум хлорид – не менше 9,0, амінопропилдодецилпропандіамін – не менше 5,0, полігексаметиленбігуанід гідрохлорид – не менше 0,98 (активно діючі речовини); допоміжні компоненти: неіоногенна поверхнево-активна речовина, комплексонат, регулятор рН, барвник, ароматизатор, вода підготовлена – до 100,0.

**1.4. Форма випуску і фізико-хімічні властивості.** Засіб «Дезекон ОМ» («Disecon OM») випускається у формі прозорого рідкого концентрату синього кольору з запахом ароматизатора. Засіб добре змішується з холодною і гарячою водою у будь-якому співвідношенні. Значення рН 1,0 % (за препаратом) водного розчину засобу становить  $10,0 \pm 0,5$  (при 20° С). Водні робочі розчини засобу прозорі, зі слабким запахом ароматизатора і помірним піноутворенням; мають мийні та дезодоруючі властивості, які посилюються при підвищенні температури робочих розчинів. В рекомендованих режимах застосування розчини засобу не пошкоджують вироби з кольорових і чорних металів, скла, широкого переліку полімерних матеріалів (в т.ч. поліетилену, поліпропілену, полівінілхлориду, органолау, полікарбонату, полісульфону, поліметилметакрилату, поліуретану, акрілонітрілбутадієнстиролу, поліфенілсульфону, лінолеуму та ін.), різних видів гуми, штучної шкіри, чутливі до спиртів матеріали і лакофарбове і гальванічне покриття; не знебарвлюють і не зменшують міцність тканин; не фіксують забруднення на поверхнях об'єктів обробки; видаляють механічні, білкові, жирові забруднення, залишки крові й лікарських засобів; за необхідності добре змиваються з оброблених поверхонь, не залишаючи плям і нальоту.

Засіб «Дезекон ОМ» («Disecon OM») може постачатись також у формі готового до використання водного розчину в концентрації 5% (за препаратом), а також у формі готових до використання серветок з безворсового нетканого матеріалу, просочених водним розчином засобу в концентрації 5% (за препаратом).

Засіб «Дезекон ОМ» («Disecon OM») несумісний з альдегідами, сильними окисниками, аніонними поверхнево-активними речовинами і милами; сумісний з каустичною і кальцинованою содою. Засіб і його робочі розчини пожежо-, вибухобезпечні.

**1.5. Призначення засобу.**

**1.5.1. Засіб «Дезекон ОМ» («Disecon OM») (концентрат) у вигляді водних робочих розчинів призначено:**

- для дезінфекції медичних виробів, включаючи хірургічні, стоматологічні (в т.ч. ротаційні та з замковими частинами, стоматологічних відтисків, зубопротезних заготовок, слиновідсосів, артикуляторів тощо), гінекологічні та інші інструменти, жорсткі та гнучкі ендоскопи та медичні інструменти до них; лабораторного та столового посуду, поверхонь приміщень, твердих меблів, медичних приладів, устаткування, апаратів (в т.ч. інкубаторів

(кувезів) та пристосувань до них, апаратів ШВЛ, ЛОР-установок, чутливих до дії спиртів датчиків апаратів УЗД та ін.), білизни, санітарно-технічного обладнання, прибирального матеріалу, предметів догляду хворих при інфекціях бактеріальної (включаючи туберкульоз), вірусної (включаючи гепатити В, С, СНІД, герпес, грип всіх типів (в т.ч. грип H5N1 і H1N1), рота-, корона-, ханта-вірусна інфекція,) і грибової (в т.ч. кандидози, дерматомікози, аспергильози) етіології у вогнищах інфекційних захворювань, в закладах охорони здоров'я усіх профілів (включаючи хірургічні та стоматологічні відділення, пологові будинки і неонатологічні центри, біохімічні, імунологічні, вірусологічні та бактеріологічні лабораторії, донорські пункти і пункти переливання крові, патолого-анатомічні відділення, профілакторії і санаторно-курортні заклади тощо), дитячих установах при проведенні поточної, заключної та профілактичної дезінфекції;

- **для достерилізаційного очищення медичних виробів** (у т.ч. поєднаного з їх дезінфекцією за умови відсутності забруднення біологічними рідинами) (зокрема, для жорстких і гнучких ендоскопів і медичних інструментів до них), в закладах охорони здоров'я та інших установах, зокрема, з використанням ультразвукового та циркуляційного мийного обладнання;

- **для попереднього промивання перед дезінфекцією** сильно забруднених органічними речовинами медичних виробів;

- **для попереднього очищення** зовнішньої поверхні гнучких і жорстких ендоскопів і медичних інструментів до них;

- **для знезараження перед утилізацією медичних відходів:** використаних виробів медичного призначення одноразового використання та перев'язувального матеріалу;

- **для швидкої дезінфекції** невеликих за площею, а також важкодоступних для обробки поверхонь в приміщеннях, предметів умеблювання, приладів, медичного і технологічного обладнання та інструментів, манікюрного, педикюрного і косметичного приладдя простої конструкції і конфігурації (без замкових частин, каналів і порожнин) тощо (в т.ч. виробів з полімерних матеріалів, чутливих до дії спиртів);

- **для поєднання миття і дезінфекції при проведенні поточної та заключної дезінфекції** в закладах охорони здоров'я усіх профілів (включаючи хірургічні та стоматологічні, фізіотерапевтичні, пологові будинки і неонатологічні центри, поліклініки, амбулаторії, косметологічні клініки, біохімічні, імунологічні, вірусологічні та бактеріологічні лабораторії, пункти переливання крові, відділення гемодіалізу, патолого-анатомічні відділення, профілакторії і санаторно-курортні заклади тощо), автомобілі швидкої медичної допомоги, дитячих і навчальних закладах і вогнищах інфекційних захворювань бактеріальної (включаючи туберкульоз), вірусної (включаючи гепатити В, С, СНІД, герпес, грип всіх типів (в т.ч. грип H5N1 і H1N1), рота-, корона-, ханта вірусна інфекція) і грибової (в т.ч. кандидози, дерматомікози, аспергильози) етіології: поверхонь медичного обладнання, апаратури і устаткування (в т.ч. кувезів, операційних, маніпуляційних, пеленальних, пологових столів, операційних і стоматологічних освітлювачів, крісел, барокамер, кушеток тощо), жорстких меблів (зокрема, робочі і лабораторні столи), виробів медичного призначення простої конструкції і конфігурації, предметів догляду хворих (міхури для льоду, грілки тощо), санітарно-технічного обладнання (в т.ч. кранів змішувачів, сидінь до унітазів, зливних бачків), поверхонь приміщень (стіни, двері, ручки дверей, підвіконня, поруччя тощо);

- **для поєднання дезінфекції та миття поверхонь при проведенні профілактичної дезінфекції та генеральних прибирань** в лікувально-профілактичних, дитячих і навчальних закладах всіх рівнів акредитації, в аптеках, на підприємствах фармацевтичної, парфумерно-косметичної, харчопереробної промисловості; в пансіонатах, санаторіях та інших оздоровчих закладах для дорослих та дітей (в т.ч. кабінети функціональної діагностики, фізіотерапії, бальнеології тощо); у дитячих та учбових закладах усіх рівнів акредитації; в установах соціального забезпечення для дітей та дорослих, пенітенціарних установах; на житлово-комунальних об'єктах (в т.ч. для дезінфекції сміттєпроводів, контейнерів та інших ємностей для сміття); на рухомому складі, вокзалах і об'єктах забезпечення усіх видів транспорту, у т.ч. залізничного

(зокрема, пасажирські, дизель- та електропоїзди, вантажні вагони та контейнери, призначені для перевезення продуктів харчування та продовольчої сировини) і громадського; в автомобілях швидкої медичної допомоги; у місцях громадського користування, торговельного і комунально-побутового обслуговування (готелі, гуртожитки, підприємства ресторанного господарства і торгівлі, зв'язку, фінансово-банківські установи, лазні, сауни, басейни, перукарні, салони краси, SPA-салони, солярії, хімчистки, пральні, громадські туалети, у т.ч. автономні, біотуалети), в установах культури, відпочинку, спорту, кінотеатрах, у місцях проведення тренувань (наприклад, фітнес-центри, тренажерні зали), змагань, учбово-тренувальних зборів та ін.;

- для дезінфекції та дезінфекції поєднаної з достерилізаційним очищенням перукарського, манікюрного та косметологічного приладдя в закладах побутового обслуговування, зокрема в таких, де надаються послуги, пов'язані з можливістю ушкодження шкіри та слизових оболонок (перукарні, заклади нігтьового сервісу і подології, косметологічні кабінети і салони тощо);

- для дезінфекції систем вентиляції і кондиціонування повітря (в т.ч. побутові кондиціонери, спліт-системи, дахові кондиціонери, вентиляційні фільтри, повітропроводи) в медичних установах, в офісах, готелях, на підприємствах харчової промисловості, громадського харчування тощо, як з профілактичною метою так і за епідемічними показаннями;

- для вологого прибирання (поєднання миття і дезінфекції) з використанням підлогомиї машин;

- для очищення і дезінфекції килимових виробів з використанням мийних пілососів;

- для обробки об'єктів з метою попередження появи та знищення плісняви;

- для дезінфекції на епідемічно значущих об'єктах інших галузей виробництва та сфери послуг, діяльність яких вимагає проведення дезінфекційних робіт відповідно до чинних санітарно-гігієнічних та протиепідемічних норм і правил, нормативно-методичних документів;

**1.5.2. Засіб «Дезекон ОМ» («Disecon OM») у формі водного розчину в концентрації 5% за препаратом та готових до використання серветок з безворсового нетканого матеріалу, просочених водним розчином засобу в концентрації 5% (за препаратом) призначено:**

**1.5.2.1. для поєднання очищення і швидкої дезінфекції поверхонь об'єктів при проведенні поточної та заключної дезінфекції** в закладах охорони здоров'я усіх профілів (включаючи хірургічні та стоматологічні, фізіотерапевтичні, пологові будинки і неонатологічні центри, поліклініки, амбулаторії, косметологічні клініки, біохімічні, імунологічні, вірусологічні та бактеріологічні лабораторії, донорські пункти і пункти переливання крові, патолого-анатомічні відділення, профілакторії і санаторно-курортні заклади тощо), автомобілі швидкої медичної допомоги, дитячих і навчальних закладах і вогнищах інфекційних захворювань бактеріальної (включаючи туберкульоз), вірусної (включаючи гепатити В, С, СНІД, герпес, грип всіх типів (в т.ч. грип H5N1 і H1N1), рота-, корона-, поліо- вірусна інфекція) і грибової (в т.ч. кандидози, дерматомікози, аспергильози) етіології:

- поверхонь медичного обладнання, апаратури і устаткування (в т.ч. кувезів, операційних, маніпуляційних, пеленальних, пологових столів, операційних і стоматологічних освітлювачів, крісел, барокамер, кушеток тощо), жорстких меблів (зокрема, робочі і лабораторні столи), виробів медичного призначення простої конструкції і конфігурації (в т.ч. чутливих до дії спиртів датчиків апаратів УЗД), предметів догляду хворих (міхури для льоду, грілки тощо), санітарно-технічного обладнання (в т.ч. кранів змішувачів, сидінь до унітазів, зливних бачків), поверхонь приміщень (стіни, двері, ручки дверей, підвіконня, поруччя, вимикачі тощо);

- манікюрного, педикюрного і косметичного приладдя простої конструкції і конфігурації (без замкових частин, каналів і порожнин) тощо (в т.ч. виробів з полімерних матеріалів, чутливих до дії спиртів);

**1.5.2.2. для просочування серветок одноразового використання для очищення і швидкої дезінфекції поверхонь в приміщеннях, предметів умеблювання, приладів,**

медичного і технологічного обладнання та інструментів (медичних, манікюрних, педикюрних, косметичних тощо), приладдя простої конструкції і конфігурації (без замкових частин, каналів і порожнин) та ін. (в т.ч. виробів з полімерних матеріалів і з лакофарбовим покриттям, чутливих до дії спиртів);

**1.6. Спектр антимікробної дії.** Засіб «Дезекон ОМ» («Disecon ОМ») має **бактерицидні** (включаючи збудників туберкульозу\*, *Campylobacter jejuni*, *Corynebacterium ammoniagenes*, *Enterobacter aerogenes*, *Enterobacter cloacae*, *Enterococcus faecalis*, *Enterococcus faecium*, *Enterococcus Hiraе*, *Escherichia coli*, *Escherichia coli* 0157:H7, *Klebsiella pneumoniae*, *Legionella pneumonia*, *Listeria monocytogenes*, *Proteus mirabilis*, *Proteus vulgaris*, *Pseudomonas aeruginosa*, *Salmonella choleraesuis*, *Salmonella typhi*, *Helicobacter pylori*, *Serratia marcescens*, *Shigella dysenteriae*, *Shigella flexneri*, *Shigella sonnei*, *St. aureus*, MRSA, *Staphylococcus epidermidis*, *Streptococcus pyogenes*), **віруліцидні** (включаючи віруси Коксаки, ЕЧО, поліомієліту, гепатитів А, В, С, Д, Е, ТТV, ВІЛ, герпесу, SARS, рота-, коро-, хантавіруси, віруси грипу всіх типів, зокрема, H5N1 і H1N1, аденовірусів і ін. збудників ОРВІ), **фунгіцидні** (щодо збудників кандидозів, дерматомікозів, а також пліснявих грибів роду *Aspergillus*, в т.ч. у споровій формі) **властивості**. При підвищенні температури розчинів їх антимікробна активність і мийна здатність збільшуються. (Примітка. \*Засіб тестовано на тест-штамі *Mycobacterium terrae*, що відповідає вимогам ДСТУ EN 14348:2014).

**1.7. Токсичність та безпечність засобу.** За параметрами гострої токсичності засіб «Дезекон ОМ» («Disecon ОМ») (концентрат) належить до 4 класу небезпеки (мало небезпечні речовини) при нанесенні на шкіру, інгаляційній дії в умовах вільного випаровування та до 3 класу небезпеки (помірно небезпечні речовини) при введенні в шлунок. Засіб не спричиняє сенсibiliзуючої, мутагенної, тератогенної, гонадотоксичної, канцерогенної та ембріотоксичної дії, не виявляє місцево-подразнюючі, шкірно-резорбтивні і сенсibiliзуючі властивості. Концентрат засобу при нанесенні на шкіру викликає сухість шкіри, сильно подразнює слизову оболонку очей. Робочі розчини засобу не подразнюють шкіру при одноразовому нанесенні, при повторному багаторазовому впливі можуть спричинити сухість шкіри; у вигляді аерозолю - подразнюють слизові оболонки очей та дихальних шляхів.

## 2. ПРИГОТУВАННЯ РОБОЧИХ РОЗЧИНІВ

**2.1. Методика та умови приготування робочих розчинів.** Робочі розчини засобу «Дезекон ОМ» («Disecon ОМ») готують із концентрату в місткостях з будь-якого матеріалу шляхом змішування засобу з питною водою. У деяких випадках, наприклад, для приготування робочих розчинів засобу, призначених для дезінфекції, поєднаної з достерилізаційним очищенням медичних виробів, або з метою посилення мийних властивостей, для приготування розчинів використовують гарячу воду або нагрівають розчин, з метою доведення його початкової температури до температури  $50 \pm 2$  °С.

**2.2. Розрахунки для приготування робочих розчинів.** Робочі розчини засобу можуть бути приготовлені за результатами розрахунків за формулою (1):

$$M = \frac{V \cdot C}{K}, (1)$$

де:

M – кількість (об'єм) засобу для приготування необхідної кількості робочого розчину, мл або л;

V - необхідна кількість (об'єм) робочого розчину, мл або л;

C - необхідна концентрація робочого розчину, % за препаратом;

K – коефіцієнт, який дорівнює 100 – при приготуванні робочого розчину із концентрату засобу «Дезекон ОМ» («Disecon ОМ»).

Готові розрахунки для приготування робочих розчинів засобу наведені в таблиці 1.

В цій інструкції в таблицях 2-10 всі концентрації робочих розчинів вказані у (%) за препаратом.

**Таблиця 1. Розрахунки приготування робочих розчинів із засобу «Дезекон ОМ» («Disecon OM») (концентрат)**

Концентрація робочого розчину, % (за препаратом)	За наявності дозуючого пристрою		За відсутності дозуючого пристрою			
	кількість		Кількість компонентів, необхідна для приготування робочого розчину об'ємом			
			1 л		5 л	
	доз* засобу	вода, л	засіб, мл	вода, мл	засіб, мл	вода, мл
0,01	-	-	0,1	999,9 або до об'єму 1 л	0,5	4999,5 або до об'єму 5 л
0,02	-	-	0,2	999,8 або до об'єму 1 л	1,0	4999,0 або до об'єму 5 л
0,03	-	-	0,3	999,7 або до об'єму 1 л	1,5	4998,5 або до об'єму 5 л
0,05	-	-	0,5	999,5 або до об'єму 1 л	2,5	4997,5 або до об'єму 5 л
0,1	1/2	14,985 (або до об'єму 15,0 л)	1,0	999,0 або до об'єму 1 л	5,0	4995,0 або до об'єму 5 л
0,3	1	9,970 (або до об'єму 10,0 л)	3,0	997,0 або до об'єму 1 л	15,0	4985,0 або до об'єму 5 л
0,4	1	7,470 (або до об'єму 7,5 л)	4,0	996,0 або до об'єму 1 л	20,0	4980,0 або до об'єму 5 л
0,5	1/2	2,970 (або до об'єму 3,0 л)	5,0	995,0 або до об'єму 1 л	25,0	4975,0 або до об'єму 5 л
0,75	1/2	1,985 (або до об'єму 2,0 л)	7,5	992,5 або до об'єму 1 л	37,5	4925,0 або до об'єму 5 л
1,0	1	2,970 (або до об'єму 3,0 л)	10,0	990,0 або до об'єму 1 л	50,0	4950,0 або до об'єму 5 л
1,5	1/2	0,985 (або до об'єму 1 л)	15,0	985,0 або до об'єму 1 л	75,0	4925,0 або до об'єму 5 л
3,0	1	0,970 (або до об'єму 1 л)	30,0	970,0 або до об'єму 1 л	150,0	4850,0 або до об'єму 5 л
5,0	1	0,550 (або до об'єму 0,6 л)	50,0	950,0 або до об'єму 1 л	250,0	4750,0 або до об'єму 5 л

Примітка: \* 1 доза засобу – 30,0 мл.

**2.3. Термін та умови зберігання робочого розчину.** Термін придатності водних робочих розчинів, приготовлених із засобу «Дезекон ОМ» («Disecon OM») (концентрат) (у т.ч. робочого розчину в концентрації 5% за препаратом) – 14 діб за умови зберігання в щільно закритій тарі. Серветки просочені засобом «Дезекон ОМ» («Disecon OM») (готові до використання) мають бути використані протягом 3-х місяців після відкриття заводського упакування.

### 3. СПОСОБИ ЗАСТОСУВАННЯ ЗАСОБУ З МЕТОЮ ДЕЗІНФЕКЦІЇ

**3.1. Об'єкти застосування.** Робочі розчини засобу «Дезекон ОМ» («Disecon OM») застосовують для дезінфекції, в т.ч. поєднаної з достерилізаційним очищенням, виробів медичного призначення (вкл. хірургічні і стоматологічні інструменти, у т.ч. такі, що обертаються, стоматологічні відтиски, зубопротезні заготовки та ін.); для дезінфекції головок ультразвукових діагностичних апаратів, шлангів і приєднувальних елементів наркозно-дихальної апаратури, інкубаторів (кувезів) та пристосувань до них, поверхонь в приміщеннях, твердих меблів, медичних апаратів, приборів і обладнання, в т.ч.

фототерапевтичного, соляріїв, предметів догляду хворих, посуду, білизни, взуття (у т.ч. в санітарних бар'єрах для знезараження спецвзуття), санітарно-технічного обладнання, прибирального матеріалу тощо; для очищення і дезінфекції поверхонь приміщень, меблів і обладнання, забруднених біологічними рідинами; для попереднього очищення поверхні гнучких і жорстких ендоскопів; для знезараження виробів медичного призначення одноразового використання, перев'язувального матеріалу, медичних імунобіологічних препаратів (в т.ч. використаних ампул, вакцини БЦЖ та інших вакцин і сировоток з вичерпаним терміном придатності або з іншими дефектами) перед утилізацією; для дезінфекції в автомобілях швидкої медичної допомоги, на рухомому складі та стаціонарних об'єктах пасажирського, у т.ч. залізничного та громадського транспорту; для дезінфекції перукарського, манікюрного та косметологічного приладдя, технологічного обладнання, тари, інвентарю, сміттепроводів, контейнерів та інших ємностей для сміття; для дезінфекції систем вентиляції і кондиціонування повітря (у т.ч. побутові кондиціонери, спліт-системи, дахові кондиціонери, вентиляційні фільтри, повітропроводи); для дезінфекції та миття інших об'єктів в епідеміологічно значущих установах, організаціях і підприємствах, вказаних в пункті 1.5 при інфекціях вказаних в пункті 1.6 цієї інструкції.

**3.2. Методи знезараження окремих об'єктів.** Дезінфекцію робочими розчинами засобу «Дезекон ОМ» («Disecon ОМ») проводять методами протирання, зрошення, замочування, занурення, заповнення і аерозольним. Використовують розчини кімнатної або підвищеної температури ( $50 \pm 2$  °С – початкова температура розчину, яка не підтримується в процесі обробки).

Робочі розчини засобу не потребують змивання з поверхонь після завершення обробки і висихання, за винятком медичних виробів, іграшок та інших виробів, поверхні яких контактують зі слизовими оболонками, продуктами харчування, харчовою сировиною та питною водою.

**3.2.1. Медичні вироби** із різних матеріалів (скла, металів, пластмас, гуми) для дезінфекції повністю занурюють у місткість із розчином засобу, заповнюючи ним порожнини і канали виробів за допомогою допоміжних засобів (шприців, піпеток), видаляючи при цьому пухирці повітря (режим згідно таблиці 3). Роз'ємні вироби дезінфікують в розібраному вигляді.

Для дезінфекції медичних виробів з використанням ультразвукового або циркуляційного мийного обладнання засіб додається в робочу місткість обладнання у кількості, яка необхідна для одержання концентрації робочого розчину, що відповідає виду інфекції, і додають воду з урахуванням об'єму робочої ванни. Виріб занурюють у робочу ванну і вмикають обладнання на регламентований час обробки.

По закінченні дезінфекції вироби відмивають від залишків розчину проточною водою протягом 3 хвилин.

Медичні вироби простої конструкції і конфігурації, за наявності доступу до всіх поверхонь, допускається 2-разово протирати серветками, змоченими робочим розчином засобу, з наступним дотриманням встановленої експозиції. Після закінчення часу дезінфекції вироби промивають проточною водою протягом 3-х хвилин і висушують. Використані серветки знезаражують і утилізують за правилами поводження з медичними відходами категорії В.

**3.2.2. Очищення і дезінфекція гнучких і жорстких ендоскопів і медичних інструментів до них.** Відразу після використання робочу частину ендоскопів і медичних інструментів до них зовні протирають серветкою, змоченою робочим розчином засобу «Дезекон ОМ» («Disecon ОМ»). Використані серветки знезаражують і утилізують за правилами поводження з медичними відходами категорії В.

Достерилізаційне очищення поєднане з дезінфекцією жорстких і гнучких ендоскопів і медичних інструментів до них здійснюють за режимами, вказаними в таблиці 5.

**3.2.3. Дезінфекція аспіраційних систем стоматологічних установок** здійснюється методом заповнення системи робочим розчином засобу (не менше 1л) через відсмоктувальний шлаг з наступним витриманням експозиції (режим згідно



таблиці 2). Після закінчення часу дезінфекції через систему пропускають питну воду протягом 3 хв.

Залежно від режиму роботи, дезінфекцію і очищення системи здійснюють 1-2 рази на день (наприклад, перед обідньою перервою (після першої зміни) і після закінчення експлуатації стоматологічної установки). При одноразовій дезінфекції її проводять після закінчення лікувальних процедур.

**3.2.4. Дезінфекція плевальниць стоматологічних установок** здійснюється методом заповнення робочим розчином засобу (режим згідно таблиці 2). Після закінчення дезінфекції плевальниці промивають питною водою протягом 1 хвилини.

**3.2.5. Відбитки, зубопротезні заготовки** дезінфікують шляхом занурення їх у робочий розчин засобу (режим згідно таблиці №2). Після закінчення дезінфекції вироби промивають проточною водою по 0,5 хв. з кожної сторони або занурюють в ємність з водою на 5 хв., після чого їх висушують стисненим повітрям. Робочий розчин для обробки зліпків може бути використаний багаторазово протягом терміну придатності розчину. При появі перших ознак зміни первинного зовнішнього вигляду розчину його необхідно замінити.

**3.2.6. Дезінфекція перукарського, манікюрного, педикюрного та косметологічного приладдя та інструментів** (в т.ч. насадки, що обертаються - фрезери, насадки корундові, педикюрні, з штучних та натуральних алмазів, твердосплавні насадки та фрези, полірувальники), кусачки, пушери, ножиці, насадки для іонофорезу, дарсонваля, гальванотерапії, вакуумних та інших апаратів) здійснюється методами, встановленими для виробів медичного призначення, за режимами відповідної інфекції (режим згідно таблиці 4).

**3.2.7. Дезінфекцію поверхонь в приміщеннях** (підлога, стіни, підвіконня, поруччя тощо), твердих меблів, виробничих столів, обладнання здійснюють методом протирання тканинною серветкою, змоченою розчином засобу, або зрошують розчином з використанням дезінфекційного обладнання, домагаючись рівномірного змочування поверхні (норма витрати розчину – 75-100 мл/м<sup>2</sup>).

Змивати залишки засобу з оброблених поверхонь не обов'язково, якщо поверхні не контактують з продуктами харчування і питною водою. По закінченні часу дезінфекції, за наявності, залишок розчину витирають сухою серветкою.

При дезінфекції приміщень аерозольним методом необхідно враховувати технічні характеристики обладнання, яке використовується для генерації аерозолу, рекомендована норма витрати розчину – 30-40 мл/м<sup>3</sup> приміщення.

**3.2.8. Дезінфекція поверхні медичних апаратів, приладів та устаткування** (в т.ч. наркозно-дихальної апаратури, кувезів, операційних, маніпуляційних, пеленальних, пологових столів, операційних і стоматологічних освітлювачів, гінекологічних і стоматологічних крісел, рентгенодіагностичних систем, радіологічного і цифрового обладнання для діагностики, обладнання для комп'ютерної томографії, ангіографічних систем, барокамер, оглядових кушеток тощо), медичних меблів, охолоджуючих камер, холодильників (в т.ч. для зберігання ліків, вакцин, крові та її препаратів тощо), виробів медичного призначення простої конструкції і конфігурації (в т.ч. чутливих до дії спиртів датчиків апаратів УЗД), предметів догляду хворих (міхури для льоду, грілки тощо), санітарно-технічного обладнання (в т.ч. кранів змішувачів, сидінь до унітазів, зливних бачків) здійснюється методом протирання серветками, змоченими розчином засобу, або зрошення розчином (наприклад, з використанням тригера) з наступним дотриманням експозиції (режим згідно таблиці 2).

***Поверхні об'єктів без візуальних ознак забруднення.***

*Перший метод.* Поверхні протирають тканинною серветкою, змоченою розчином засобу (норма витрати розчину – 75-100 мл/м<sup>2</sup>) з наступним дотриманням експозиції дезінфекції (режим згідно таблиці 2).

*Другий метод.* Розчин засобу за допомогою тригера рівномірно нанести на поверхню з відстані приблизно 30 см (орієнтовно в 3-5 точках на 1 м<sup>2</sup> поверхні, що потребує обробки, витрата розчину 50-75 мл/м<sup>2</sup>). Після нанесення розчину поверхню

протерти тканинною або нетканою безворсовою серветкою або губкою і залишити на час експозиції залежно від необхідного антимікробного ефекту.

Серветки після обробки зібрати у ємність, знезаразити і утилізувати за правилами поводження з медичними відходами категорії В.

**Поверхні об'єктів з візуальними ознаками забруднення (зокрема, біологічними рідинами).** Обробку здійснюють за 2 етапи.

**Перший етап** - очищення поверхні перед дезінфекцією. Поверхню протирають серветкою, змоченою розчином засобу (для цього розчин можливо розпилити безпосередньо на серветку). Серветку після обробки знезаразити і утилізувати за правилами поводження з медичними відходами.

**Другий етап** - дезінфекція поверхні після очищення. Попередньо очищену поверхню рівномірно оросити засобом, після чого протерти тканинною або нетканою безворсовою серветкою і залишити на час експозиції залежно від необхідного антимікробного ефекту. Серветку після обробки знезаразити і утилізувати за правилами поводження з медичними відходами категорії В.

Змивати залишки засобу з оброблених поверхонь не обов'язково. По закінченні експозиції, за наявності, залишок розчину витирають сухою або вологою серветкою.

**3.2.9. Дезінфекція санітарно-технічного обладнання.** Обробку здійснюють методами зрошення, або протирання, або чищення щіткою чи йоржем.

При дезінфекції методом зрошення з використанням ручних розпилювачів (тригерів) розчин наносять на поверхню (20-25 мл розчину на 1 унітаз або 1 раковину, 50-75 мл на 1 ванну або душовий піддон) з наступним чищенням щітками або губками. При обробці методом протирання ганчір'ям або чищення щітками, змоченими робочим розчином засобу, норма витрати розчину 50-75 мл на 1 унітаз або раковину, 75-100 мл на 1 ванну. Після завершення механічної обробки витримують експозицію (режим згідно таблиці 2). По закінченні експозиції, обладнання без візуальних ознак забруднення (унітази, раковини) можливо не промивати водою, а забруднені - ополіскують водою, ванни перед заповненням і душові піддони також ополіскують водою.

**3.2.10. Предмети догляду хворих** (підкладні судна, гумові грілки, термометри, клейонки тощо), засоби гігієни повністю занурюють у робочий розчин або протирають тканинною серветкою, змоченою робочим розчином. Після дезінфекції їх промивають проточною водою протягом 1 хв.

**3.2.11. Дезінфекцію санітарного транспорту** для перевезення інфекційних хворих проводять за режимом дезінфекції поверхні приміщень при відповідній інфекції (режим згідно таблиці 2).

**3.2.12. Дезінфекція інкубатора (кувеза).** При проведенні обробки слід дотримуватись інструкцій з експлуатації інкубатора (кувеза) даної марки та моделі, а також вимог чинних офіційних нормативно-методичних документів.

**Щоденна дезінфекція** зовнішньої поверхні інкубаторів (кувезів) здійснюється методом протирання серветкою, змоченою розчином засобу в концентрації 1,0% (за препаратом) з дотриманням експозиції 5 хвилин\*. (\*Примітка. Режим ефективний проти збудників кишкових і крапельних інфекцій бактеріальної етіології, кандидозів, крапельних і парентеральних інфекцій вірусної етіології (в т.ч. віруси герпесу, грипу, парагрипу, гепатитів В, С, СНІД. При експозиції 30 хвилин режим ефективний також проти збудників туберкульозу). Норма витрати розчину - 50-75 мл/м<sup>2</sup>. Після закінчення часу дезінфекції поверхні протирають стерильною тканинною серветкою, для змочування якої рекомендується стерильна питна вода\* (\*Примітка. За відсутності стерильної води допускається використання прокип'яченої питної води, охолодженої до кімнатної температури або свіжої дистильованої води). Потім поверхні витирають насухо стерильною серветкою (пелюшкою).

**Дезінфекція внутрішньої поверхні** інкубаторів (кувезів) виконується після їх відключення і за відсутності у середині дитини. Перед дезінфекцією виконують підготовчі роботи з урахуванням конструкції інкубатора (кувеза), які передбачені інструкцією з його використання (наприклад, спорожнюють водяний бачок зволожувача, знімають повітряний фільтр та ін.). Серветкою, змоченою розчином засобу протирають чохол і

піддон матраца, кришку повітряної завіси, підйомний пристрій, майданчик ложа, ковпак неонатальний, датчики температури повітря і шкіри та ін.). Після закінчення експозиції поверхні двічі протирають стерильними серветками, для змочування яких рекомендується стерильна\* вода, і витирають насухо стерильною серветкою (пелюшкою). (\*Примітка. За відсутності стерильної води допускається використання прокип'яченої питної води, охолодженої до кімнатної температури або свіжої дистильованої води). Після закінчення обробки інкубатор провітрити протягом 15 хв.

Окремі комплектуючі інкубатора (резервуар зволожувача, металевий хвильогасник, повітрозабірні трубки, шланги, вузол підготовки кисню) повністю занурюють в місткість з розчином засобу і витримують експозицію (режим згідно таблиці 3). Після закінчення експозиції всі пристосування промивають методом дворазового занурення в воду по 5 хв. кожне, через трубки і шланги прокачують воду з використанням стерильних допоміжних засобів\*. (Примітка. Доступні поверхні пристосувань висушують з використанням стерильних тканинних серветок).

**3.2.13. Знезараження наркозно-дихальної апаратури (НДА).** Підготовка наркозно-дихальної апаратури до використання здійснюється з дотриманням вимог підприємства-виробника апаратури, а також чинних нормативно-методичних документів, зокрема, наказу МОЗ від 11.08.2014 р. № 552 «Про затвердження державних санітарних норм та правил «Дезінфекція, передстерилізаційне очищення і стерилізація медичних виробів в закладах охорони здоров'я» та Методичних рекомендацій «Очищення, дезінфекція та стерилізація наркозно-дихальної апаратури» (Наказ МОЗ №221 від 12.03.2010).

НДА як нова, так і щоразу після використання підлягає очищенню, дезінфекції і далі, залежно від призначення виробу, дезінфекції високого рівня (ДВР) або стерилізації. Всі етапи обробки НДА проводять з дотриманням правил асептики, протиепідемічних заходів і правил безпеки.

Для очищення і дезінфекції деталі і комплектуючі НДА (дихальні контури, маски, мундштуки-загубники, шланги, ендотрахеальні трубки, фільтри, корпуси зволожувача, збірники конденсату) занурюють у робочий розчин засобу, заповнюючи за допомогою шприца або іншого пристосування всі канали і порожнини, уникаючи утворення повітряних пробок. Роз'ємні вироби занурюють у розчин засобу у розібраному вигляді. Товщина шару засобу над виробами має бути не менше 1 см. Вироби мють в розчині засобу протягом 1-2 хвилин і залишають на час дезінфекції. Концентрація розчину і експозиція (режим згідно таблиці №3 для виробів медичного призначення, який забезпечує знищення бактерій, вірусів, патогенних грибів і мікобактерій туберкульозу).

Після завершення експозиції дезінфекції, вироби виймають із розчину і за допомогою шприца або іншим чином видаляють залишки засобу з усіх каналів виробів, після чого промивають проточною питною водою упродовж 3 хвилин, а потім висушують до повного видалення залишків вологості. Висушені вироби направляють, за необхідності, на ДВР або стерилізацію.

Деталі і комплектуючі одноразового використання знезаражують за методикою встановленою для медичних відходів (вироби медичного призначення одноразового використання), після чого утилізують.

**3.2.14. Посуд столовий** звільняють від залишків їжі та повністю занурюють у робочий розчин із розрахунку 2 л на 1 комплект (глибока та мілка тарілки, чашка, блюдце, чайна та столова ложки, виделка, ніж). По закінченні дезінфекції посуд промивають проточною питною водою протягом 3 хвилин.

При проведенні профілактичної дезінфекції посуд столовий звільняють від залишків їжі, мють, після чого повністю занурюють в робочий розчин засобу на час експозиції (режим вказано в таблиці 2). По закінченні дезінфекції посуд промивають проточною питною водою.

**3.2.15. Інвентар для миття виробничого і столового посуду** (губки, мочалки, ганчірки, серветки, щітки тощо) після використання промивають з використанням мийного засобу, ретельно виполіскують водою, після чого занурюють у розчин засобу на час дезінфекції. По закінченні часу дезінфекції виполіскують водою (до зникнення піноутворення) і висушують.

**3.2.16 Лабораторний та аптечний посуд** повністю занурюють в розчин засобу, після закінчення експозиції - промивають проточною питною водою протягом 3 хв.

**3.2.17. Тверді іграшки, невеликі за розмірами,** для дезінфекції повністю занурюють у ємність з робочим розчином засобу, запобігаючи їх спливанню; великі іграшки протирають серветками, змоченими розчином засобу або зрошують робочим розчином засобу, після чого протирають тканинною серветкою і витримують експозицію. По закінченні дезінфекції іграшки промивають водою протягом 1 хв. і висушують.

М'які іграшки чистять щіткою, яку змочують розчином.

**3.2.18. М'які меблі, килимове покриття** для підлоги очищають за допомогою щітки, змоченої у розчині засобу. Гумові килимки протирають ганчір'ям, змоченим у розчині засобу, або зрошують, або повністю занурюють у розчин засобу.

**3.2.19. Білизну** замочують в робочому розчині засобу із розрахунку 4 л на 1 кг сухої білизни. По закінченні дезінфекції білизну перуть і полощуть.

**3.2.20. Знезараження медичних відходів.** Для знезараження перед утилізацією **вироби медичного призначення одноразового використання** (в т.ч. шприці, голки, крапельниці, слиновідсмоктувачі, ендотрахеальні трубки тощо) та **відпрацьований перев'язувальний матеріал** (в т. ч. ватні тампони, кульки, серветки, бинти, білизна одноразового використання) занурюють у робочий розчин засобу за режимами відповідної інфекції (режим згідно таблиці 3). Після закінчення експозиції вироби утилізують.

**3.2.21. Дезінфекцію багаторазових ємностей, контейнерів для збору відходів категорії В** проводять після кожного їх використання, способом протирання або зрошування за відповідними режимами (таблиця 2).

**3.2.22. Внутрішню поверхню взуття** зрошують або двічі протирають серветкою, рясно змоченою розчином засобу в концентрації 0,75% при експозиції 60 хв., або 1,5% при експозиції 30 хв., або дають взуттю висохнути.

Полімерні банні сандалі, тапочки занурюють в розчин засобу, перешкоджаючи їх спливанню. Після закінчення експозиції їх ополіскують водою.

**3.2.23. Дезінфекцію систем вентиляції і кондиціонування** здійснюють за графіком або за наявності відповідних показань із залученням кваліфікованого інженерно-технічного персоналу по вентиляції.

Перед профілактичною дезінфекцією секцій центральних і побутових кондиціонерів, загальнообмінної вентиляції для штучного охолодження повітря, фільтрів, радіаторних ґрат і накопичувачів конденсату, повітряприймачів, розподільників повітря і насадок проводять їх миття. Для цього рекомендується використовувати 0,75% розчин засобу «Дезекон ОМ» («Disecon OM»). *(Примітка. З метою уникнення на етапі дезінфекції можливої нейтралізації активно діючих речовин засобу «Дезекон ОМ» («Disecon OM») не рекомендується використовувати для миття сильні окисники, аніонні поверхнево-активні речовини, мила та мийні засоби невідомого складу).*

Для дезінфекції використовують 0,75% розчин засобу. Обробку здійснюють методом зрошування з використанням гідропульта, автомакса, розпилювача типу «Квазар» або методом протирання ганчір'ям, змоченим розчином з дотриманням експозиції 60 хв. Повітряний фільтр промивають в мийному розчині, після чого занурюють в 5,0% розчин засобу на 60 хв. (за необхідності фільтр замінюють). Вугільні фільтри підлягають заміні.

Після дезінфекції оброблені об'єкти промивають водопровідною водою, висушують, а приміщення провітрюють.

Дезінфекцію систем вентиляції і кондиціонування за епідеміологічними показаннями проводять за режимами відповідної інфекції без попереднього миття.

### **3.2.24. Дезінфекція в дитячих дошкільних установах (ДДУ).**

**3.2.24.1.** Дезінфекцію поверхонь приміщень, обладнання, меблів, іграшок, посуду, інвентарю (прибирального і для миття посуду) та інших об'єктів проводять відповідно до чинних нормативних документів, що регулюють діяльність цих установ, зокрема, «Санітарного регламенту для дошкільних навчальних закладів», затвердженого наказом МОЗ України від 24.03.2016 р. №234. Робочі розчини засобу «Дезекон ОМ» («Disecon OM») застосовують для профілактичної дезінфекції в ДДУ за режимами згідно таблиці 9.

3.2.24.2. Підлогу, умивальні раковини, ванни, душові піддони, унітази тощо у туалетних, ванно-душових, умивальнях, буфетних необхідно мити 2 рази на день (після обіду та наприкінці дня), спальні миють після сну (денного, нічного). ганчірками, йоржами з використанням мийних засобів, в т.ч. після залишення дітьми дошкільної установи - з використанням розчинів засобу «Дезекон ОМ» («Disecon OM») (режими згідно таблиці 9). Поверхні об'єктів попередньо миють з використанням мийного засобу і ретельно ополіскують водою, після чого наносять розчин дезінфекційного засобу і витримують експозицію. При використанні для миття підлоги розчину засобу в концентрації 0,05%, а для санітарно-технічного обладнання (умивальні раковини, ванни, душові піддони, унітази) 0,4% можливе поєднання в одному процесі миття і дезінфекції. Санітарно-технічне обладнання після нанесення робочого розчину засобу обробляють губкою, щіткою або йоржем і залишають на час дезінфекції.

Після закінчення експозиції підлогу протерти вологим ганчір'ям, а санітарно-технічне обладнання ополоснути водою.

3.2.24.3. За умови ускладнення епідемічної ситуації з метою попередження розповсюдження інфекцій додатково проводять такі дезінфекційні заходи:

- миття підлоги приміщень групових осередків 1 раз наприкінці кожного дня, а туалетних - 2 рази на день із застосуванням дезінфекційного засобу;
- столи і стільці миють розчином дезінфекційного засобу, після закінчення часу дезінфекції промивають водою і ретельно витирають.

Концентрацію розчину і час дезінфекції обирають з урахування виду інфекції згідно таблиці 2. Робочий розчин засобу після застосування зливають в унітаз з наступною його дезінфекцією.

3.2.24.4. Генеральне прибирання приміщень ДДУ з використанням розчинів засобу «Дезеконом» проводиться 1 раз на місяць за режимам, вказаними у таблиці 10.

**3.2.25. Дезінфекція шкаралупи харчових яєць.** Попередньо яйця овоскопують і вибраковують яйця з пошкодженою шкаралупою. Придатні для дезінфекції яйця замочують у 0,3 % розчині засобу протягом 10-15 хвилин, потім миють в цьому ж розчині і обполіскують проточною водою до повного видалення залишків засобу. Якщо після обробки не планується використовувати яйця, то після миття їх виймають з розчину, дають розчину стекти і висохнути, а обполіскують яйця безпосередньо перед використанням.

**3.2.26. Дезінфекція на харчопереробних підприємствах, в закладах ресторанного господарства і харчової торгівлі** розчинами засобу «Дезеконом» здійснюється за режимами, вказаними у таблиці 9 або згідно відповідної інструкції із застосування засобу. Враховуються також чинні санітарно-гігієнічні і протиепідемічні норми і правила для підприємств відповідної галузі та технологічні інструкції підприємства.

**3.2.27. Боротьба з пліснявою.** Розчин засобу «Дезекон ОМ» («Disecon OM») в концентрації 5,0% використовують для боротьби з пліснявою (в т.ч. проти *Aspergillus niger* в споровій формі). Для цього поверхню протирають ганчір'ям, змоченим розчином, або зрошують розчином. Витримати експозицію 60 хвилин або дати розчину висохнути. Поверхню, яка вже вражена пліснявою, попередньо зрошують розчином, витримують експозицію і потім очищують від візуальних проявів плісняви. Обробку повторюють щотижня або при появі ознак плісняви.

**3.2.28.** Розчини засобу «Дезекон ОМ» («Disecon OM») використовують для дезінфекції при різних інфекціях згідно режимів, зазначених у таблиці 2.

Режими дезінфекції виробів медичного призначення при різних інфекціях зазначено в таблиці 3.

Режими достерилізаційного очищення виробів медичного призначення, поєданого з їх дезінфекцією, зазначено в таблицях 5-7.

Режими дезінфекції при проведенні генеральних прибирань в ЛПЗ різного профілю та інших установах вказано в таблиці 10.

**3.2.29.** Основні режими профілактичної дезінфекції в немедичній сфері вказано в таблиці 9.

**3.2.30.** Для дезінфекції на об'єктах, де існує вірогідність розповсюдження дерматомікозів (наприклад, у лазнях, саунах, душових, в басейнах, санпропускниках, перукарнях тощо), засіб рекомендується використовувати за режимом проти збудників дерматомікозів (таблиця 2).

**3.2.30.** В пенітенціарних закладах дезінфекцію засобом проводять за режимом по туберкульозу (таблиця 2).

**3.2.31. Режими дезінфекції робочим розчином засобу «Дезекон ОМ» («Disecon ОМ») в концентрації 5% (за препаратом) і серветками, просоченими засобом «Дезекон ОМ» («Disecon ОМ») (5% розчин) при різних інфекціях наведено в таблиці 8.**

Робочий розчин засобу «Дезекон ОМ» («Disecon ОМ») в концентрації 5% (за препаратом), приготовлений з концентрату засобу та засіб «Дезекон ОМ» («Disecon ОМ») (5% розчин) можуть бути використані в диспенсер-контейнерах для просочування рулонних серветок з нетканого безворсового матеріалу спанлейс, розділених перфорованою лінією на окремі серветки. Перед заливанням засобу необхідно розрахувати загальну площу серветок в рулоні. Кількість засобу, яка заливається для просочування серветок в диспенсер-контейнері має бути 0,015-0,01 мл на 1 см<sup>2</sup> площі серветок (при щільності полотна 40-45 г/м<sup>2</sup>).

Термін використання серветок після їх просочування в диспенсер-контейнері робочим розчином засобу - 14 діб. Готові до використання серветки просочені засобом «Дезекон ОМ» («Disecon ОМ») мають бути використані протягом 3-х місяців після відкривання заводського упакування.

**3.2.32.** Для дезінфекції та передстерилізаційного очищення виробів медичного призначення, інструментів для нігтьового сервісу, перукарських і косметичних інструментів робочі розчини засобу можуть бути використані багаторазово в межах терміну придатності (14 діб) за умови відсутності зміни початкового зовнішнього вигляду робочих розчинів. При перших ознаках зміни зовнішнього вигляду робочого розчину (помутніння або зміна кольору, поява осаду або нальоту на стінках місткості тощо) його необхідно замінити.

**3.2.33.** Якість достерилізаційного очищення виробів медичного призначення оцінюють шляхом постановки проб на наявність залишків крові (наприклад, азопірамова проба або проба «Делатест») та фенолфталеїнової проби на наявність залишків лужних компонентів засобу «Дезекон ОМ» («Disecon ОМ») за чинними методиками.

**Таблиця 2. Режими дезінфекції об'єктів розчинами засобу «Дезекон ОМ» («Disecon ОМ») при інфекціях різної етіології**

Об'єкт дезінфекції	Концентрація робочого розчину, %	Кишкові і крапельні бактеріальні інфекції (крім туберкульозу) і кандидози	Час експозиції, хв					Спосіб незараження
			Mycobacterium tuberculosis	Mycobacterium terrae	Ентеровірусні інфекції (в т.ч. поліовірус, гепатити А, Е та ін.)	Збудники інфекції вірусної етіології (в т.ч. грип, герпес, гепатити В, С, ВІЛ/СНІД, SARS)	Дерматомікози	
Поверхні приміщень в некритичних зонах (підлога, стіни, двері, поручні тощо), тверді меблі, громадський транспорт тощо	0,01	60	-	-	-	-	-	Протирання або зрошення
	0,05	15	-	-	-	-	-	
	0,25	15	-	-	-	15	-	
Поверхні приміщень забруднені (підлога, стіни, двері, поручні тощо), тверді меблі, санітарний транспорт тощо	0,05	60	-	-	-	-	-	Протирання або зрошення
	0,3	15	-	-	-	-	-	
	0,5	5	60	-	-	60	-	
	0,75	-	-	-	-	-	60	
	1,0	-	30	-	-	5	-	
	1,5	-	-	120	30	-	30	
Медичне обладнання, апарати, прилади, холодильне обладнання (в т.ч. кувети, апарати штучної вентиляції легенів, апарати УЗД тощо);	0,05	60	-	-	-	-	-	Протирання або зрошення
	0,3	15	-	-	-	-	-	
	0,5	5	60	-	-	60	-	
	0,75	-	-	-	-	-	60	
	1,0	-	30	-	-	5	-	
	1,5	-	-	120	30	-	30	
Аспіраційні системи, в т.ч. хірургічні і стоматологічних установок	0,5	5	60	-	-	60	-	Заповнення і промивання розчином
	1,0	-	30	-	-	5		
	1,5	-	-	120	30	-		
	3,0	-	-	60	-	-		
Плювальниці стоматологічних установок	0,5	5	60	-	-	60	-	Заповнення або занурення
	1,0	-	30	-	-	5		
	1,5	-	-	120	30	-		
	3,0	-	-	60	-	-		
Предмети догляду хворих та предмети особистої гігієни в т.ч. забруднені кров'ю і виділеннями	0,05	60	-	-	-	-	-	Протирання, зрошення або занурення
	0,3	15	-	-	-	-	-	
	0,5	5	60	-	-	60	-	
	0,75	-	-	-	-	-	60	
	1,0	-	30	-	-	5	-	
	1,5	-	-	120	30	-	30	
	3,0	-	-	60	-	-	-	
Білизна, не забруднена виділеннями і кров'ю	0,05	60	-	-	-	-	-	Замочування
	0,3	15	-	-	-	-	-	
	0,5	5	60	-	-	60	-	
	0,75	-	-	-	-	-	60	
	1,0	-	30	-	-	5	-	
	1,5	-	-	120	30	-	30	
	3,0	-	-	60	-	-	-	

Білизна, забруднена біологічними речовинами (в т.ч. виділеннями або кров'ю)	0,1	60	-	-	-	-	-	Замочування
	0,5	-	60	-	-	60	-	
	0,75	-	-	-	-	-	60	
	1,0	-	30	-	-	5	-	
	1,5	-	-	120	60	-	30	
	3,0	-	-	60	-	-	-	
Іграшки (окрім м'яких), спортивний інвентар	0,05	60	-	-	-	-	-	Протирання, зрошення або занурення
	0,3	15	-	-	-	-	-	
	0,5	5	60	-	-	60	-	
	0,75	-	-	-	-	-	60	
	1,0	-	30	-	-	5	-	
	1,5	-	-	120	30	-	30	
Посуд столовий без залишків їжі	0,02	60	-	-	-	-	-	Занурення
	0,05	15	-	-	-	-	-	
	0,4	5	-	-	-	-	-	
	0,5	-	60	-	-	60	-	
	1,0	-	30	-	-	5	-	
	1,5	-	-	120	30	-	30	
Посуд столовий із залишками їжі, інвентар (губки, ганчірки, мочалки, серветки, щітки тощо) для миття виробничого та столового посуду	0,05	60	-	-	-	-	-	Занурення, замочування
	0,5	15	60	-	-	60	-	
	1,0	-	30	-	-	5	-	
	1,5	-	-	120	30	-	30	
	3,0	-	-	60	-	-	-	
	0,05	60	-	-	-	-	-	
Посуд лабораторний та з-під виділень, дитячі горщики	0,05	60	-	-	-	-	-	Занурення
	0,5	15	60	-	-	60	-	
	0,75	-	-	-	-	-	60	
	1,0	-	30	-	-	5	-	
	1,5	-	-	120	30	-	30	
	3,0	-	-	60	-	-	-	
Санітарно-технічне та бальнеологічне обладнання, гумові килимки, лазневі капці	0,05	60	-	-	-	-	-	Протирання, зрошення або занурення
	0,3	15	-	-	-	-	-	
	0,5	5	60	-	-	60	-	
	0,75	-	-	-	-	-	60	
	1,0	-	30	-	-	5	-	
	1,5	-	-	120	30	-	30	
Візки, ємності для медичних відходів	0,05	60	-	-	-	-	-	Протирання, зрошення або занурення
	0,3	15	-	-	-	-	-	
	0,5	5	60	-	-	60	-	
	0,75	-	-	-	-	-	60	
	1,0	-	30	-	-	5	-	
	1,5	-	-	120	30	-	30	
Прибиральний інвентар	0,1	60	-	-	-	-	-	Замочування
	0,5	-	60	-	-	60	-	
	0,75	-	-	-	-	-	60	
	1,0	-	30	-	-	-	-	
	1,5	-	-	120	60	-	30	
	3,0	-	-	60	-	-	-	



**Таблиця 3. Режими дезінфекції медичних виробів розчинами засобу «Дезекон ОМ» («Disecon OM») при інфекціях різної етіології**

Об'єкт обробки	Вид інфекції	Режим дезінфекції		Спосіб обробки	
		Концентрація робочого розчину, %	Час обробки, хв.		
Вироби медичного призначення* з металів, скла, пластмас, гуми, включаючи хірургічні, гінекологічні та ін., стоматологічні інструменти і матеріали (в т.ч. відтиски, зубопротезні заготовки, артикулятори, ложки для зліпків), жорсткі і гнучких ендоскопи і медичні інструменти до них); - Деталі і комплектуючі НДА, апаратів штучної вентиляції легенів (дихальні контури, маски, мундштуки-загубники, шланги, ендотрахеальні трубки, фільтри, зволожувач, збірник конденсату тощо), - Деталі і комплектуючі кувезів (резервуар зволожувача, металевий хвильогасник, повітрязбірні трубки, шланги, вузол підготовки кисню тощо);  - Медичні відходи (в т.ч. з текстильних матеріалів (бинти, серветки, тампони, ватні кульки), вироби медичного призначення одноразового (в т.ч. шприці, голки, крапельниці тощо), гумові рукавички	- бактеріальні інфекції - кандидози	0,05 0,3	60 15	Занурення	
	- бактеріальні інфекції - вірусні інфекції (в т.ч. гепатити В, С, СНІД) - кандидози	0,5 1,0	60 5		
	- бактеріальні інфекції - вірусні інфекції (в т.ч. гепатити В, С, СНІД) - кандидози - <i>Mycobacterium tuberculosis</i>	0,5 1,0	60 30		
		- бактеріальні інфекції - вірусні інфекції (в т.ч. гепатити В, С, СНІД тощо), - грибові інфекції (в т.ч. кандидози, дерматомікози) - <i>Mycobacterium tuberculosis</i>	0,75 1,5*	60 30*	Занурення
		- бактеріальні інфекції - вірусні інфекції (в т.ч. гепатити В, С, СНІД) - кандидози - <i>Mycobacterium tuberculosis</i>	1,0	30	
		- бактеріальні інфекції - вірусні інфекції (в т.ч. поліомієліт, рота- і аденовірусні інфекції, гепатити В, С, СНІД тощо), - грибові інфекції (в т.ч. кандидози, дерматомікози) - <i>Mycobacterium tuberculosis</i> - <i>Mycobacterium terrae</i>	1,5 3,0	120 60	Занурення

\* Примітка: для даного режиму спектр противірусної дії включає також збудників вірусних інфекцій з ентеральним механізмом передачі (зокрема, поліомієліту, гепатиту А, ротавірусної інфекції тощо); режим рекомендується для обробки ендоскопів і медичних інструментів до них.

**Таблиця 4. Режими дезінфекції розчинами засобу «Дезекон ОМ» («Disecon ОМ») перукарського, манікюрного, педикюрного та косметологічного приладдя та інструментів (в т.ч. за умови можливого пошкодження шкіри та слизових оболонок при використанні цих виробів за призначенням)**

Об'єкт обробки	Вид інфекції	Режим дезінфекції		Спосіб обробки
		Концентрація робочого розчину, %	Час обробки, хв.	
Інструменти для нігтьового сервісу (педикюру, манікюру), пірсингу, косметологічні, для нанесення татуажу та ін. (в т.ч. за умови можливого пошкодження шкіри та слизових при використанні цих виробів за призначенням)	- бактеріальні інфекції - вірусні інфекції (в т.ч. гепатити В, С, СНІД тощо), - грибові інфекції (в т.ч. кандидози, дерматомікози) - <i>Mycobacterium tuberculosis</i>	0,75 1,5*	60 30*	Занурення
	- бактеріальні інфекції - вірусні інфекції (в т.ч. гепатити В, С, СНІД) - кандидози	1,0 5,0	5 0,5	Занурення або протирання
Поверхні перукарського, манікюрного, педикюрного та косметологічного обладнання, апаратів, тверді меблі (столи, крісла), приладдя (підкладні подушки, ванночки для рук і ніг тощо), щітки, гребінці, інші предмети особистої гігієни тощо	- бактеріальні інфекції - вірусні інфекції (в т.ч. гепатити В, С, СНІД тощо), - грибові інфекції (в т.ч. кандидози, дерматомікози) - <i>Mycobacterium tuberculosis</i>	0,75 1,5*	60 30*	Занурення
	- бактеріальні інфекції - вірусні інфекції (в т.ч. гепатити В, С, СНІД) - кандидози	1,0 5,0	5 0,5	Занурення або протирання
Відходи, відпрацьовані вироби медичного призначення одноразового використання перед утилізацією у закладах індустрії краси (в т.ч. ватні шарики, тампони, спонжи, серветки, накидки, шапочки, шприци, інструменти тощо)	- бактеріальні інфекції - вірусні інфекції (в т.ч. гепатити В, С, СНІД), - грибові інфекції (в т.ч. кандидози, дерматомікози) - <i>Mycobacterium tuberculosis</i>	0,75 1,5*	60 30*	Замочування
	- бактеріальні інфекції - вірусні інфекції (в т.ч. гепатити В, С, СНІД) - кандидози - <i>Mycobacterium tuberculosis</i>	1,0	30	Замочування

\* Примітка: для даного режиму спектр противірусної дії включає також збудників вірусних інфекцій з ентеральним механізмом передачі (зокрема, поліомієліту, гепатиту А, ротавірусної інфекції тощо);

**Таблиця 5. Режими дезінфекції, поєднаної з достерилізаційним очищенням (за умови відсутності забруднення біологічними рідинами та кров'ю) розчинами засобу «Дезекон ОМ» («Disecon OM») ручним способом виробів медичного призначення з металу, скла, пластмас, гуми, в т.ч. таких, які мають замкові частини, канали або порожнини (в т.ч. ендоскопів), зокрема, хірургічних, стоматологічних (в т.ч. числі обертових), гінекологічних тощо**

Етапи обробки	Концентрація розчину, %	Температура розчину, °С	Час витримки/ обробки, хв.
<b>1. Замочування</b> при повному зануренні виробів в робочий розчин засобу і заповненні ним порожнин і каналів виробу	1). 1,0	Не менше 18	60**
	2). 1,5	Не менше 18	30**
	3). 1,5	Не менше 18	120***
	4). 3,0	50*	60***
<b>2. Миття</b> кожного виробу в тому ж розчині, в якому здійснювали замочування, за допомогою йоржа, щітки (вироби із гуми і пластмас обробляють ватно-марлевым тампоном або тканинною серветкою), каналів виробів за допомогою шприца:	Розчин, в якому здійснювалось замочування	Не регламентується	1). 2,0 2). 2,0 3). 0,5 4). 0,5
<b>3. Ополіскування</b> виробів проточною питною водою	–	Не регламентується	3,0
<b>4. Ополіскування</b> дистильованою водою	–	Не регламентується	0,5

**Примітки:**

1. На етапі замочування номеру, яким позначена концентрація розчину, на етапі миття відповідає час обробки з відповідним номером;
2. Позначка «\*»: початкова температура розчину  $50 \pm 2$  °С на етапах замочування і миття виробів не підтримується.
3. Позначка «\*\*»: на етапі замочування забезпечується дезінфекція виробів проти збудників кишкових і крапельних інфекцій бактеріальної етіології (включаючи *Mycobacterium tuberculosis*), вірусних інфекцій з ентеральним (зокрема, збудників поліомієліту, гепатиту А, ротавірусної інфекції та ін.) і парентеральним механізмом передачі (в т.ч. гепатити В, С, СНіД) і грибової (кандидози, дерматомікози) етіології. Режим рекомендується для обробки ендоскопічної техніки;
4. Позначка «\*\*\*»: на етапі замочування виробів у розчині забезпечується їх дезінфекція щодо збудників кишкових і крапельних інфекцій бактеріальної (включаючи *Mycobacterium tuberculosis* і *Mycobacterium terrae*), вірусних інфекцій з ентеральним (зокрема, збудників поліомієліту, гепатиту А, рота- і аденовірусної інфекції) і парентеральним механізмом передачі (в т.ч. гепатити В, С, СНіД) і грибової (кандидози, дерматомікози) етіології. Режим рекомендується для обробки ендоскопічної техніки;

**Таблиця 6. Режими дезінфекції, поєднаної з достерилізаційним очищенням (за умови відсутності забруднення біологічними рідинами та кров'ю) розчинами засобу «Дезекон ОМ» («Disecon OM») ручним способом виробів медичного призначення з металу, скла, пластмас, гуми простої конструкції (без замкових частин, каналів або порожнин)**

Етапи обробки	Концентрація розчину, %	Температура розчину, °С	Час витримки/ обробки, хв.
<b>1. Замочування</b> при повному зануренні виробів в робочий розчин засобу і заповненні ним порожнин і каналів виробу	0,5	Не менше 18	60*
<b>2. Миття</b> кожного виробу в тому ж розчині, в якому здійснювали замочування, за допомогою йоржа, щітки (вироби із гуми і пластмас обробляють ватно-марлевым тампоном або тканинною серветкою)	Розчин, в якому здійснювалось замочування	Не регламентується	2,0
<b>3. Ополіскування</b> виробів проточною питною водою	–	Не регламентується	3,0
<b>4. Ополіскування</b> дистильованою водою	–	Не регламентується	0,5

*Примітка:*

1. Позначка «\*»: на етапі замочування забезпечується дезінфекція виробів проти збудників інфекцій бактеріальної етіології (включаючи *Mycobacterium tuberculosis*), вірусних інфекцій з парентеральним механізмом передачі (в т.ч. гепатити В, С, СНІД) і грибової (кандидози) етіології;

**Таблиця 7. Режими дезінфекції, поєднаної з достерилізаційним очищенням розчинами засобу «Дезекон ОМ» («Disecon OM») в ультразвукових установках виробів медичного призначення з металу, скла, пластмас та гуми, (в т.ч. таких, які мають замкові частини, канали або порожнини, зокрема, хірургічні, стоматологічні інструменти (в т.ч. числі обертові))**

Етапи обробки	Концентрація розчину (за препаратом), %	Температура розчину, °С	Час витримки/ обробки, хв.
Ультразвукова обробка при повному зануренні виробів в робочий розчин засобу і заповненні ним порожнин і каналів	1). 1,0 2). 1,5 3). 1,5 4). 3,0	Не менше 18 Не менше 18 Не менше 18 50*	60** 30** 120*** 60***
Ополіскування проточною водою поза установкою	Не нормується		3,0
Ополіскування дистильованою водою поза установкою	Не нормується		0,5

*Примітки:*

1. Позначка «\*»: початкова температура розчину  $50 \pm 2$  °С на початку замочування, яка в подальшому не підтримується;

2. Позначка «\*\*»: на етапі замочування забезпечується дезінфекція виробів проти збудників інфекцій бактеріальної етіології (включаючи *Mycobacterium tuberculosis*), вірусних інфекцій з ентеральним (зокрема, збудників поліомієліту, гепатиту А, ротавірусної інфекції ті ін.) і парентеральним механізмом передачі (в т.ч. гепатити В, С, СНІД) і грибової (кандидози, дерматомікози) етіології;

3. Позначка «\*\*\*»: на етапі замочування виробів у розчині забезпечується їх дезінфекція щодо збудників інфекцій бактеріальної (включаючи *Mycobacterium tuberculosis* і *Mycobacterium terrae*), вірусних інфекцій з ентеральним (зокрема, збудників поліомієліту, гепатиту А, ротавірусної інфекції та ін.) і парентеральним механізмом передачі (в т.ч. гепатити В, С, СНІД) та грибової (кандидози, дерматомікози) етіології.

**Таблиця 8. Експозиція дезінфекції (хв.) засобом «Дезекон ОМ» («Disecon OM») (5%-й розчин) та робочим розчином засобу «Дезекон ОМ» («Disecon OM») в концентрації 5% (за препаратом) та серветками, просоченими 5%-м розчином засобу «Дезекон ОМ» («Disecon OM») при різних інфекціях**

Об'єкт дезінфекції	Вид інфекції і час експозиції (хв.)		Спосіб знезараження
	Кишкові і крапельні інфекції бактеріальної етіології (у т.ч. MRSA, крім туберкульозу), Кандидози, інфекції вірусної етіології (в т.ч. грип, герпес, SARS, гемо-контактні гепатити В, С, ВІЛ/СНІД,)	Туберкульоз ( <i>Mycobacterium tuberculosis</i> , <i>Mycobacterium terrae</i> ) Ентеровірусні інфекції (в т.ч. поліовірус, гепатити А, Е та ін.), Дерматомікози	
Поверхні приміщень забруднені (підлога, стіни, двері, поручні тощо), тверді меблі, санітарний транспорт тощо	0,5	15	Протирання або зрошення
Медичне обладнання, апарати, прилади, холодильне обладнання (в т.ч. кувези, апарати штучної вентиляції легенів, УЗД тощо);	0,5	15	Протирання або зрошення

**Таблиця 9. Режими профілактичної дезінфекції розчинами засобу «Дезекон ОМ» («Disecon OM») в немедицинській сфері**

Об'єкт обробки	Концентрація розчину, %	Експозиція, хв.	Спосіб обробки
Поверхні виробничих та складських приміщень, розроблювальних столів і інвентарю, технологічного і холодильного обладнання, вітрин, трубопроводів, ємностей та резервуарів, внутрішньо-цехового транспорту і тари, твердих меблів, транспорту з перевезення харчової сировини та продуктів тощо в закладах громадського харчування і торгівлі, на промислових підприємствах, зокрема, харчопереробної, косметичної, фармацевтичної, промисловості та інших, у побуті тощо	Не забруднені об'єкти		Протирання, зрошення або заповнення розчином
	0,01	60	
	0,02	15	
	Забруднені об'єкти		
	0,02	60	
	0,05	15	
0,4	5		
Дрібний інвентар, виробничий та столовий посуд, розроблювальні ножі і дошки, тара в закладах ресторанного господарства і торгівлі, на харчопереробних підприємствах тощо	0,02	60	Занурювання
	0,05	15	
	0,4	5	
Інвентар (губки, мочалки, ганчірки, серветки, щітки тощо) для миття виробничого та столового посуду, інвентарю та прибирання в приміщеннях	0,1	60	Занурювання
	0,3	15	

Санітарно-технічне обладнання	0,03	30	Протирання або зрошення
	0,05	15	
	0,4	5	
Сміттєпроводи, контейнери, сміттєві баки, збірники для харчових відходів, ємності для сміття	0,05	60	Протирання, або зрошення, або заповнення
	0,3	15	
	0,5	5	
Білизна та інші текстильні вироби багато-разового використання (без забруднення кров'ю та виділеннями)	0,05	60	Занурювання
	0,3	15	
	0,5	5	
Лазневі капці, шльопанці, сандалі з гуми, пластмас та інших синтетичних матеріалів, гумові килимки, клейончасті чохла для педікюрної подушки тощо	0,75	60	Протирання, занурювання або зрошення
Знищення плісняви, у т.ч. <i>Aspergillus niger</i> у споровій формі	5,0	60	Протирання або зрошення

**Таблиця 10. Режими дезінфекції розчинами засобу «Дезекон ОМ» («Disecon OM») об'єктів при проведенні генеральних прибирань в закладах охорони здоров'я різного профілю та інших установах**

Профіль установи	Концентрація розчину, %	Експозиція, хв.	Спосіб обробки
Соматичні відділення й кабінети (крім процедурних кабінетів), педіатричні відділення, палати, коридори, рекреації	0,05	60	Протирання або зрошення
	0,3	15	
	0,5	5	
Протитуберкульозні лікувально-профілактичні заклади, пенітенціарні установи	0,5	60*	Протирання або зрошення
	1,5	120**	
	3,0	60**	
Хірургічні, маніпуляційні, перев'язувальні, процедурні кабінети, операційні, стоматологічні, акушерські і гінекологічні відділення й кабінети, лабораторії	0,5	60	Протирання або зрошення
	1,0	5	
Шкірно-венерологічні лікувально-профілактичні установи, косметологічні клініки	0,75 1,5***	60 30***	Протирання або зрошення
Інфекційно-лікувально-профілактичні установи****	-	-	Протирання або зрошення
Дитячі дошкільні заклади, установи соціального забезпечення, комунально-побутові об'єкти	0,05	60	Протирання або зрошення
	0,3	15	
	0,5	5	

*Примітки:*

1. Позначка «\*»: режим по *Mycobacterium tuberculosis*;
2. Позначка «\*\*»: режим по *Mycobacterium terrae*, який забезпечує також ефективність проти збудників вірусних інфекцій з ентеральним (зокрема, поліомієліту, гепатиту А, ротавірусної інфекції) і парентеральним механізмом передачі (в т.ч. гепатити В, С, СНІД) генеральне прибирання проводиться за режимом відповідної інфекції;
3. Позначка «\*\*\*»: режим по збудникам дерматомікозів і кандидозів, який забезпечує також ефективність проти збудників вірусних інфекцій з ентеральним (зокрема, поліомієліту, гепатиту А, ротавірусної інфекції) і парентеральним механізмом передачі (в т.ч. гепатити В, С, СНІД);
4. Позначка «\*\*\*\*»: генеральне прибирання проводиться за режимом відповідної інфекції.

#### **4. ЗАСТЕРЕЖНІ ЗАХОДИ ПРИ РОБОТІ ІЗ ЗАСОБОМ**

**4.1. Необхідні засоби захисту шкіри, органів дихання та очей при роботі із засобом.** Всі роботи із засобом слід проводити в спецодязі, захищаючи шкіру рук гумовими рукавичками. Роботи з обробки об'єктів методом зрошення слід проводити захищаючи додатково органи дихання універсальним респіратором типу РУ-60М, РПГ-67 з патроном марки В чи "Лепесток" або іншими аналогічними, а очі – окулярами типу ПО-2, ПО-3 чи моноблок.

**4.2. Загальні застереження при роботі із засобом.** Роботи з концентратом засобу проводити у приміщенні, яке провітрюється і забезпечене проточною водою і каналізацією. При проведенні робіт з дезінфекції забороняється вживати їжу, пити і палити, необхідно уникати розбризкування і попадання засобу в очі та на шкіру. Після закінчення роботи обличчя та руки необхідно вимити водою з милом.

**4.3. Застережні заходи при приготуванні робочих розчинів.** Роботи, пов'язані з приготуванням робочих розчинів засобу, потрібно виконувати в провітрюваних приміщеннях, забезпечених питною водою та каналізацією, з дотриманням заходів, які забезпечують захист шкіри та очей – у захисному одязі (халат, шапочка, водонепроникний фартух, гумові рукавички), у брызкозахисних окулярах.

**4.4. Застережні заходи в умовах застосування засобу для обробки окремих об'єктів.** Приготування робочих розчинів, обробку поверхонь приміщень, твердих меблів та транспортних засобів методом протирання, а також дезінфекцію методами замочування і занурювання дозволяється проводити у присутності пацієнтів та інших осіб, безпосередньо не причетних до проведення дезінфекційних заходів без обмежень по концентрації робочих розчинів. Обробку поверхонь в приміщеннях методом зрошення з використанням спеціального дезінфекційного обладнання слід проводити за відсутності осіб, які безпосередньо не причетні до проведення робіт з дезінфекції.

**4.5. Методи утилізації засобу.** Засіб біологічно розкладається. Відпрацьовані робочі розчини зливають у виробничо-побутову каналізацію без попереднього розведення водою або нейтралізації. Засіб з вичерпаним терміном придатності або некондиційний внаслідок порушення умов зберігання знешкоджують відповідно до вимог Закону України «Про відходи», ДСТУ 4462.3.01, ДСТУ 4462.3.02 та інших чинних документів. Утилізація засобу здійснюється у відповідності з рекомендаціями виробника.

#### **5. ОЗНАКИ ГОСТРОГО ОТРУЄННЯ. ЗАХОДИ ПЕРШОЇ ДОПОМОГИ ПРИ ВИПАДКОВОМУ ОТРУЄННІ**

**5.1. Ознаки гострого отруєння.** При порушенні правил проведення робіт методом зрошення, можуть виникнути ознаки гострого отруєння у вигляді подразнення слизових оболонок верхніх дихальних шляхів і очей (дере у горлі, кашель, задуха, сльозотеча та ін.).

**5.2. Заходи першої допомоги при гострому респіраторному отруєнні.** Потерпілого необхідно вивести на свіже повітря або в приміщення, яке добре провітрюється, прополоскати рот і ніс водою, дати тепле пиття (чай, молоко). При необхідності звернутися до лікаря.

**5.3. Заходи першої допомоги при попаданні засобу в очі.** При попаданні засобу в очі необхідно добре промити їх проточною водою, після цього в очі слід закапати 1-2 краплини 30 % розчину сульфацилу натрію. При необхідності звернутися до лікаря.

**5.4. Заходи першої допомоги при попаданні засобу на шкіру.** При попаданні засобу на шкіру слід одразу промити її проточною водою. Забруднений одяг необхідно зняти і випрати перед наступним використанням.

**5.5. Заходи першої допомоги при попаданні засобу до шлунку.** При попаданні засобу в шлунок, дати потерпілому випити кілька стаканів води, потім вжити 10-20 таблеток активованого вугілля. Блювання не стимулювати!

## 6. ПАКУВАННЯ. ТРАНСПОРТУВАННЯ. ЗБЕРІГАННЯ

**6.1. Пакування засобу.** Засіб (концентрат) упаковують у дозовані пакети (саше) різної місткості, полімерні флакони 250,0 мл, 500,0 мл, 1000,0 мл, каністри 5,0 л, 10,0 л, 20,0 л. Флакони можуть мати вбудований дозатор. Засіб (5% розчин) упаковують в полімерні флакони 250,0 мл, 500,0 мл, 1000,0 мл, каністри 5,0 л, 10,0 л, 20,0 л. Флакони можуть мати тригер (розприскувач). Серветки рулонні з перфорованою лінією просочені засобом (5% розчин) упаковують в полімерну тару в кількості від 100 до 500 шт. За вимогою користувача можливі інші об'єми фасування та інші види тари.

**6.2. Умови транспортування засобу.** Засіб транспортують залізничним або автомобільним транспортом згідно з правилами перевезення вантажів відповідної категорії.

**6.3. Термін та умови зберігання засобу.** Від дати виробництва термін зберігання засобу у формі концентрату – 5 років, засобу у формі 5% розчину і серветок – 3 роки. Засіб зберігають в пакуванні виробника в провітрюваних приміщеннях, недоступних для загального користування при температурі 0-50°C.

## 7. МЕТОДИ КОНТРОЛЮ ЯКОСТІ ЗАСОБУ

**7.1. Перелік показників, які підлягають визначенню.** При контролі якості засобу «Дезекон ОМ» («Disecon OM») (концентрат) визначають показники, перелік і нормативи яких вказано у таблиці 11. При контролі якості засобу «Дезеконом» (5% розчин) визначають показники, перелік і нормативи яких вказано у таблиці 12.

Таблиця 11. Показники якості засобу «Дезеконом» (концентрат)

№ п/п	Найменування показника	Норма	Метод контролю
1	Зовнішній вигляд	Прозора рідина синього кольору	Згідно п.7.2.1
2	Запах	Сировини і ароматизатора	Згідно п.7.2.1
3	Показник концентрації водневих іонів (рН) 1% (за препаратом) водного розчину, од. рН	10,0 ± 0,5	Згідно п.7.2.2
4	Густина за температури (20,0 ± 0,5) °С, г/см <sup>3</sup>	1,00 ± 0,02	Згідно п.7.2.3
5	Масова частка дидецилдиметиламонію хлориду, % не менше	9,0	Згідно п.7.2.4
6	Масова частка амінопропилдодецилпропан-діаміну, % не менше	5,0	Згідно п.7.2.5
7	Масова частка полігексаметиленбігуанід гідрохлориду, % не менше	0,98	Згідно п.7.2.6

Примітки.

1. Допускається здійснювати експрес-контроль якості засобу за показниками 1 – 4 таблиці 11;
2. Допускається визначати показники 5 і 7 разом, при цьому їх сумарний нормативний вміст дорівнює сумі нормативного вмісту для кожної з речовин окремо і становить не менше 9,98%.

Таблиця 12. Показники якості засобу «Дезекон ОМ» («Disecon OM») (5% розчин)

№ п/п	Найменування показника	Норма	Метод контролю
1	Зовнішній вигляд	Рідина прозора від безбарвного до світло-блакитного кольору	Згідно з 7.2.1
2	Запах	Сировини і ароматизатора	Згідно з 7.2.1



3	Показник концентрації водневих іонів (рН), од. рН	10,5 ± 1,0	Згідно з 7.2.2
4	Густина за температури (20,0 ± 0,5) °С, г/см <sup>3</sup>	1,00 ± 0,02	Згідно з 7.2.3
5	Масова частка дидецилдиметиламонію хлориду, %, не менше	0,45	Згідно з 7.2.4
6	Масова частка амінопропилдодецилпропан-діаміну, %, не менше	0,25	Згідно з 7.2.5
7	Масова частка полігексаметиленбігуанід гідрохлориду, %, не менше	0,05	Згідно з 7.2.6

**Примітки.**

1. Допускається здійснювати експрес-контроль якості засобу за показниками 1 – 4 таблиці 12;
2. Допускається визначати показники 5 і 7 разом, при цьому їх сумарний нормативний вміст дорівнює сумі нормативного вмісту для кожної з речовин окремо і становить не менше 0,5 %;
3. Показники якості, їх нормативи та методи контролювання, вказані у таблиці 12, розповсюджуються на 5%-й розчин засобу «Дезекон ОМ» («Disecon ОМ») для просочування серветок.

**7.2. Методи визначення встановлених показників****7.2.1. Визначення зовнішнього вигляду і запаху**

Зовнішній вигляд засобу визначають візуально, переглядаючи на світлі пробірку з безбарвного скла за ГОСТ 1770-74 внутрішнім діаметром 25–26 мм, яка наполовину заповнена засобом. Запах визначають органолептично.

**7.2.2. Визначення показника концентрації водневих іонів (рН)**

рН засобу визначають потенціометричним методом відповідно до ДСТУ 2207.1 (ГОСТ 22567.5) з використанням скляного та хлорсрібного електродів за ГОСТ 16287.

**7.2.3. Визначення густини**

Густину засобу визначають за ГОСТ 18995.1. за допомогою пікнометра або ареометра.

**7.2.4. Визначення масової частки дидецилдиметиламонію хлориду методом двофазного титрування**

Масову частку дидецилдиметиламонію хлориду в засобі визначають сумарно методом двофазного титрування. Титрування проводять аніонним стандартним розчином (натрію додецилсульфат) при додаванні калію гідроксиду у присутності фарбника метиленового блакитного. Титрування проводиться в двофазній системі (вода і хлороформ).

**7.2.4.1. Прилади, реактиви, розчини**

Ваги лабораторні 2 класу точності за ДСТУ 7270:2012 з найбільшою межею зважування 200 г.

Бюретка 1-1-2-25-0,1 за ДСТУ ISO 4787:2009.

Піпетка 2-1-2-5 за ДСТУ ISO 4787:2009.

Циліндр мірний 2-50-2, 2-100-2 з притертим корком ГОСТ 1770-74 або колба Кн за ГОСТ 25336-82 з шліфованим корком.

Колби мірні 2-100-2, 2-500-2 за ГОСТ 1770-74.

Кислота сірчана ч.д.а. за ГОСТ 4204-77.

Калію гідроксид ч.д.а. за ГОСТ 24363-80.

Хлороформ за ГОСТ 20015-88.

Натрію додецилсульфат (CAS №151-21-3, марка «Ультра для молекулярної біології» > 99,0%), імпорт; 0,004 М водний розчин.

Індикатор метиленовий блакитний за ТУ 6-09-5569-93; водний розчин з масовою часткою 0,1%.

Вода дистильована за ГОСТ 6709-72.

**7.2.4.2. Підготовка до аналізу**

Приготування 0,004 М стандартного розчину натрій додецилсульфату: в мірній колбі місткістю 500 мл розчиняють у воді 0,5777 г натрій додецилсульфату, додають воду до калібрувальної мітки і ретельно перемішують.

#### 7.2.4.3. Проведення аналізу

Близько 2 г засобу, зваженого з точністю до четвертого десяткового знаку, розчиняють в мірній колбі місткістю 100 см<sup>3</sup> з доведенням об'єму дистильованою водою до мітки. У мірний циліндр місткістю 100 см<sup>3</sup> (або конічну колбу місткістю 250 см<sup>3</sup>) вносять 5 см<sup>3</sup> розчину засобу, додають 45 см<sup>3</sup> дистильованої води, 0,5 см<sup>3</sup> розчину метиленового блакитного, 0,1 г гранульованого гідроокису калію (1 гранулу) і 15 см<sup>3</sup> хлороформу.

Двофазну систему, що утворилася, з нижнім хлороформним шаром, забарвленим в рожевий колір, титрують розчином додецилсульфату натрію спочатку по 1 см<sup>3</sup>, потім по 0,5 см<sup>3</sup> і далі меншими об'ємами, при інтенсивному струшуванні в закритому циліндрі (або закритій колбі) до переходу рожевого забарвлення нижнього хлороформного шару в сине.

#### 7.2.4.4. Обробка результатів

Масову частку дидецилдиметиламмонію хлориду (сумарно) в засобі (X<sub>2</sub>, %) обчислюють за формулою:

$$X_2 = \frac{0,001422 \times V \times P}{m} \times 100$$

де 0,001422 – маса дидецилдиметиламмонію хлориду, що відповідає 1 см<sup>3</sup> розчину натрій додецилсульфату концентрації точно С (C<sub>12</sub>H<sub>25</sub>SO<sub>4</sub>Na) = 0,004 моль/дм<sup>3</sup>, г;

V – об'єм розчину натрій додецилсульфату концентрації точно С (C<sub>12</sub>H<sub>25</sub>SO<sub>4</sub>Na) = 0,004 моль/дм<sup>3</sup>, витрачений на титрування, см<sup>3</sup>;

P – кратність розведення розчину засобу, що дорівнює 20;

m – маса засобу, узята на аналіз, г.

За результат аналізу приймають середнє арифметичне результатів двох паралельних визначень, абсолютна розбіжність між якими не перевищує припустиму розбіжність, що дорівнює 0,5 %.

#### 7.2.5. Визначення масової частки амінопропилдодецилпропандіаміну.

Визначення проводять методом кислотно-основного титрування.

##### 7.2.5.1 Прилади, реактиви і розчини

Ваги лабораторні загального призначення 2 класу точності за ДСТУ 7270:2012 з найбільшою межею зважування 200 г.

Склянка В-1-150 або В-2-150 за ГОСТ 25336-82.

Бюретка 1-2-25-0,1 за ДСТУ ISO 4787:2009.

Колби Кн 1-100-29/32 за ГОСТ 25336-82.

Циліндр мірний 2-50-2 за ГОСТ 1770-74.

Колба мірна 2-1000-2 за ГОСТ 1770-74.

Піпетки 2-1-2-0,5 за ГОСТ 20292-74.

Стандарт-титр кислота соляна 0,1 н. за ТУ 6-09-2540-87; 0,1 н. водний розчин соляної кислоти; готують за інструкцією до застосування стандарт-титрів.

Індикатор бромтимоловий синій за ТУ 6-09-2086-77, 0,1% розчин в 95% етиловому спирті.

##### 7.2.5.2. Проведення аналізу

У колбу для титрування місткістю 100 см<sup>3</sup> вносять близько 3,0 г засобу, зваженого з точністю до четвертого десяткового знаку, додають 30-40 см<sup>3</sup> дистильованої води, 0,5 см<sup>3</sup> розчину індикатора і титрують розчином соляної кислоти до переходу забарвлення з синього в зеленувато-жовте.

##### 7.2.5.3. Обробка результатів

Масову частку амінопропилдодецилпропандіаміну в засобі (X<sub>1</sub>, %) обчислюють за формулою:

$$X_1 = \frac{0,009985 \times V}{m} \times 100$$

де 0,009985 – маса амінопропилдодецилпропан діаміну, що відповідає 1 см<sup>3</sup> розчину соляної кислоти концентрації точно С (HCl) = 0,1 моль/дм<sup>3</sup>, г;

V – об'єм розчину соляної кислоти концентрації точно С (HCl) = 0,1 моль/дм<sup>3</sup>, витрачений на титрування, см<sup>3</sup>;

m – маса засобу, узятя на аналіз, г.

За результат аналізу приймають середнє арифметичне результатів двох паралельних визначень, абсолютна розбіжність між якими не перевищує припустиму розбіжність, що дорівнює 0,5 %.

### **7.2.6. Визначення масової частки полігексаметиленбігуаниду гідрохлориду.**

#### **7.2.6.1. Прилади, реактиви, розчини**

Ваги лабораторні загального призначення 2 класу точності за ДСТУ 7270:2012 з найбільшою межею зважування 200 г.

Склянка для зважування СВ-24/10 за ГОСТ 25336-82.

Бюретка 1-1-2-25-0,1 за ДСТУ ISO 4787:2009.

Циліндр мірний 2-100-2 з притертим корком за ГОСТ 1770-74 або колба Кн за ГОСТ 25336-82 з шліфованим корком.

Піпетки 2-1-2-5, 2-1-2-10, 2-1-2-25 за ДСТУ ISO 4787:2009.

Циліндри 1-25, 1-50, 1-100 за ГОСТ 1770-74.

Колби мірні 2-250-2, 2-500-2, 2-1000-2 за ГОСТ 1770-74.

Хлороформ за ГОСТ 20015-88.

Натрій додецилсульфат (CAS № 151-21-3, марка «Ультра для молекулярної біології» > 99,0%), імпорт; 0,004 М водний розчин.

Дімідіум бромід - імпорт, за сертифікатом виробника.

Дісульфін синій VN 150 - імпорт, за сертифікатом виробника.

Спирт етиловий ректифікований за ГОСТ Р 51652-2000.

Кислота сірчана концентрована за ГОСТ 14262-78.

Вода дистильована за ГОСТ 6709-72.

#### **7.2.6.2. Підготовка до аналізу**

**7.2.6.2.1. Приготування 0,004 М стандартного розчину натрій додецилсульфату:** в мірній колбі місткістю 500 мл розчиняють у воді 0,5777 г натрій додецилсульфату, додають воду до калібрувальної мітки і ретельно перемішують.

#### **7.2.6.2.2. Приготування розчину індикатора**

Приготування розчинів дімідіуму броміду і дісульфіну синього VN 150: 500 мг дімідіуму броміду точно зважують на аналітичних терезах і розчиняють в 30 см<sup>3</sup> гарячого 10% за об'ємом розчину етанолу. Аналогічно розчиняють 250 мг дісульфіну синього VN 150. Обидва розчини переносять в мірну колбу місткістю 250 см<sup>3</sup> і доводять об'єм 10% водним розчином етанолу до калібрувальної мітки.

#### **7.2.6.2.3. Приготування кислотного індикаторного розчину**

20 см<sup>3</sup> розчину індикатора дозують в мірну колбу місткістю 500 см<sup>3</sup>, в яку заздалегідь налито 200 см<sup>3</sup> дистильованої води. Після додавання 3 см<sup>3</sup> сірчаної кислоти доповнюють дистильованою водою. Одержаний розчин індикатора необхідно оберігати від світла і зберігати не більше 7 днів.

#### **7.2.6.3. Проведення аналізу**

Близько 2 г засобу, зваженого з точністю до четвертого десяткового знаку, розчиняють в мірній колбі місткістю 100 см<sup>3</sup> з доведенням об'єму дистильованою водою до мітки. У мірний циліндр місткістю 100 см<sup>3</sup> (або конічну колбу місткістю 250 см<sup>3</sup>) вносять 5 см<sup>3</sup> розчину засобу, 25 см<sup>3</sup> хлороформу і 10 см<sup>3</sup> свіжоприготовленого розчину кислотного індикатора. Двофазну систему, що утворилася після струшування, з нижнім хлороформним шаром, забарвленим в колір морської хвилі, і верхнім водним шаром, забарвленим в яєчно-жовтий колір, титрують 0,004 М розчином натрій додецилсульфату.

Після додавання кожної порції розчину натрій додецилсульфату циліндр закривають притертим корком і сильно струшують. Додавання нової порції титранту проводять тільки після повного розшарування шарів. Титрування проводять до обезбарвлення нижнього хлороформного шару.

#### 7.2.6.4. Обробка результатів

Масову частку полігексаметиленбігуанід гідрохлориду ( $X_3$  %) обчислюють за формулою:

$$X_3 = \frac{0,000876 \times (V_{\text{сум}} - V_{\text{час}}) \times P}{m} \times 100$$

де

0,000876 – маса полігексаметиленбігуанід гідрохлориду, що відповідає 1 см<sup>3</sup> розчину натрій додецилсульфату концентрації точно С ( $C_{12}H_{25}SO_4Na$ ) = 0,004 моль/дм<sup>3</sup>, г;

$V_{\text{сум}}$  – об'єм розчину натрій додецилсульфату концентрації точно С ( $C_{12}H_{25}SO_4Na$ ) = 0,004 моль/дм<sup>3</sup>, витрачений на титрування четвертинних амонієвих сполук і полігексаметиленбігуанід гідрохлориду, см<sup>3</sup>;

$V_{\text{час}}$  – об'єм розчину натрій додецилсульфату концентрації С ( $C_{12}H_{25}SO_4Na$ ) = 0,004 моль/дм<sup>3</sup>, витрачений на титрування четвертинних амонієвих сполук по п. 7.2.4, см<sup>3</sup>;

P – кратність розведення розчину засобу, що дорівнює 20;

m – маса засобу, узята на аналіз, г.

За результат аналізу приймають середнє арифметичне результатів двох паралельних визначень, абсолютна розбіжність між якими не перевищує припустиму розбіжність, що дорівнює 0,5 %.

#### 7.2.7. Методика визначення повноти змивання залишків робочих розчинів засобу «Дезекон ОМ» («Disecon OM»)

Визначення повноти змивання засобу здійснюється візуальним колориметричним методом.

##### 7.2.7.1. Засоби вимірювання, реактиви, розчини.

- колби конічні за ДСТУ ISO 4787:2009;
- циліндри мірні за ДСТУ ISO 4787:2009;
- піпетки за ДСТУ ISO 4787:2009;
- вода питна за ДСанПіН 2.2.4-171-10;
- кислота соляна за ГОСТ 3118-77, розчин концентрації С = 0,1 моль/дм<sup>3</sup> (0,1 н) готують за ДСТУ 7258:2012;
- йод кристалічний за ГОСТ 4159-79, водний розчин концентрації С = 0,1 М (моль/дм<sup>3</sup>);

##### 7.2.7.2. Проведення аналізу.

Воду питну, яка використовується для змивання (контрольна проба) і воду після змивання (змивна вода) в об'ємі по 200,0 см<sup>3</sup> помістити в 2 колби на 250 (500) см<sup>3</sup>, додати у кожну 20 см<sup>3</sup> розчину соляної кислоти і 0,2 см<sup>3</sup> розчину йоду. Закрити колби корками і збовтати для перемішування. Після перемішування на білому фоні (наприклад, аркуш білого паперу) порівняти забарвлення розчинів в колбах. Змивна вода, що містить залишкові кількості засобу має більш інтенсивне жовте забарвлення, ніж питна вода для змивання (контрольна проба). В такому випадку промивання обладнання продовжують ще 3-5 хвилин. При відсутності залишкових кількостей засобу змивна вода залишається такого ж кольору і прозорості, як і чиста вода (контрольна проба).