



**ДЕРЖАВНА СЛУЖБА УКРАЇНИ З ПИТАНЬ
БЕЗПЕЧНОСТІ ХАРЧОВИХ ПРОДУКТІВ ТА ЗАХИСТУ СПОЖИВАЧІВ**

вул. Б. Грінченка, 1, м. Київ, 01001, тел. 279-12-70, 279-75-58, факс 279-48-83,
e-mail: info@consumer.gov.ua



ВИСНОВОК

державної санітарно-епідеміологічної експертизи

від 06 08 2020 р.

№ 12.2-18-5/ 17412

Найменування об'єкта експертизи: Засіб дезінфікуючий «Бациліквід лонг» (діючі речовини: полігексаметиленгуанідін (ПГМГ ГХ) 4,0%±1,0%, алкілдиметилбензиламоній хлорид 9,0%±1,0%, глутаровий альдегід 4,0%±1,0%)

Виготовлено відповідно до: ТУ У 20.2-40220141-003:2017 «Засоби дезінфікуючі концентровані. Технічні умови»

Код за ДКПІ: УКТЗЕД, артикул-20.20.14

Сфера застосування та реалізації об'єкта експертизи: Засіб дезінфікуючий застосовується в закладах охорони здоров'я усіх профілів; аптечних закладах; лабораторіях; навчально-виховних та учбових закладах різних рівнів акредитації, дитячих дошкільних закладах; у військових частинах; на підприємствах харчової та переробної промисловості, агро-промислового комплексу, мікробіологічної, фармацевтичної, парфумерно - косметичної промисловості, ресторанному господарстві, підприємствах громадського харчування та торгівлі, на об'єктах комунально-побутового обслуговування; на автомобільному, залізничному, авіаційному, водному, іншому транспорті; закладах та установах соціального захисту, пенітенціарних установах, закладах зв'язку та банківських установах; в місцях загального користування, на інших епідемічно - значимих об'єктах, діяльність яких вимагає проведення дезінфекційних робіт відповідно до діючих санітарно-гігієнічних та протиепідемічних норм і правил, у вогнищах інфекційних хвороб, населенням у побуті; оптова та роздрібна торгівля. Державна реєстрація.

Країна-виробник: ТОВ «ДАНА МЕДІКАЛ», Україна, 03142, м. Київ, вул. Академіка Кримського 4-А, Код ЄДРПОУ 40220141, тел. +3 8063 747 66 26, E-mail: danamedvd@gmail.com www.danamedikal.com.; ТОВ «ДЕЗАСАН», Україна, 03194, м. Київ, бульвар Кольцова, буд. 14-Д., офіс 610. 4-А, Код ЄДРПОУ 43669171. Виробничі потужності: Україна, 03148, Київ, Жмеринська, буд., 26.

(адреса, місцезнаходження, телефон, факс, E-mail, веб-сайт)

Заявник експертизи: ТОВ «ДАНА МЕДІКАЛ», Україна, 03142, м. Київ, вул. Академіка Кримського 4-А, Код ЄДРПОУ 40220141, тел. +3 8063 747 66 26, E-mail: danamedvd@gmail.com www.danamedikal.com.

(адреса, місцезнаходження, телефон, факс, E-mail, веб-сайт)

Дані про контракт на постачання об'єкта експертизи в Україну: вітчизняне виробництво

Об'єкт експертизи відповідає встановленим медичним критеріям безпеки / показникам:

за результатами ідентифікації, оцінки ризику для здоров'я населення, а також результатами перевірки (розширеного контролю) наданого заявником зразка об'єкту експертизи, а саме: «Засіб дезінфікуючий «Бациліквід лонг». За зовнішнім виглядом засіб представляє собою: прозору рідину кольором від жовтого до коричневого, концентрат, що потребує розведення. До складу засобу в якості діючих речовин входять активні речовини: полігексаметиленгуанідін (ПГМГ ГХ) 4,0%±1,0%, алкілдиметилбензиламоній хлорид 9,0%±1,0%, глутаровий альдегід 4,0%±1,0%) за параметрами гострої токсичності засіб «Бациліквід лонг» відноситься до III класу помірно небезпечних речовин при введенні в шлунок та при нанесенні на шкіру відноситься до IV класу малонебезпечних речовин згідно з ГОСТ 12.1.007.

В умовах застосування вміст шкідливих речовин - у повітрі робочої зони не перевищує: ГДК (мг/м³): алкілдиметилбензиламонію хлориду (ЧАС) - 1,0; гексаметиленіміну гідрохлориду - 0,5; глутарового альдегіду - 5,0 згідно вимог СН 4617-88 «Предельно допустимые концентрации (ПДК) вредных веществ в воздухе рабочей зоны», ГОСТ 12.1.005-88 «Общие санитарно-гигиенические требования к воздуху рабочей зоны». Залишки

катіонних, аніонних та неіоногенних ПАР на шкірі людини - не більше 1,0 мкг/см² згідно з "Методическими указаниями по гигиенической оценке товаров бытовой химии" №6026-В-91; М., 1991 г, СанПіН № 6026 Б-91, "Санитарные правила и нормы по производству и применению товаров бытовой химии". Засіб не подразнює шкірні покриви у рекомендованих до застосування концентраціях, не володіє канцерогенними, мутагенними, ембріотоксичними та гонадотропними властивостями.

Необхідними умовами використання /застосування, зберігання, транспортування, утилізації, знищення є:

а) дотримання вимог, які встановлені даним висновком за результатами випробувань наданого зразка; б) забезпечення умов транспортування та термінів зберігання продукції відповідно до рекомендацій виробника, вказаних у супровідній документації; в) проведення вибіркових випробувань об'єкта експертизи на відповідність вимогам даного висновку та діючого санітарного законодавства; г) продукцію використовувати виключно за призначенням.

Використовувати у відповідності з вимогами «Інструкції щодо застосування засобу дезінфікуючого «Бациліквід лонг» з метою дезінфекції». Засіб володіє бактерицидною, туберкулоцидною, віруліцидною, фунгіцидною та спороцидною активністю.

Режими використання: робочі розчини у концентраціях 0,05; 0,1; 0,15; 0,2; 0,25; 0,3; 0,5; 0,8; 1,0; 1,2; 1,5; 2,0; 2,5%; 3,0; 3,5; 4,0%; 4,5%; 5,0; 5,5%; 6,0%; 6,5 %; експозиція – 5, 10, 15, 30, 45, 60, 90, 120, 240 хвилин.

Умови безпечного застосування визначаються дотриманням вимог та рекомендацій виробника, методичних вказівок/рекомендацій, інструкцій до дезінфікуючого засобу, правил особистої гігієни та правил безпеки праці.

До роботи із засобами не допускаються особи молодші 18 років, вагітні жінки та жінки, що годують немовлят, а також особи, що мають підвищену чутливість до складових засобу, алергічні захворювання та ушкодження шкіри. Всі роботи із засобами слід проводити у приміщеннях, що піддаються провітрюванню. Забороняється вживати їжу, палити під час виконання робіт із дезінфекції. При проведенні робіт із дезінфекції слід уникати попадання засобу в очі і на шкіру. Після закінчення роботи обличчя і руки необхідно вимити водою з милом.

Роботи, пов'язані із приготуванням робочих розчинів засобу та застосування шляхом зрошення/розпилення потребують використання індивідуальних засобів захисту шкіри, органів дихання та очей. Особам, які страждають від алергічних захворювань або особам із підвищеною чутливістю до хімічних речовин - не використовувати засоби без попереднього тестування або консультації з лікарем.

Використана тара та залишки невикористаної продукції відправляють до сміттєзбірника.

Утилізацію некондиційного продукту проводять згідно з вимогами Закону України «Про вилучення з обігу, утилізацію, знищення або подальше використання неякісної небезпечної продукції».

За результатами державної санітарно-епідеміологічної експертизи: об'єкт експертизи «Засіб дезінфікуючий «Бациліквід лонг» (діючі речовини: полігексаметиленгуанідін (ПГМГ ГХ) 4,0%±1,0%, алкілдиметилбензиламоній хлорид 9,0%±1,0%, глутаровий альдегід 4,0%±1,0%)», за наданим заявником зразком та наданою документацією, відповідає вимогам діючого санітарного законодавства України і за умови дотримання вимог цього висновку може бути використаний в заявленій сфері застосування.

Термін придатності: згідно маркування.

Інформація щодо етикетки, інструкції, правил тощо: Етикетка з інструкцією з використання та зберігання надається державною мовою. Склад інгредієнтів надається у відповідності до діючої нормативно-технічної документації. Даний висновок не може бути використаний для реклами споживчих якостей об'єкту експертизи.

Висновок дійсний: на термін дії ТУ У 20.2-40220141-003:2017 «Засоби дезінфікуючі концентровані. Технічні умови»

Відповідальність за дотримання вимог цього висновку несе заявник.

Показники безпеки, які підлягають контролю на кордоні: Вітчизняне виробництво.

Показники безпеки, які підлягають контролю при митному оформленні: Вітчизняне виробництво.

Поточний державний санітарно-епідеміологічний нагляд здійснюється згідно з вимогами цього висновку: згідно з чинним законодавством України.

Комісія з державної санітарно-епідеміологічної експертизи Інституту гігієни та екології Національного медичного університету імені О.О.Богомольця

03680, Україна, м. Київ, пр. Перемоги, 34, санітарно-гігієнічний корпус, тел.456-10-68

(найменування, місцезнаходження, телефон, факс, E-mail, веб-сайт)

Протокол експертизи

№ 91 від 30.07.2020 р.

(для протоколу, дата його затвердження)

Голова комісії, член-кор. НАМН України, професор


Бардов В.Г.
(прізвище, ініціали)