



10923
ДСТУ EN ISO/IEC 17065

UA.TR.001

Зареєстровано в реєстрі за №
Registered Certificate Number

UA.TR.001.0753.30.01242-21
дійсний до **08.11.2026**

ДП «УКРМЕТРТЕСТСТАНДАРТ»
SE "UKRMETRTTESTSTANDARD"

Додаток № 1
Addition

№	Назва	НД	Серія	Модель	
1	Фетальний доплер (Fetal Doppler)	ДСТУ EN 60601-1:2015, ДСТУ EN 60601-2-37:2015, ДСТУ EN 60601-1-2:2018	eFM-60	eFM-20	
2				L8D	
3				eFM-60	
4			L6	eFM-50	
5				L6SE	
6				L6C	
7				L6	
8				L6S	
9				L6T	
10			FD88	eFM-10B	FD88
11					eFM-10B
12					eFM-50
13					eFM-20
14					iFM-10B

Заступник керівника органу з сертифікації
Deputy head of Certification Body

Дата реєстрації:
Date **09.11.2021**



В.Д. Ример
V.D. Rymer

Даний сертифікат виданий ОСВ ДП «УКРМЕТРТЕСТСТАНДАРТ» (4, вул. Метрологічна, Київ, 03143, Україна) та може бути відтворений тільки повністю. Будь-яка публікація або часткове відтворення змісту сертифіката можливе лише з письмової згоди ОСВ ДП «УКРМЕТРТЕСТСТАНДАРТ». Сертифікат без підпису та печатки не дійсний.
This Certificate issued by the CAB SE "UKRMETRTTESTSTANDARD" (4, Metrologichna st., Kyiv, 03143, Ukraine) and may not be reproduced other than in full. Any publication extracts from the Certificate requires written permission of the CAB SE "UKRMETRTTESTSTANDARD". The Certificate without signature and stamp is not valid.
Чинність сертифіката можна перевірити за телефоном: +38 (044) 526-41-32 та на веб-сайті: <http://reestr.ukrcm.kiev.ua>
Validity of the certificate can be checked by phone or at website