



Зареєстровано за №

UA.TR.023.002-21

**ДЕРЖАВНЕ ПІДПРИЄМСТВО «ПОЛТАВСЬКИЙ РЕГІОНАЛЬНИЙ НАУКОВО-ТЕХНІЧНИЙ ЦЕНТР СТАНДАРТИЗАЦІЇ, МЕТРОЛОГІЇ ТА СЕРТИФІКАЦІЇ»
(ДП «ПОЛТАВАСТАНДАРТМЕТРОЛОГІЯ»)**

СЕРТИФІКАТ ВІДПОВІДНОСТІ

Виданий: *ПрАТ «СКЛОПРИЛАД»
вул. Озерна, 18, м. Заводське Лохвицького р-ну Полтавської обл.*

Відповідно до: *Додаток 3, розділ «Процедури оцінки відповідності» Модуль F
(відповідність типу за результатами перевірки засобів
вимірювальної техніки) Технічного регламенту законодавчо
регульованих засобів вимірювальної техніки, затвердженого
постановою Кабінету Міністрів України від 13.01.2016 № 94*

Тип приладу/ засобу
вимірювальної техніки: *манометр, манометр з термометром, манометр сигналізуючий,
вакуумметр, мановакууметр, мановакууметр сигналізуючий,
напоромір, тягомір, тягонапоромір*

Позначення типу: *ДМ05, ДМТ 05, ДМ Сг 05, ДВ 05, ДА 05, ДА Сг 05, ДН 05, ДТ 05,
ДГ 05*

Номер сертифіката
перевірки типу: *№ UA.TR.113-0127-18,
виданий 19.03.2018, дійсний до 18.03.2028*

Кількість сторінок: *2*

Номер для посилань: *002-21*

Номер призначеного
органу: *UA.TR.023*

Дата видачі: *12.01.2021*

Керівник органу з оцінки відповідності

Лариса ЩУР

М.П. «ПОЛТАВАСТАНДАРТ-МЕТРОЛОГІЯ»

Даний сертифікат відповідності може бути відтворений тільки повністю. Будь-яка публікація або часткове відтворення змісту сертифіката можливе лише за письмової згоди Призначеного органу ДП «Полтавастандартметрологія». Сертифікат без підпису та печатки недійсний.

Адреса: вул. Генерала Духова, 16, м. Полтава, 36014

Телефон: +38 (0532) 60-19-47, ел.пошта: metrolog@standart.pl.ua, web-сайт: www.poltavastandard.org

000482

Застосовані стандарти:

ДСТУ OIML R 101:2013 (OIML R 101:1991, IDT) Метрологія. Показувальні та реєструвальні манометри, вакуумметри мановакуумметри з пружинними чутливими елементами (робочі засоби вимірювальної техніки)

1 Результат:

За результатами проведених досліджень і випробувань встановлено, що манометри ДМ05, манометри з термометром ДМТ 05, манометри сигналізуючі ДМ Сг 05, вакуумметри ДВ 05, мановакуумметри ДА 05, мановакуумметри сигналізуючі ДА Сг 05, напороміри ДН 05, тягоміри ДТ 05, тягонапороміри ДГ 05 із зазначеним у пункті 2 цього сертифіката серійним номером партії відповідають затвердженому типу, описаному у сертифікаті перевірки типу та застосованим вимогам Технічного регламенту.

Для перевірки відповідності засобів вимірювальної техніки таким вимогам були проведені випробування, викладені в п. 10.1; 10.2; 10.3.1. ДСТУ OIML R101:2013, зокрема:

- візуальний огляд;
- контроль гістерезису;
- контроль похибки.

Номер протоколу випробувань: № 10.4-10

Дата протоколу випробувань: 11.01.2021

2 Заводські/ серійні номери: серійний номер партії Д 012021

www.europryad.com