

«Затверджую»



ІНСТРУКЦІЯ

щодо застосування засобу дезінфікуючого «ТЕРРАЦІД ПРЕМІУМ» з метою дезінфекції,
дезінфекції високого рівня (ДВР), передстерилізаційного очищення та хімічної стерилізації

1. ЗАГАЛЬНІ ПОЛОЖЕННЯ

1.1. Повна назва засобу – Засіб дезінфікуючий «ТЕРРАЦІД ПРЕМІУМ», що виготовляється у відповідності із ТУ У 20.2- 40220141-003:2017

1.2. Фірма виробник – ТОВ «ДАНА МЕДІКАЛ» (Україна)

1.3. Склад засобу, вміст діючих та допоміжних речовин, мас. %: 1,3-Пропандіамін, N-(3- амінопропіл)-N-додецил - 2,0%; феноксіетанол - 5,0%, алкілC₁₂₋₁₈диметилбензиламоній хлорид – 18,0%); хелатний комплекс, антикорозійний комплекс, pH регулятор, миючі компоненти (що можуть включати катіонактивні тензиди чи ензимний комплекс: амілаза, протеаза, ліпаза), інгібітор корозії, за потреби – комплекс для зниження піноутворення, інші функціональні добавки, вода демінералізована - до 100,0%.

1.4. Форма випуску і фізико-хімічні властивості засобу. Засіб дезінфікуючий «ТЕРРАЦІД ПРЕМІУМ» – однорідна прозора рідина, від світло жовтого до зеленого кольору, із запахом сировинних компонентів (за потреби, на вимогу користувачів може додаватись віддушка, засіб та його робочі розчини набувають запаху віддушки). Величина pH 0,05% - 1,0% розчину – 8,0–10,5. Робочі розчини засобу мають гарні миючі, дезодоруючі, змочувальні, емульгуючі властивості, усуває неприємні запахи, в т.ч. пов’язані із утворенням цвілі, не пошкоджують вироби та поверхні із різноманітних матеріалів натурального та штучного походження, у т.ч. із корозійностійких та не стійких до корозії металів (в т.ч. з вмістом хрому, нікелю, титану, сплавів кольорових важких металів, анодованого алюмінію, олова, нелегованої листової сталі, латуні, бронзи, низьковуглеводній сталі тощо), цементів, кераміки, металокераміки, гуми, скла, полімерних матеріалів (включаючи штучну шкіру, каучук (буль яких різновидностей), латекс, поліамід, макролон, полівінілхлорид, плексиглас (акрилове скло), полістерол, силікон, альгінат, гідроколойд тощо), пластмас (різноманітних видів); (дерева, кахелью, порцеляни, фаянсу, поверхні медичних приладів і устаткування з лакофарбованим, гальванічним, полімерним покриттям; добре змиваються з поверхонь, не залишають нальоту і плям, не фіксують органічні забруднення, не знебарвлюють та не зменшують міцність тканин. Видаляють механічні, білкові, жирові забруднення, залишки крові, залишки лікарських засобів із зовнішніх поверхонь, внутрішніх каналів та порожнин виробів. Гомогенізують мокротиння та інші виділення. За потреби низьке піноутворення дозволяє використовувати засіб для миття та дезінфекції інструментів в ультразвукових ваннах. Засіб не сумісний з милами, аніонактивними ПАР. «ТЕРРАЦІД ПРЕМІУМ» є не горючим, пожежо- та вибухобезпечним. Дезінфекційний засіб «ТЕРРАЦІД ПРЕМІУМ» не містить окислювачів.

1.5. Призначення засобу.

Засіб «ТЕРРАЦІД ПРЕМІУМ» призначений для:

- поточної та заключної дезінфекції у лікувально-профілактичних закладах, вогнищах інфекційних захворювань при інфекціях бактеріальної (включаючи туберкульоз), вірусної (в т.ч. вірусних гепатитів, ВІЛ-інфекції, грипу (всіх видів), парагрипу, коронавірусної, респіраторно-синтиціальної, риновірусної, ротавірусної, аденоівірусної, ентеровірусної інфекції та інших вірусних інфекцій) і грибкової (кандидози, трихофітози, плісняви гриби) етіології, у вогнищах зоонозних, особливо небезпечних інфекцій, включаючи конвенційні (карантинні);
 - заключної дезінфекції при зазначених вище інфекціях у дитячих та навчаль-них закладах різних рівнів акредитації;
 - дезінфекції, дезінфекції, суміщеної з передстерилізаційним очищеннем, перед стерилізаційного очищеннем (окремого процесу), дезінфекції високого рівня предметів та виробів в т.ч. медичних виробів із різноманітних матеріалів натурального та штучного походження, в т.ч. із металів та їх сплавів, скла, гуми, полімерів та інших (включаючи гнучки і жорсткі ендоскопи та інструменти до них, наркозо-дихальну, реанімаційну апаратуру тощо);
 - хімічної стерилізації медичних виробів із термолабільних матеріалів;
 - знезараження виробів медичного призначення одноразового використання та використаного перев'язувального матеріалу перед їх утилізацією (відходи категорії В);
 - незараження рідких виділень, крові, сироваток та інших біологічних рідин;
 - обробки об’єктів з метою знищення та попередження виникнення плісняви;
- дезінфекції ємностей для зберігання та транспортування води (у т.ч. питної), систем подачі води у стоматологічних установах, гідромасажних ваннах, ваннах джакузі, плавальних басейнах, водних атракціонах;
- профілактичної дезінфекції;
 - в закладах охорони здоров’я всіх профілів (хірургічні, терапевтичні, акушерські, гінекологічні, дитячі (включаючи відділення неонатології), заклади та відділення із особливими вимогами до утворення запахів (в т.ч. лабораторії ембріології, відділення репродуктивних технологій тощо), фізіотерапевтичні, патологоанатомічні, відділення реанімації та

інтенсивної терапії, алергології, комбустіології, реанімації, інтенсивної терапії, геронтологічні, паліативної допомоги та інші відділення ЗОЗ, стоматологічні клініки, амбулаторії, поліклініки, клінічні, біохімічні, бактеріологічні, серологічні та інші профільні діагностичні лабораторії, ЦСВ та стерилізаційні, станції та рухомий склад швидкої та невідкладної медичної допомоги, донорські пункти та пункти переливання крові, медико - санітарні частини, фельдшерсько-акушерські та медичні пункти, хоспіси тощо); санітарно-профілактичних закладах;

- оздоровчих закладах (санаторії, профілакторії, будинки відпочинку тощо);
- дитячих та дошкільних закладах, учбових закладах різних рівнів акредитації;
- підприємствах фармацевтичної, мікробіологічної, хімічної, біотехнологічної та парфумерно-косметичної промисловості;

- підприємствах харчопереробної промисловості (молочної, м'ясопереробної, кондитерської, виготовлення пивобезалкогольних напоїв, мінеральних вод, бутильованої води, на підприємствах по виготовленню дитячого харчування, консервів, морозива, майонезі та ін.); на підприємствах спиртової та цукровоїгалузей;

- закладах ресторанного господарства і торгівлі;
- на рухому складі та об'єктах забезпечення всіх видів транспорту (у т.ч. залізничному, повітряному, водному, автомобільному, метрополітені), вокзалах, аеропортах, морських і річкових портах, станціях метрополітену тощо;
- промислових підприємствах, у т. ч. агропромислового комплексу, складах та сховищах, включаючи паперові архіви, бібліотечні сховища, склади продуктів харчування, лікарських засобів, предметів гігієни тощо);

- в спортивно-оздоровчих установах (спортивнокомплекси, басейни тощо), а також місцях проведення тренувань, змагань, учебово-тренувальних зборів, громадських пляжах та ін.;

- у закладах сфери відпочинку та розваг (кінотеатри, театри, культурно-оздоровчі комплекси та ін.);
- закладах та установах соціального захисту, банківських установах, підприємствах зв'язку, пенітенціарних установах; військових частинах (включаючи казарми та в умовах польового розташування, у т.ч. в зонах проведення бойових дій тощо);

- комунальних об'єктах (готелі, кемпінги, перукарні, косметологічні клініки та салони, солярії, пральні, лазні та сауни, гуртожитки, тощо);

- на об'єктах водопостачання та каналізації, підприємствах із сортування та переробки сміття, громадських туалетах, біотуалетах;

- у місцях масового скупчення людей (базари, ринки, стоянки, стадіони, майдани тощо);
- для дезінфекції на інших епідемічно значущих об'єктах, діяльність яких вимагає проведення дезінфекційних робіт у відповідності до діючих санітарно-гігієнічних та протиепідемічних норм і правил, нормативно- методичних документів.

- у побуті;
- вологого прибирання (поєдання миття і дезінфекції) з використанням підлогомийних машин;
- очищення і дезінфекції килимових виробів з використанням мийних пилососів;
- для боротьби з пліснявою та її профілактики;
- для дезінвазії у вогнищах паразитарних захворювань;
- з метою дезінфекції різноманітних об'єктів навколошнього середовища при надзвичайних ситуаціях техногенного і природного характеру.

1.6. Спектр антимікробної дії. Спектр протимікробної активності підтверджений лабораторними дослідженнями, що проводились у відповідності з чинними нормативними документами, що гармонізовані із ЕН стандартами. Засіб «ТЕРРАЦІД ПРЕМІУМ» має: бактерицидні властивості по відношенню до грампозитивних та грамнегативних бактерій у т. ч. щодо бактерій групи кишкової палички (включаючи ентерогеморагічну), інших ентеробактерій, в т.ч. стійких до гентаміцину і/або до цефалоспоринових), стафілококів (у т. ч. стійких до метациліну/оксаціліну чи ванкоміцину, стійкі штами *S. pyogenes*, *S. maltophilia*), *Streptococcus pneumoniae*, ентерококів (у т. ч. стійких до ванкоміцину), неферментуючих бактерій із стійкістю до цефалоспоринових антибіотиків, *Pseudomonas aeruginosa* (в т.ч. antibiotic resistant), *H. influenzae*, *Helicobacter pylori*, *Acenotobacter* spp. (у тому числі *A. baumannii* та *A. Iwoffii*), *Citrobacter* spp., *Enterobacter* spp., *Enterobacter agglomerans*, *Klebsiella pneumoniae*, сальмонел, легіонел, лістерій, іерсиніозів, чуми, туляремії, бруцельозу, холери, *Clostridium difficile*, інших збудників небезпечних та особливо- небезпечних, у т.ч. зоонозних інфекцій, анаеробних інфекцій тощо), туберкулоцидні (щодо збудників туберкульозу, *M. Terraerae*) і спороцидні властивості (в т.ч. щодо *Bacillus subtilis*, *Bacillus anthracis*); віруліцидні властивості (специфічна активність засобу перевірена на вірусі групи поліомієліту, що забезпечуєнищення усіх інших видів і груп збудників вірусних інфекцій, в т.ч. збудників парентеральних та ентеральних вірусних гепатитів (A, B, C), вірусу СНІДу (ВІЛ), рота-, корона-, філовірусів, хантавірусів, ентеровірусів, вірусів грипу всіх видів (у т. ч. A(H5N1) «пташиний грип», A(H1N1) «свинячий грип» ін., парагрипу тощо), вірусу поліомієліту, герпесу та ін.; фунгіцидні властивості (включаючи збудників кандидозів, дерматомікозів, а також пліснявих грибів, в т.ч. у споровій формі тощо) та овоцидні і ларвіцидні властивості.

Засіб «ТЕРРАЦІД ПРЕМІУМ» має пролонговані у часі знезаражувальні властивості. Засіб активний при високому ступені органічного забруднення. Ефективно видаляє біологічні плівки та попереджає їхнє утворення. Активний проти мікроорганізмів в біологічних плівках Міюча здатність робочих розчинів для виробів медичного призначення – 100%. Для тканинних матеріалів допускається 85%.

1.7. Токсичність та безпечноість засобу. Засіб «ТЕРРАЦІД ПРЕМІУМ», відповідно до вимог ГОСТ 12.1.007-76, належить до 3 класу помірно небезпечних речовин при введенні в шлунок та парентеральному введенні, до мало небезпечних речовин при нанесенні на шкіру (4 клас небезпеки). Пари засобу в концентрації насичення малонебезпечні (4 клас небезпеки) при інгаляційному надходженні. В умовах застосування вміст хімічних речовин у повітрі робочої зони та тих, що попадають в стічні води після застосування засобу не перевищує гранично допустимих концентрацій, встановлених чинним законодавством. Робочі розчини засобу не подразнюють шкіру, слизові верхніх дихальних шляхів,

слабко подразнюють слизові оболонки очей. У випадках попадання засобу на шкіру залишки катіонних, аніонних та нейоногенних ПАР на шкірі людини не перевищують 1,0 мкг/см², що відповідає нормативному показнику. Не виявляє канцерогенних, мутагенних, ембріотоксичних, тератогенних та гонадотропних властивостей.

Застосування робочих розчинів «ТЕРРАЦІД ПРЕМІУМ» не провокує і не посилює виділення летких хімічних речовин із поверхні та виробів, що піддаються обробці. Засіб біологічно розпадається.

2.ПРИГОТУВАННЯ РОБОЧИХ РОЗЧИНІВ

2.1.Методика та умови приготування робочих розчинів. Робочі розчини дезінфекційного засобу «ТЕРРАЦІД ПРЕМІУМ» готують у промаркованій тарі, що закривається кришкою, виготовлений з будь-яких матеріалів, шляхом розчинення концентрату засобу у воді.

2.2. Розрахунки для приготування робочих розчинів. Для приготування робочих розчинів засобу «ТЕРРАЦІД ПРЕМІУМ» відповідної концентрації виходять із наступних розрахунків, наведених у таблиці 1.

Таблиця 1. Розрахунки для приготування робочих розчинів засобу «ТЕРРАЦІД ПРЕМІУМ»

Концентрація робочого розчину (за препара- том), %	Кількість компонентів (мл) для приготування:					
	1,0 л		5,0 л		10,0 л	
	Кількість концентрату, мл.	Кількість води, мл.	Кількість концентрату, мл.	Кількість води, мл.	Кількість концентрату, мл.	Кількість води, мл.
0,05	0,5	999,5	2,5	4997,5	5,0	9995,0
0,1	1,0	999,0	5,0	4995,0	10,0	9990,0
0,15	1,5	998,5	7,5	4992,5	15,0	9985,0
0,25	2,5	997,5	12,5	4987,5	25,0	9975,0
0,5	5,0	995,0	25,0	4975,0	50,0	9950,0
0,8	8,0	992,0	40,0	4960,0	80,0	9920,0
1,0	10,0	990,0	50,0	4950,0	100,0	9900,0
1,5	15,0	985,0	7,5	4992,5	150,0	9850,0
2,0	20,0	980,0	100,0	4900,0	200,0	9800,0
2,5	25,0	975,0	125,0	487,5	250,0	9750,0
3,0	30,0	970,0	150,0	4850,0	300,0	9700,0
3,5	35,0	965,0	175,0	4825,0	350,0	9650,0
5,0	50,0	950,0	250,0	4750,0	500,0	9500,0

2.3.Термін та умови зберігання робочого розчину. Термін придатності робочих розчинів – 30 діб за умови зберігання у промаркованій тарі із щільно закритою кришкою.

3.СПОСОБИ ЗАСТОСУВАННЯ ЗАСОБУ З МЕТОЮ ДЕЗІНФЕКЦІЇ

3.1. Об'єкти застосування. Робочі розчини «ТЕРРАЦІД ПРЕМІУМ» використовують:

- з метою дезінфекції та миття різноманітних поверхонь приміщень (підлога, стіни, стеля, двері, віконні рами, меблі тощо); медичних приладів, апаратури та устаткування (з лакофарбовим, гальванічним та полімерним покриттям, виготовлених з корозійностійких та корозійнонестійких матеріалів) в усіх галузях застосування засобу (вказаних у п.1.5); поверхонь, вузлів і деталей особливо-чутливої апаратури (у т.ч. наркозо-дихальної, датчиків до ультразвукових діагностичних апаратів, комп'ютерної томографії, магніто-резонансної томографії, тонометрів для вимірювання внутрішнього очного тиску і т.п.), сліновідсмоктуючих систем, тощо; предметів догляду за хворими (підкладні судна, сечеприймальники, грілки, тощо); виробів медичного призначення, виготовлених з різноманітних матеріалів (скло, гума, латекс, тощо); стоматологічних відтисків (в т.ч. виготовлені із силікону, альгінату, інших матеріалів), зубопротезних заготовок, ортопедичних інструментів тощо; технологічного обладнання (включаючи обладнання, поверхні, що контактиують з харчовими продуктами) в харчопереробній, фармацевтичній, мікробіологічній, біотехнологічній та парфумерно-косметичній промисловості; лабораторного, аптечного, столового та кухонного посуду (у т.ч. при використанні посудомийних машин); іграшок; санітарно-технічного обладнання; дезінфекції повітря способом розпилення на різних об'єктах, вентиляційних систем та кондиціонерів (у т.ч. побутові, машинні кондиціонери, спліт-системи, мультиональні спліт-системи ін.);

- знезараження білизни (у т.ч. в пральніх машинах), гумових килимків, взуття, килимків для знезараження спецвзуття перед входом в «критичні зони» лікувально-профілактичних та інших закладів і підприємств; прибирального інвентарю, контейнерів для сміття, сміттєпроводів, відпрацьованих виробів медичного призначення одноразового використання, медичних відходів з текстильних та інших матеріалів, біологічних рідин і біологічних відходів, контейнерів для медичних і біологічних відходів тощо;

- з метою дезінфекції, передстерилізаційного очищення, суміщення процесів дезінфекції та передстерилізаційного очищення (ручним і механізованим способами, в т.ч. в ультразвукових та інших призначених для цього установках, приладах), дезінфекції високого рівня виробів медичного призначення, медичних інструментів із різних матеріалів (скла, металів, пластмас, гуми тощо) в т.ч. хірургічних та стоматологічних інструментів (включаючи такі, що обертаються, стоматологічні бори з різних матеріалів, а також ендодонтичні), гнуучких і жорстких ендоскопів та інструментів до них (у т.ч. для ручної обробки та обробки в автоматичних і напівавтоматичних машинах), лабораторного посуду, перукарського, манікюрного, педікюрного та косметологічного інструментарію тощо.

3.2. Методи знезараження окремих об'єктів. ^{примітка}Дезінфекцію засобом «ТЕРРАЦІД ПРЕМІУМ» здійснюють

методами протирання, зрошення, занурення, замочування, мілько та крупно дисперсного розпилення, об'ємного наповнення тощо. Режими дезінфекції об'єктів робочими розчинами засобу наведені у таблицях 2-10 .

3.2.1. Поверхні в приміщеннях (стіни, підлога, двері тощо), предмети обстановки (тверді меблі та ін.), поверхні приладів, апаратів, устаткування, об'єкти транспорту, протирають ганчір'ям, змоченим розчином засобу (норма витрати розчину при цьому – 50 – 100 мл/м²) чи використовуючи спеціальні одноразові серветки, що поміщають в призначенні для них універсальні контейнери і просочують робочими розчинами засобу, або зрошують із гідропульта, автомакса, розпилювача типу «Квазар» (норма витрат 50-150 мл/м²). Важлива умова ефективності процесу дезінфекції – повне зволоження усіх поверхонь об'єкта знезараження, від цього залежить кількість витраченого робочого розчину засобу для знезараження. Дезінфекцію поверхонь також можна проводити методом використання «двох відер» із застосуванням спеціального устаткування в т.ч. оснащеного мопами, витрати робочого розчину при цьому 15 мл/ м² (чи у відповідності до прийнятої методики в т.ч. матеріалів, що застосовуються для безпосереднього нанесення робочого розчину). При використанні для обробки поверхонь іншої апаратури, спеціального інвентарю, норми витрат розчину розраховують у відповідності до Інструкції на експлуатацію обладнання. Залишки розчинів з поверхонь, в разі необхідності, можна водою не змивати. Обробку різноманітних поверхонь в приміщеннях методом протирання, занурення, замочування, об'ємного наповнення можна проводити в присутності людей і тварин.

3.2.2. Медичні апарати, прилади, устаткування з лакофарбовим, гальванічним, полімерним, чи іншим покриттям протирають серветками, що змочені робочим розчином, з наступним дотриманням відповідної експозиції.

3.2.3. Роз'ємні комплектуючі наркозо-дихальної апаратури (дихальні шланги, маски, ендотрахельні трубки, фільтри, корпуси зволожувача, збірники конденсату) після використання занурюють у робочий розчин дезінфектанту. Знезараження проводять у відповідності до Методичних рекомендацій «Очищення, дезінфекція та стерилізація наркозно-дихальної апаратури», затверджених наказом МОЗ України від 12.03.2010р. № 221, чи інших діючих на момент використання засобу «ТЕРРАЦІД ПРЕМІУМ» нормативних документів.

3.2.4. Поверхні інкубатора (кувеза) і його пристосувань ретельно протирають ганчір'ям, змоченим в робочому розчині засобу. Після експозиції поверхні кувеза протирають чистими тканинними серветками, ясно змоченими у воді і витирають досуха. Після закінчення обробки кувез провірюють протягом 15 хвилин. При обробці кувезів необхідно враховувати рекомендації виробників.

Пристосування до кувезів (резервуар зволожувача, повітрезабірні трубки, шланги, вузол підготовки кисню, металевий хвилегасник) повністю занурюють у робочий розчин засобу «ТЕРРАЦІД ПРЕМІУМ» відповідно до режимів таблиці 3. Після завершення дезінфекції пристосування до кувезів відмивають від залишків деззасобу з ретельним промиванням всіх каналів та висушують.

3.2.5. Вироби лікувального протезування із синтетичних полімерних матеріалів (стоматологічні відтиски із альгінату, силікону, поліефірних смол, зубопротезні заготовки, артикулятори тощо) дезінфікують способом занурення у робочий розчин засобу на встановлену експозицію з наступним промиванням проточною водою протягом 2-3 хвилин.

3.2.6. Для дезінфекції сливовідсмоктуючих установок робочий розчин засобу пропускають через відсмоктувальні шланги і залишають в установці на час експозиції. Після закінчення дезінфекції через установку пропускають воду. Плювальниці заливають робочим розчином засобу. Режими використання наведені в таблиці 3.

3.2.7. Столовий (кухонний) посуд звільняють від залишків іжі і повністю занурюють в робочий розчин засобу «ТЕРРАЦІД ПРЕМІУМ». Норма витрат становить 2л на один комплект. Лабораторний посуд занурюють у місткості із робочим розчином засобу. Місткість, в якій проводиться знезараження, закривають кришкою. По закінченні експозиції посуд миють за допомогою щітки або серветки та промивають проточною водою.

3.2.8. Іграшки протирають серветкою або повністю занурюють у робочий розчин засобу «ТЕРРАЦІД ПРЕМІУМ» з наступним промиванням проточною водою, м'які іграшки чистять щіткою, яку змочують робочим розчином засобу.

3.2.9. Білизну замочують у робочому розчині засобу із розрахунку 4л на 1кг сухої білизни. Місткість, в якій проводиться знезараження закривають кришкою. По закінченні експозиції, білизну перуть і полошуть. Засіб «ТЕРРАЦІД ПРЕМІУМ» також використовується для дезінфекції в процесі прання у пральніх машинах. Засіб подається у вигляді робочого розчину, приготовленого централізовано, або в концентрованому вигляді. Норма витрат засобу визначається видом інфекції, при яких проводиться знезараження білизни. Майна здатність засобу «ТЕРРАЦІД ПРЕМІУМ» становить не менше 85%. Для використання в пральніх машинах застосовується засіб «ТЕРРАЦІД ПРЕМІУМ» із додаванням у складі піногасника.

3.2.10. Поверхні санітарно-технічного обладнання протирають серветками або щіткою, що змочені робочим розчином засобу «ТЕРРАЦІД ПРЕМІУМ», з наступною витримкою відповідно до встановленої експозиції. Гумові килимки знезаражують, протираючи ганчір'ям, що змочене у розчині засобу, або повністю занурюють у розчин засобу.

3.2.11. Гумове взуття для лазень і басейнів, спецвзуття знезаражують шляхом занурення у розчин, перешкоджаючи його спливанню за режими, викладеними в Таблиці 10. «ТЕРРАЦІД ПРЕМІУМ» використовують для знезараження взуття, в т.ч. спецвзуття, в наповнених робочим розчином засобу бар'єрних килимках (дезбар'єрах). З метою профілактичної дезінфекції для наповнення дезінфекційних килимків (дезбар'єрів) використовується 0,5% робочий розчин «ТЕРРАЦІД ПРЕМІУМ», час занурення взуття (одягнене на ноги) в робочий розчин, яким заповнений дезбар'єр – 1-2 хвилини, розчин не змивають. У випадках реєстрації інфекційного захворювання дезінфекцію взуття в дезбар'єрах проводять у розчинах засобу «ТЕРРАЦІД ПРЕМІУМ» за режимами відповідної інфекції.

Для знезараження рукавичок олягнених на руки персоналу, в т.ч. на харчо-переробних підприємствах рукавички протирають серветкою, змоченою в 0,5% робочому розчині «ТЕРРАЦІД ПРЕМІУМ».

3.2.12. Ганчір'я, серветки для прибирання занурюють у робочий розчин засобу «ТЕРРАЦІД ПРЕМІУМ». Після дезінфекції його промивають водою та висушують. Інший прибиравальний інвентар зрошують або протирають робочим розчином.

3.2.13. При наявності пошкоджень пліснявими грибками необхідно визначити місце знаходження їх джерела. На

місцезнаходження джерела цвілевих грибків можуть вказати результати вимірювань вологості і температури, а також гідротермальних досліджень. Ділянки, найбільш склонні до росту цвілевих грибків (наприклад, за вбудованими шафами, розташованими вздовж зовнішніх стін), повинні бути візуально перевірені на наявність цвілевих грибків. З метою досягнення ефективного результату щодо знищення плісняви джерело її знаходження (штукатурка, шпалери, меблі, інші уражені матеріали) необхідно видалити. Найчастіше появляється ураженість пліснявою – індикатор недотримання режиму вологості в приміщенні (в т.ч. внаслідок не ефективної роботи вентиляційної системи приміщень).

Для боротьби з пліснявою використовують робочі розчини «ТЕРРАЦІД ПРЕМІУМ» у відповідності до режимів, викладених у таблиці 3. З метою уникнення розповсюдження плісняви перед першим нанесенням робочого розчину деззасобу очищення не проводять. Розчин спочатку наносять на візуально не уражені пліснявою поверхні, поступово переходячи до місць із проявами цвілі. Після витримки експозиції виконують максимальне очищення та видалення уражених пліснявою конструктивних матеріалів (в т.ч. штукатурки, плитки тощо). Після цього обробку «ТЕРРАЦІД ПРЕМІУМ» повторюють. Мінімальна кількість обробок уражених грибком поверхонь – 2 рази. Для попередження росту плісняви в подальшому обробку повторюють через 1 місяць та в подальшому - щомісячно.

Нанесення робочого розчину «ТЕРРАЦІД ПРЕМІУМ» може проводитись із використанням спеціальної апаратури: методом зрошення чи розпилення, або нанесенням шляхом протирання.

Для попередження ураження (в т.ч. під час будівельних, ремонтних робіт) пліснявою «критичних місць» (ванні кімнати, душові, тощо) використовують робочі розчини «ТЕРРАЦІД ПРЕМІУМ» шляхом нанесення на поверхні після їх очищення. Дочекавшись висихання поверхонь можна проводити фарбування, нанесення клею, будівельних сумішей тощо. Для профілактики уражень пліснявою приміщень із підвищеною вологістю дезінфекційним засобом «ТЕРРАЦІД ПРЕМІУМ» проводять 1 раз на місяць та за необхідності.

3.2.14. Знезараження побутових систем кондиціонування повітря, автомобільних кондиціонерів проводять аерозольним методом, розпилюючи робочий розчин в місці забору повітря із генератора аерозолів (не допускати вдихання розпиленого засобу!). З'ємні деталі та вузли приладів знезаражують шляхом протирання чи занурення в робочий розчин засобу. Режим дезінфекції викладено в таблиці 11. Безпосередньо перед проведенням процедури дезінфекції проводять мийку всіх доступних поверхонь 0,1-0,5% (залежить від ступеню забруднення) розчином засобу «ТЕРРАЦІД ПРЕМІУМ».

3.2.15. Дезінфекцію промислових систем вентиляції і кондиціонування повітря проводять при їх повному відключені і під керівництвом інженерів по вентиляції за режимами використання засобу «ТЕРРАЦІД ПРЕМІУМ», що забезпечує одночасно знищення збудників бактеріальних інфекціях, вірусних та грибкових інфекцій (таблиця 3). Всі поверхні, з'ємні деталі та вузли (в т.ч. повітряні фільтри) вентиляційного обладнання попередньо механічно очищають від видимого сміття та забруднень, миють, використовуючи мильно-содовий розчин (після нього необхідно провести ополіскування водою) або 0,1-0,5% розчином засобу «ТЕРРАЦІД ПРЕМІУМ» (змивання водою не потрібне). Вугільні фільтри підлягають заміні. Дезінфекцію проводять методами протирання, зрошення чи занурення в робочий розчин.

3.2.16. Знезараження повітря у приміщеннях у разі перепрофілювання лікувально-профілактичного закладу, у боксах лабораторій (чи в інших випадках) проводять аерозольним методом, використовуючи генератор аерозолів, норма витрат становить 5 - 10 мл/м³ (залежить від типу апаратури, що використовується). Режим застосування викладено в таблиці 3, у вогнищах інфекційних захворювань використовують робочі розчини засобу за режимами при відповідних інфекціях. Перед проведенням дезінфекції приміщення герметизують, ущільнюючи вікна, двері, виключають припливно-витяжну вентиляцію. Одночасно з дезінфекцією повітря знезаражуються і поверхні. Після закінчення часу експозиції приміщення провітрюють протягом 15 хвилин.

3.2.17. Медичні відходи категорії В (в т.ч. виготовлені із текстилю, гострі, ріжучі вироби) повністю занурюють у робочий розчин засобу «ТЕРРАЦІД ПРЕМІУМ» у місткості, що закриваються кришками, витримують необхідний час експозиції за режимами відповідних інфекцій з урахуванням вимог чинних нормативних документів. Режими знезараження викладені в Таблиці 9.

3.2.18. Біологічні виділення та біорідини заливають робочим розчином у співвідношенні об'ємів розчину до видіlenь 2:1. Режими знезараження викладені в Таблиці 9

3.2.19. Робочі розчини дезінфекційного засобу «ТЕРРАЦІД ПРЕМІУМ» можуть бути використаними для проведення попереднього занурення медичних виробів (МВ) відразу ж після їх використання з метою попередження засихання біологічних субстратів, часткового відмивання та, відповідно, для зменшення органічного забруднення робочих розчинів дезінфектанта під час наступного етапу обробки МВ. Застосовуються робочі розчини 0,05% концентрації, експозиція при цьому не регламентується.

Для дезінфекції медичних виробів використовуються робочі розчини дезінфекційного засобу за режимами, викладеними в Таблиці 6 та Таблиці 7.

Суміщені процеси дезінфекції та передстерилізаційного очищення виробів медичного призначення проводять згідно з режимами, вказаними в таблиці 7. Медичні інструменти та медичні вироби підлягають дезінфекції, дезінфекції та передстерилізаційному очищенню відразу після їх використання, не допускаючи підсушування, (або не більше 2-х годин після проведення медичної процедури), методом занурення в емальовану (без пошкодження емалі) або пластмасову (чи із інших дозволених матеріалів) місткість із засобом «ТЕРРАЦІД ПРЕМІУМ». Для попередження підсушування МВ можлива їх попередня обробка, вказано в п 3.2.19, абзац 1. Роз'ємні вироби дезінфікують у розібраному стані. Канали та порожнини повністю заповнюють розчином засобу «ТЕРРАЦІД ПРЕМІУМ» за допомогою шприців або інших пристрій. Товща шару засобу над поверхнею занурених медичних інструментів повинна бути не менше 1см. Місткість із зануреними у засіб медичними інструментами, щільно закривають кришкою.

Робочі розчини дезінфекційного засобу «ТЕРРАЦІД ПРЕМІУМ» використовуються для передстерилізаційного очищення виробів медичного призначення у відповідності до режимів, викладених в Таблиці 8, за визначеною чинними нормативними документами методикою.

Суміщені процеси дезінфекції та передстерилізаційного очищення медичних виробів з використанням ультразвукових

установок здійснюють у відповідності з Інструкцією до приладу, використовуються робочі розчини «ТЕРРАЦІД ПРЕМІУМ», за режимами, викладеними в таблиці 8.

Очищення і дезінфекцію ендоскопів та медичних інструментів до них проводять за режимами таблиць 6-9 за технологією, що викладена в «Методичних рекомендаціях щодо очищення, дезінфекції та стерилізації ендоскопів, а також медичного інструментарію до них», затверджених МОЗ України 29.04.2004 р., чи інших чинних нормативних документів.

Засіб «ТЕРРАЦІД ПРЕМІУМ» застосовується для попередньої та заключної очистки гнучких і жорстких ендоскопів, інструментів до них, наркозо-дихальної апаратури. Використовується 0,1-0,5% робочі розчини, концентрація і експозиція (5-10 хв.) залежить від ступеню забруднення медичної апаратури (обладнання).

Засіб можна використовувати для проведення дезінфекції, передстерилізаційного очищення та при суміщенні цих процесів у автоматичних і напівавтоматичних дезінфекційно-мийних машинах за режимами зазначеними в таблицях 6, 7, 8, та 13 (у випадках необхідності проведення ДВР). Для використання в автоматичних і напівавтоматичних дезінфікувань-мийних машинах використовується засіб «ТЕРРАЦІД ПРЕМІУМ» із додаванням у складі піногасника.

3.2.20. Контроль якості передстерилізаційного очищення виробів медичного призначення оцінюють шляхом постановки якісних проб на наявність залишкової кількості крові відповідно до методик, що викладені в чинних нормативних документах.

3.2.21. Перукарський, манікюрний, педікюрний та косметичний інструментарій очищують та дезінфікують методами, встановленими для медичних виробів за режимами, що викладені в Таблицях 6-8.

3.2.22. Для дезінфекції, попереднього очищення, передстерилізаційного очищення, суміщених процесів дезінфекції та передстерилізаційного очищення, дезінфекції високого рівня допускається багаторазове використання робочих розчинів протягом терміну придатності. При перших ознаках зміни зовнішнього вигляду (зміна кольору, помутніння, поява осаду, пластівців) розчин необхідно замінити.

Для експрес контролю вмісту активних речовин можуть бути використані спеціальні лабораторні тести, що зареєстровані МОЗ України, в т.ч. допускається контроль вмісту ДР і за визначенням однієї із активних речовин, що входять до складу засобу (наприклад вміст четвертинних амонійних сполук).

3.2.23. Технологічне обладнання, що використовується у технологічних процесах, які вимагають мікробної чистоти, дезінфікують методом протирання, зрошення чи об'ємного наповнення за режимами застосування засобу «ТЕРРАЦІД ПРЕМІУМ» викладеними в Таблиці 2 та у відповідності до технологічних умов виробництва. Для профілактичної дезінфекції (в т.ч. під час генеральних прибирань) на підприємствах харчової промисловості, на харчоблоках різноманітних закладів і установ, включаючи харчоблоки, буфетні кімнати ЗОЗ, оздоровчих закладів, в закладах торгівлі на інших підприємствах при проведенні процесу дезінфекції після попередньої мийки, використовуються робочі розчини 0,05% - експозиція 60 хв., 0,1% - 30хв. 0,15% 15хв., 0,5% - 5хв. Можливе суміщення процесів миття і дезінфекції. При цьому можуть використовуватись робочі розчини засобу 1,0%, 0,5%, 0,25%, 0,1% із відповідним часом експозиції 5, 10, 15, 30 хвилин. Із поверхонь, що не контактують із продуктами харчування після експозиції залишки розчину можна не змивати.

3.2.24. Дезінфекція в дитячих закладах (ДДЗ).

3.2.24.1. Дезінфекцію поверхонь приміщень, обладнання, меблів, іграшок, посуду, інвентарю (прибирального і для миття посуду) та інших об'єктів проводять відповідно до чинних нормативних документів, що регулюють діяльність цих установ, зокрема, Державних санітарних норм та правил «Влаштування, обладнання, утримання дошкільних навчальних закладів та організації життєдіяльності дітей» (від 01.08.2013 № 678). Робочі розчини засобу «ТЕРРАЦІД ПРЕМІУМ» застосовуються в ДДЗ за режимами, вказаними у таблиці 5.

3.2.24.2. Підлогу, умивальні раковини, ванни, душові піддони, унітази тощо у туалетних, ванно-душових, умивальнях, буфетних необхідно мити 2 рази на день ганчірками, йоржами з використанням мийних засобів, в т.ч. після залишення дітьми дошкільної установи - з використанням розчинів засобу «ТЕРРАЦІД ПРЕМІУМ» (режими згідно таблиці 2).

3.2.24.3. За умови ускладнення епідемічної ситуації з метою попередження розповсюдження інфекцій додатково проводять такі дезінфекційні заходи:

- миття підлоги приміщень групових осередків 1 раз наприкінці кожного дня, а туалетних - 2 рази на день із застосуванням дезінфекційного засобу
- столи і стільці миють розчином дезінфекційного засобу, після закінчення часу дезінфекції промивають водою і ретельно витирають. Концентрацію розчину і час дезінфекції обирають з урахуванням виду інфекції згідно Таблиць 2-4. Робочий розчин засобу після застосування зливують в унітаз з наступною його дезінфекцією.

3.2.24.4. Генеральне прибирання приміщень ДДЗ з використанням розчинів засобу «ТЕРРАЦІД ПРЕМІУМ» проводиться 1 раз на тиждень чи 1 раз на місяць (в залежності від функціонального призначення) за режимам, вказаними у таблиці 5.

3.2.25. Дезінфекція засобом «ТЕРРАЦІД ПРЕМІУМ» шкарадути харчових яєць.

Попередньо яйця переглядають на предмет цілісності шкарадути. Придатні для дезінфекції яйця замочують у 0,2%-0,5% розчині засобу на 15- чи (відповідно) 5 хвилин, потім миють в цьому ж розчині і обполіскують проточною водою до повного видалення залишків засобу. Якщо після обробки не планується використовувати яйця, то після миття їх виймають з розчину, дають розчину стекті і висохнути, а ополіскування проводять перед використанням.

3.2.26. Для дезінфекції на об'єктах, де існує вірогідність розповсюдження дерматомікоузів (наприклад, у лазнях, саунах, душових, в басейнах, санпропускниках тощо), засіб рекомендується використовувати за режимом проти збудників дерматомікоузів (таблиця 3).

3.2.27. Використання для знезараження об'єктів робочих розчинів засобу «ТЕРРАЦІД ПРЕМІУМ» з підвищеною початковою температурою (від 20⁰-50⁰C), значно посилюють протимікробні властивості, при цьому скорочується час експозиції, що використовується для проведення дезінфекції на підприємствах різних галузей

3.2.28. Для знезараження об'єктів, контамінованих спороутворюючими бактеріями, у вогнищах клостридіальних анаеробних інфекцій, особливо-небезпечних (включаючи карантинні/конвенційні) і зоонозних інфекцій (чума, холера,

геморагічні лихоманки, туляремія інші), у вогнищах паразитарних хвороб для знезараження об'єктів, виготовлених з різноманітних матеріалів, проводять способом протирання, зрошування чи занурення в робочий розчин, використовуючи 0,8% робочий розчин засобу «ТЕРРАЦІД ПРЕМІУМ», експозиція - 60 хвилин, 2,0% розчин – 30 хвилин., 3,0% 15 хв., 5%-5хв.

3.2.29. В лабораторіях різноманітного профілю, на транспорті, в т.ч. санітарному, на інших об'єктах при підозрі на присутність чи наявності яєць гельмінтів, цист, ооцист найпростіших виконують процедуру дезінвазії робочими розчинами 5,0% час експозиції – 60 хвилин.

*Примітка: можуть використовуватись інші методи знезараження, що затверджені чинними на момент застосування засобу «ТЕРРАЦІД ПРЕМІУМ» нормативними документами (з обов'язковим дотриманням режимів дезінфекції).

Таблиця 2. Режими дезінфекції об'єктів розчинами засобу «ТЕРРАЦІД ПРЕМІУМ» при бактеріальних інфекціях (за виключенням туберкульозу), включаючи резистентні штами збудників ВЛІ в т.ч. в умовах біоплівок, інфекціях вірусної етіології з крапельним (грип, парагрип, кір, риновірусна, герпесвірусна інфекції, інфекційний мононуклеоз тощо) механізмом передачі, грибкових інфекціях, викликаних грибами роду Кандида

Об'єкти дезінфекції*	Концентрація робочого розчину (за препаратом), %	Експозиція (в хв.)	Спосіб дезінфекції
1	2	3	4
Поверхні в різноманітних приміщеннях (підлог стіни, двері тощо), в транспорті, предмети обстановки (меблі тощо) (в т.ч. з дерева) тощо; Поверхні медприладів і апаратури і т.д.	0,05 0,1 0,15 0,5	60 30 15 5	протирання ганчір'ям що змочене в розчині, або зрошення, чи занурення в розчин
Санітарно-технічне обладнання (чаші басейнів, ванни, раковини, унітази тощо)	0,05 0,1 0,15 0,5	60 30 15 5	протирання ганчір'ям що змочене в розчині, або зрошення
Санітарний транспорт та транспорт для перевезення харчових продуктів (внутрішні і зовнішні поверхні, в т.ч. колеса) інші транспортні засоби Візки для перевезення білизни, харчових продуктів і готової їжі тощо	0,05 0,1 0,15 0,5	60 30 15 5	протирання ганчір'ям що змочене в розчині, або зрошення
Кувези для новонароджених, пристосування до них;	0,05 0,1 0,15 0,5	60 30 15 5	протирання ганчір'ям що змочене в розчині, занурення в розчин
Медичні інструменти та інші вироби медичні вироби, включаючи стоматологічні (в т.ч. обертові) зі скла, металів, полімерних та інших матеріалів тощо	0,05 0,1 0,5	60 30 5	занурення в розчин чи протирання серветкою, рясно змоченою розчином
Стоматологічні матеріали (в т.ч. відтиски із альгінату, силікону, керамічні заготовки тощо) Медичні вироби із гуми Сліновідсмоктувальні системи	0,05 0,1 0,15 0,5	60 30 15 5	занурення в розчин/чи заповнення розчином
Інструменти для проведення манікюру, педікюру, татуажу, пірсінгу, косметологічних процедур, предмети для макіяжу, інші інструменти та вироби для косметологічних процедур	0,05 0,1 0,5	60 30 5	занурення в розчин/чи протирання, серветкою, рясно змоченою розчином
Інструменти і вироби, що використовуються в фармацевтичній, мікробіологічній та парфумерно-косметичній промисловості	0,05 0,1 0,15 0,5	60 30 15 5	занурення в розчин

Холодильники, охолоджувальні камери, рефрижератори (внутрішні поверхні)	0,05 0,1 0,15 0,5	60 30 15 5	протирання або зрошення
Ємності для води (в т.ч. питної), системи подачі води	0,05 0,1 0,15 0,5	60 30 15 5	протирання або зрошення
Солярії, барокамери, СПА-капсули і т.п.	0,05 0,1 0,15 0,5	60 30 15 5	протирання або зрошення
Столовий та кухонний посуд (із залишками та без залишків їжі), у т.ч. одноразового використання	0,05 0,1 0,15 0,5	60 30 15 5	занурення в розчин
Технологічне обладнання та ємності для харчопереробної, парфумерно-косметичної, фармацевтичної, мікробіологічної, біотехнологічної промисловості з різних матеріалів	0,05 0,1 0,15 0,5	60 30 15 5	протирання або зрошення чи занурення в розчин
Гумові килимки, дерев'яні трапи; Спортивне обладнання та інвентар; Іграшки (гумові, пластмасові, металеві, м'які та ін.) Бар'єрні килимки для знезараження взуття	0,05 0,1 0,15 0,5	60 30 15 5	протирання або зрошення чи занурення в розчин наповнення розчином
Контейнери для сміття, сміттєпроводи, камери для тимчасового зберігання сміття	0,05 0,1 0,15 0,5	60 30 15 5	протирання або зрошення
Предмети догляду за хворими (підкладні клейонки, гумові грілки, міхури, термометри тощо), плювальниці, засоби гігієни; Лабораторний та аптечний посуд Посуд з під виділень	0,05 0,1 0,15 0,5	60 30 15 5	протирання ганчір'ям або щіткою, що змочені розчином, або зрошення чи занурення в розчин
Білизна, спецодяг (забруднені та не забруднені) Прибиральний інвентар (включаючи твердий і м'який)	0,05 0,1 0,15 0,5	60 30 15 5	занурення в розчин, або зрошення

Таблиця 3. *Режими діїнфекції об'єктів розчинами засобу «ТЕРРАЦІД ПРЕМГУМ» при вірусних інфекціях з парентеральним механізмом передачі (гепатити В, С, ВІЛ/СНІД тощо), при кишкових вірусних інфекціях (в т.ч. викликаних вірусами групи поліоміеліту, КОКСАКі, гепатити А, Е, ротавірусна, норовірусна інфекції тощо), при грибкових інфекціях (в т.ч. дерматомікози, плісняві гриби, включаючи спорові форми, тощо)

Об'єкти дезінфекції*:	Концентрація робочого розчину (за препаратом), %	Експозиція (в хв.)	Спосіб дезінфекції
1	2	3	4
Поверхні в різноманітних приміщеннях (підлога, стіни, двері тощо), в транспорті, предмети обстановки (меблі тощо) (в т.ч. з дерева) тощо; Поверхні медприладів і апаратури і т.д. Солярії, барокамери, СПА-капсули і т.п.	0,05 0,1 0,25 0,5	60 30 15 5	протирання ганчір'ям що змочене в розчині, або зрошення, чи занурення в розчин

Санітарно-технічне обладнання (чаші басейнів, ванни, раковини, унітази тощо)	0,05 0,1 0,25 0,5	60 30 15 5	протирання ганчір'ям що змочене в розчині, або зрошення
Санітарний транспорт та транспорт для перевезення харчових продуктів (внутрішні і зовнішні поверхні, в т.ч. колеса) інш транспортні засоби Візки для перевезення білизни, харчових продуктів і готової їжі тощо	0,05 0,1 0,25 0,5	60 30 15 5	протирання ганчір'ям що змочене в розчині, або зрошення
Кувези для новонароджених, пристосування до них;	0,05 0,1 0,25 0,5	60 30 15 5	протирання ганчір'ям що змочене в розчині, занурення в розчин
Медичні інструменти та інші медичні вироби, включаючи стоматологічні (в т. обertovі) зі скла, металів, полімерних та інших матеріалів тощо	0,05 0,1 0,25 0,5	60 30 15 5	занурення в розчин чи протирання серветкою, рясно змоченою розчином
Стоматологічні матеріали (в т.ч. відтиски із альгінату, силікону, керамічні заготовки тощо) Медичні вироби із гуми Сливовідсмоктувальні системи	0,05 0,1 0,25 0,5	60 30 15 5	занурення в розчин/чи заповнення розчином
Інструменти для проведення манікюру, педікюру, татуажу, пірсінгу, косметологічних процедур, предмети для макіяжу, інші інструменти та вироби для косметологічних процедур	0,05 0,1 0,25 0,5	60 30 15 5	занурення в розчин/чи протирання, серветкою, рясно змоченою розчином
Інструменти і вироби, що використовуються в фармацевтичній, мікробіологічній та парфумерно-косметичній промисловості	0,05 0,1 0,25 0,5	60 30 15 5	занурення в розчин
Предмети догляду за хворими (підкладні клейонки, гумові грілки, міхури, термометри тощо), плювальниці, засоби гігієни; Лабораторний та аптечний посуд Посуд з під виділень	0,1 0,2 0,5	60 30 5	протирання ганчір'ям або щіткою, що змочені розчином, або зрошення чи занурення в розчин
Білизна, спецодяг (забруднені та не забруднені)	0,05 0,1	60 30	занурення в розчин, або зрошення
Прибиральний інвентар (включаючи твердий і м'який)	0,25 0,5	15 5	
Столовий та кухонний посуд (із залишками та без залишків їжі), у т.ч. одноразового використання	0,05 0,1 0,25 0,5	60 30 15 5	занурення в розчин
Холодильники, охолоджувальні камери, рефрижератори (внутрішні поверхні)	0,05 0,1 0,25 0,5	60 30 15 5	протирання або зрошення
Ємності для води (в т.ч. питної), системи подачі води	0,05 0,1 0,25 0,5	60 30 15 5	
Технологічне обладнання та ємності для харчопереробної, парфумерно-косметичної, фармацевтичної, мікробіологічної, біотехнологічної промисловості з різних матеріалів	0,05 0,1 0,25 0,5	60 30 15 5	протирання або зрошення чи занурення в розчин

Гумові килимки, дерев'яні трапи; Спортивне обладнання та інвентар; Іграшки (гумові, пластмасові, металеві, м'які та ін.) Бар'єрні килимки для знезараження взуття	0,05 0,1 0,25 0,5	60 30 15 5	протирання або зрошення чи занурення в розчин наповнення розчином
Контейнери для сміття, сміттепроводи, камери для тимчасового зберігання сміття	0,05 0,1 0,25 0,5	60 30 15 5	протирання або зрошення

*Режими застосування забезпечують одночасно і знищенння грампозитивних та грам негативних бактерій (окрім збудників туберкульозу) – бактерицидний режим та знищенння грибів роду Кандида.

**не забруднені та забруднені (в т.ч. кров'ю, іншими біологічними рідинами і виділеннями), із залишками та без залишків органічних і інших субстратів;

Таблиця 4 Режими дезінфекції об'єктів розчинами засобу «ТЕРРАЦІД ПРЕМІУМ» при туберкульозі *

Об'єкт дезінфекції	Концентрація робочого розчину (за препаратом), %	Експозиція (в хв.)	Спосіб дезінфекції
1	2	3	4
Поверхні в приміщеннях (підлога, стіни, двері), тверді меблі (в т.ч. з дерева) тощо; Поверхні медичних приладів і устаткування Килимові покриття для підлоги, обивочні тканини, м'які меблі, дрібні предмети побуту	0,1 0,4 0,5 0,8	30 15 10 5	протирання ганчір'ям що змочене в розчині, або зрошення, чи занурення в розчин
Санітарно-технічне обладнання (раковини, унітази) забруднене біовиділеннями (мокротиння тощо)	0,1 0,4 0,5 0,8	45 15 10 5	протирання ганчір'ям що змочене в розчині, або зрошення
Санітарний транспорт та транспорт для перевезення харчових продуктів (включаючи зовнішні і внутрішні поверхні, в т.ч. колеса), інші транспортні засоби	0,1 0,4 0,8 1,0	45 15 10 5	протирання ганчір'ям що змочене в розчині, або зрошення
Кувези для новонароджених, пристосування до них; Наркозо-дихальна апаратура Гнучкі та жорсткі ендоскопи	0,1 0,4 0,8 1,0	45 15 10 5	протирання ганчір'ям що змочене в розчині, або зрошення; заповнення розчином
Медичні інструменти та інші вироби медичні вироби, включаючи стоматологічні (в т.ч. обертові) зі скла, гуми, металів, полімерних матеріалів тощо, багаторазового та** одноразового використання	0,1 0,4 0,8 1,0	30 15 10 5	занурення в розчин
Стоматологічні матеріали (в т.ч. відтиски із альгінату, силікону, керамічні заготовки тощо) Сливовідсмоктувальні системи	0,1 0,4 0,8 1,0	45 15 10 5	занурення в розчин
Інструменти, що використовуються в фармацевтичній, мікробіологічній та парфумерно-косметичній промисловості	0,1 0,4 0,8 1,0	45 15 10 5	занурення в розчин
Предмети догляду за хворими (підкладні клейонки, гумові грілки, міхури, термометри тощо), плювальниці, засоби гігієни; Посуд з під виділень	0,2 0,4 0,8 1,0	60 15 10 5	протирання ганчір'ям або щіткою, що змочені розчином, або зрошення чи занурення в розчин

Столовий та кухонний посуд без залишків їжі, у т.ч. одноразового використання	0,1 0,4 0,8 1,0	30 15 10 5	занурення в розчин, або зрошення
Білизна не забруднена виділеннями			
Білизна, спецодяг (забруднені біорідинами, виділеннями) Прибиральний інвентар (включаючи м'який)	0,2 0,4 0,8 1,0	60 15 10 5	занурення, замочування в розчині
Візки для перевезення білизни, посуду, харчових продуктів та готової їжі			
Лабораторний та аптечний посуд, в т.ч. одноразового використання	0,2 0,4 0,8 1,0	60 30 10 5	занурення в розчин
Плювальниці, звільнені від мокротиння			
Носові хустинки, футляри і кишени для плювальниць			
Гумові килимки, дерев'яні трапи; Спортивне обладнання та інвентар Іграшки (гумові, пластмасові, металеві, м'які та ін..)	0,2 0,4 0,8 1,0	60 30 10 5	протирання або зрошення чи занурення в розчин
Взуття в дезбар'єрах (заповнення бар'єрних килимків)	1,0	5	занурення (без наступного змивання)

* *Mycobacterium terrae* – для дезінфекції різноманітних об'єктів 0,5 % (за препаратом) – 60 хв

**Одночасно забезпечується знищенння вегетативних форм бактерій (бактерицидний режим), вірусів (віруліцидний режим) та грибів (фунгіцидний режим)

Таблиця 5 Режими дезінфекції об'єктів розчинами засобу «ТЕРРАЦІД ПРЕМІУМ» при проведенні генеральних прибирань в лікувально-профілактичних, дитячих дошкільних, учбових та інших закладах

Профіль закладу (відділення)	Концентрація робочого розчину (за препаратом), %	Експозиція, хв.	Метод дезінфекції
1	2	3	4
Заклади охорони здоров'я та відділення соматичного профілю без надання медичної допомоги, що передбачає інвазивні методи втручання	0,05 0,1 0,15 0,5	60 30 15 5	протирання або зрошення чи занурення
Заклади охорони здоров'я різноманітних профілів в т.ч. інфекційних (за виключенням туберкульозних), хірургічного, стоматологічного профілю та інших, де передбачене надання медичної допомоги із інвазивними втручаннями	0,05 0,1 0,25 0,5	60 30 15 5	протирання або зрошення чи занурення
Дитячі дошкільні заклади, учбово-виховні заклади, інші заклади і установи з перебуванням дітей	0,05 0,1 0,15 0,5	60 30 15 5	протирання або зрошення чи занурення
Протитуберкульозні лікувально-профілактичні заклади	0,1 0,4 0,5 0,8	30 15 10 5	протирання або зрошення чи занурення

Таблиця 6 Режими дезінфекції розчинами засобу «ТЕРРАЦІД ПРЕМІУМ» медичних виробів, виготовлених із різноманітних матеріалів (включаючи гнучки і жорсткі ендоскопи та інструменти до них, реанімаційне та анестезіологічне обладнання, хірургічні та стоматологічні інструменти (в т.ч. складної конфігурації), перукарського, косметологічного та манікюрного інструментарію тощо

Етапи обробки	Концентрація робочого розчину (за препаратом), %	Температура робочого розчину, °C	Час витримки (обробки), хв.
1	2	3	4

Повне занурення виробів медичного призначення в робочий розчин із заповненням ним усіх порожнин і каналів:			
режим застосування, що забезпечує знищенння збудників бактеріальних, вірусних та грибкових інфекцій	0,05 0,1 0,25 0,5	не регламентується	60 30 15 5
режим застосування, що забезпечує знищенння збудників бактеріальних (включаючи туберкульоз), вірусних і грибкових інфекцій	0,1 0,2 0,5 0,8 1,0	не регламентується	60 30 15 10 5

Таблиця 7 Режими дезінфекції суміщеної з передстерилізаційним очищенням розчинами засобу «ТЕРРАЦІД ПРЕМІУМ» медичних виробів із різноманітних матеріалів (включаючи гнучкі і жорсткі ендоскопи та інструменти до них, реанімаційне та анестезіологічне обладнання, хірургічні та стоматологічні інструменти (в т.ч. складної конфігурації), перукарського, косметологічного та манікюрного інструментарію тощо

Етапи обробки	Концентрація робочо-го розчину (за препаратом), %	Температура робочого розчину, °C	Час витримки (обробки), хв
1	2	3	4
Повне занурення виробів медичного призначення в робочий розчин із заповненням ним усіх порожнин і каналів			
режим застосування, що забезпечує знищенння збудників бактеріальних, вірусних та грибкових інфекцій	0,05 0,1 0,25 0,5	не регламентується	60 30 15 5
режим застосування, що забезпечує знищенння збудників бактеріальних (включаючи туберкульоз), вірусних і грибкових інфекцій	0,1 0,2 0,5 0,8 1,0	не регламентується	60 30 15 10 5
Миття кожного виробу в тому ж розчині, в якому здійснювали занурення, за допомогою йоржа, ватно-марлевого тампону або тканинної серветки	У відповідності етапі замочування	Не регламентується	1-2
Відмивання проточною питною водою (каналів - за допомогою шприца або електровідсмоктувача)	не регламентується		3,0
Ополіскування дистильованою водою	не регламентується		1-2
Висушування	до повного видалення вологи		

Таблиця 8 Режими передстерилізаційного очищення медичних виробів (включаючи хірургічні, гінекологічні, стоматологічні інструменти тощо), для передстерилізаційного, попереднього чи основного очищення гнучких і жорстких ендоскопів та інструментів до них розчинами засобу «ТЕРРАЦІД ПРЕМІУМ» ручним, механізованим способами, в ультразвукових пристроях тощо

Етапи обробки	Концентрація розчину, % (за препаратом)	Температура розчину ,°C	Експозиція, хв.
Замочування виробів, при повному зануренні в робочий розчин із заповненні ним порожнин і каналів (при необхідності з використанням пристосувань для заповнення)	0,1 0,3-0,5*	Не регламентується	15 5

Відмивання кожного виробу за допомогою йоржа, ватно-марлевого тампону або тканинної серветки, чи спеціальних щіток, каналів виробів або пропускаючи розчин за допомогою шприца (електровідсмоктувача)	у розчинах, які використовуються для замочування/ занурення	Не регламентується	2-3
Обполіскування проточною водою (замкові частини, канали порожнини виробів -за допомогою шприца або електровідсмоктувача)	Не нормується	Не нормується	1-3
Обполіскування дистильованою водою	Не нормується	Не нормується	0,5 -2
Висушування	Не нормується	Не нормується	до повного видалення вологи

*В залежності від ступеню забруднення(який визначається візуально)

Таблиця 9 Режими дезінфекції медичних відходів розчинами засобу «ТЕРРАЦІД ПРЕМІУМ»

Об'єкт дезінфекції –	Концентрації (%) та експозиції (хвилини) робочих розчинів при:								Спосіб застосування
	Бактеріальних інфекціях		Вірусних інфекціях		Грибкових інфекціях (в т.ч. кандидозах, дерматомікозах, плісняві (аспергільози))		Туберкульозі		
медичні відходи категорії В (в т.ч. перев'язувальні матеріали, одноразова білизна, спецодяг, засоби особистого захисту)	0,2 0,5	60 15	0,2 0,5	60 15	0,2 0,5	60 15	0,2 1,0	60 15	Занурення в розчин
медичні відходи категорії В колюче ріжучі	0,1 0,5	60 15	0,1 0,5	60 15	0,1 0,5	60 15	0,2 1,0	60 15	занурення в розчин
медичні відходи категорії В (органічні відходи, в т.ч. біорідини (кров, сиворотка тощо), змивні води інфіковані харчові відходи,	0,1 0,5	60 15	0,1 0,5	60 15	0,1 0,5	60 15	0,2 1,0	60 15	змішування з робочим розчином засобу у співвідношенні 1:2
Контейнери для медичних відходів	0,1 0,5	60 5	0,1 0,5	60 5	0,1 0,5	60 5	0,2 1,0	60 5	Занурення в розчин

Таблиця 10 Режими дезінфекції взуття розчинами засобу «ТЕРРАЦІД ПРЕМІУМ»

Об'єкт дезінфекції	Концентрації (%) та експозиції (хвилини) робочих розчинів при:								Спосіб застосування
	Бактеріальних інфекціях		Вірусних інфекціях		Грибкових інфекціях (в т.ч. кандидозах, дерматомікозах, плісняві		Туберкульозі		
взуття із різноманітних матеріалів (в т.ч. із натуральної шкіри, тканини, дерматиту, штучної шкіри, гуми, пластика і інші	0,1 0,2 0,5	60 30 5	0,1 0,2 0,5	60 30 5	0,1 0,2 0,5	60 30 5	0,2 0,4 1,0	60 30 5	занурення в розчин або протирання змоченою серветкою чи зрошення

Таблиця 11 Режими дезінфекції повітря, систем вентиляції та кондиціонування розчинами засобу «ТЕРРАЦІД ПРЕМІУМ»

Об'єкт дезінфекції	Концентрації (%) та експозиції (хвилини) робочих розчинів при:								Спосіб застосування
	Бактеріальних інфекціях		Вірусних інфекціях		Грибкових інфекціях (в т.ч. кандидозах, дерматомікозах, плісняві (аспергільози))		Туберкульозі		
Секції промислових і побутових кондиціонерів, приймальник і розподільник повітря, повітряні фільтри, радіатори, гратеги, насадки, повітропроводи накопичувачі конденсату тощо Повітря приміщень	0,05 0,1 0,15 0,5	60 30 15 5	0,1 0,2 0,25 0,5	60 30 15 5	0,1 0,2 0,25 0,5	60 30 15 5	0,2 0,4 0,5 1,0	60 30 15 5	занурення, протирання, зрошення розпилення

3.3. Способи застосування засобу «ТЕРРАЦІД ПРЕМІУМ» з метою дезінфекції високого рівня, хімічної стерилізації

3.3.1. Об'єкти застосування

Робочі розчини засобу «ТЕРРАЦІД ПРЕМІУМ» застосовуються для стерилізації медичних виробів, виготовлених із термолабільніх матеріалів (включаючи гнучкі та жорсткі ендоскопи та інструменти до них, вузли і деталі наркозо-дихальної апаратури, реанімаційної апаратури, стоматологічні і хірургічні інструменти та ін.).

3.3.2. Методи знезараження окремих об'єктів. Стерилізацію виробів медичного призначення розчином «ТЕРРАЦІД ПРЕМІУМ» проводять після обов'язкового передстерилізаційного очищення засобом призначеним для цієї процедури. Висушені після передстерилізаційного очищення вироби медичного призначення стерилізують шляхом занурення у розчин «ТЕРРАЦІД ПРЕМІУМ» у стерильній місткості, що щільно закривається кришкою.

3.3.3. Канали та порожнини інструментів повністю заповнюють робочим розчином «ТЕРРАЦІД ПРЕМІУМ». При зануренні інструментів у розчин внутрішні відкриті канали інструментів повністю заповнюють робочим розчином засобу за допомогою стерильного шприца безперервного типу дії. Шприц приєднують до дистального кінця інструмента за допомогою насадки, яку після прокачування робочого розчину засобу знімають з інструмента, не допускають попадання повітря до каналу. Товща шару над виробами повинна бути не менше 1 см.

3.3.4. При проведенні стерилізації медичних виробів, медобладнання (включаючи жорсткі та гнучкі ендоскопи і інструменти до них) необхідно використовувати технологію, викладену в офіційно чинних в Україні нормативно-методичних документах.

3.3.5. Стерилізацію медичних виробів здійснюють за режимами, наведеними в таблиці 12.

3.3.6. По закінченні експозиції медичні вироби відмивають від залишків стерилізаційного засобу. Відмивання проводять у стерильних ємностях, які заповнюють стерильною водою.

Вироби із металів і скла відмивають послідовно в 2-х водах по 5 хвилин, вироби із гуми та пластмас – по 10 хвилин. Через канали виробів, приборів за допомогою стерильного шприца чи електровідсоса (чи інших пристосувань) пропускають стерильну воду (не менше 20 мл) протягом не менш ніж 3-5 хвилин.

3.3.7. Відмиті від залишків засобу інструменти, ендоскопи, їх частини розміщують на стерильному простирадлі, видаляють залишок води з каналів за допомогою стерильного шприца та перекладають у стерильну стерилізаційну коробку, яка викладена стерильним простирадлом. Термін зберігання стерильних виробів – 3 доби. Дозволяється зберігання стерильних медичних виробів (в т.ч. ендоскопів, інструментів до них, вузлів та деталей наркозо-дихальної апаратури, тощо) в асептических умовах у спеціально призначених приборах (шафах).

3.3.8. Допускається багаторазове використання розчинів «ТЕРРАЦІД ПРЕМІУМ» для стерилізації виробів медичного призначення, медичних інструментів протягом терміну придатності робочих розчинів, за умови, що немає візуальних ознак забруднення робочого розчину (zmіна забарвлення, помутніння тощо).

Протягом терміну використання засіб зберігають у місткостях, у яких проводять стерилізацію, із щільно закритою кришкою у темному місці при кімнатній температурі.

3.3.9. Маніпуляції по проведенню стерилізації медичних інструментів, ендоскопів та інструментів до них виконують із дотриманням правил асептики.

3.3.10. Для знезараження напівкритичних медичних виробів, у т.ч. гнучких ендоскопів застосовується дезінфекція високого рівня (ДВР)

Таблиця 12 Режими стерилізації об'єктів розчинами «ТЕРРАЦІД ПРЕМІУМ»

Об'єкти стерилізації	Концентрація робочого розчину (за препаратом), %	Експозиція, хвилини	Спосіб застосування
Медичні вироби із різноманітних матеріалів (в т.ч термолабільних, включаючи гуму, пластмас, скло, метали, натуральний і силіконовий каучук тощо) без замків, із замковими частинами, каналами, порожнинами тощо			
Хірургічні і стоматологічні інструменти (в т.ч. обертові)	2,5	60	
Ендоскопи, що використовуються для стерильних ендоскопічних маніпуляцій	4,0	30	занурення в робочий розчин
Інструменти до ендоскопів, вузли та деталі до наркозо-дихальної апаратури, реанімаційної апаратури	5,0	15	
Інструменти для манікюру, педикюру, інші інструменти, що застосовуються для проведення косметичних маніпуляцій, процедур, перукарський інструментарій тощо			

Таблиця 13. Режими дезінфекції високого рівня об'єктів розчинами «ТЕРРАЦІД ПРЕМІУМ»

Об'єкти стерилізації	Концентрація робочого розчину (за препаратом), %	Експозиція, хвилини	Спосіб застосування
Напівкритичні медичні вироби, в т.ч. гнучкі та жорсткі ендоскопи, вузли наркозо-дихальної	0,5 1,0 2,5	30 15* 5	занурення

*При проведенні попередньої очистки механічним способом, час експозиції – 10 хв.

4. ЗАСТЕРЕЖНІ ЗАХОДИ ПРИ РОБОТІ ІЗ ЗАСОБОМ

4.1. Необхідні засоби захисту шкіри, органів дихання та очей при роботі із засобом. Всі роботи із засобом слід проводити у захисному одязі, захищаючи шкіру рук рукавичками (гумові, латексні, неопренові), уникаючи попадання його в очі та на шкіру, використовують медичну маску чи респіратор типу «пелюсток» (за необхідності).

4.2. Загальні застереження при роботі із засобом. До роботи із засобом «ТЕРРАЦІД ПРЕМІУМ» не допускають осіб молодше 18 років, осіб з алергічними захворюваннями та підвищеною чутливістю до складових засобу. Забороняється вживати їжу, палити під час виконання робіт з дезінфекції. При проведенні робіт з дезінфекції слід запобігати розбрізкування та попадання засобу в очі та на шкіру. Після закінчення роботи обличчя та руки потрібно вимити водою з милом. Забруднений одяг зняти та випрати перед повторним застосуванням.

4.3. Застережні заходи при приготуванні робочих розчинів та в умовах застосування засобу для обробки окремих об'єктів. Приготування робочих розчинів та дезінфекцію методом протирання, занурення, замочування (в закритому кришкою посуді) та об'ємного наповнення можливо проводити в присутності осіб не причетних до процесу дезінфекції (пацієнтів, хворих, відвідувачів закладів відпочинку, розваг, перукарень, підприємств, громадського транспорту тощо). При обробці об'єктів методом зрошення, розпилювання (здійснюється за умови відсутності осіб не причетних до процесу дезінфекції) необхідно захищати органи дихання універсальним респіратором типу «Пелюсток». Після обробки способом зрошення/розпилення необхідно провітрити не менше 15 хв.

Не застосовувати дезінфекційні засоби в присутності осіб із алергічними захворюваннями та підвищеною чутливістю до складових дезінфекційних засобів.

4.4. Методи утилізації засобу. Відпрацьовані робочі розчини підлягають скиданню до каналізаційної системи. Парти засобу «ТЕРРАЦІД ПРЕМІУМ» з вичерпанням терміном придатності або некондиційні внаслідок порушення умов зберігання підлягають поверненню на підприємство-виробник для переробки.

Пролитий засіб (концентрат) збирають піском або іншим матеріалом, що добре поглинає рідину.

Очищену поверхню промивають водою.

5. ЗАХОДИ ПЕРШОЇ ДОПОМОГИ ПРИ ОТРУЄННІ

5.1. Заходи першої допомоги при попаданні засобу в очі. При попаданні засобу в очі їх промивають проточною водою протягом 10-15 хв. При подразненні слизової оболонки очей рекомендується закапати в очі 30% розчин сульфацилу натрію (альбуцид). Звернутись до лікаря.

5.2. Заходи першої допомоги при попаданні засобу на шкіру. При попаданні засобу на шкіру промивають уражену ділянку шкіри проточною водою.

5.3. Заходи першої допомоги при попаданні засобу в шлунок. Необхідно очистити ротову порожнину від залишків засобу та ретельно прополоскати. Напоїти потерпілого водою, часем кімнатної температури, дати активоване вугілля та сольове проносне. В разі проявлення клінічних симптомів отруєння: слабість, нудота, бліновата, запаморочення, біль в епігастрії - необхідно звернутися до лікаря.

6. ПАКУВАННЯ. ТРАНСПОРТУВАННЯ. ЗБЕРІГАННЯ

6.1 Пакування засобу. Засіб «ТЕРРАЦІД ПРЕМІУМ» упаковують у сашетки по 10-50мл, пластикові флакони об'ємом від 0,1 до 2,0л, пластикові каністри 3,0, 5,0 та 10,0л., пластикові ємності по 50-200 л. За домовленістю з виробником асортимент пакування може бути змінений або доповнений.

6.2. Умови транспортування засобу. «ТЕРРАЦІД ПРЕМІУМ» транспортують у пакуванні виробника автомобільним чи залізничним транспортом згідно з правилами перевезення відповідної категорії вантажів автомобільним та залізничним транспортом.

6.3. Терміни та умови зберігання. Засіб «ТЕРРАЦІД ПРЕМІУМ» зберігають у пакуванні виробника у критих складських приміщеннях, окрім від харчових продуктів та лікарських засобів. Не допускати попадання прямих сонячних променів на упаковку.

Гарантійний термін зберігання - 5 років з дати виробництва в оригінальній упаковці виробника, (в т.ч. після відкупорювання за умови ретельного закривання упаковки після кожного застосування).

7. МЕТОДИ КОНТРОЛЮ ЯКОСТІ ЗАСОБУ*

7.1. Перелік показників, які підлягають визначенню: зовнішній вигляд; запах; значення pH; вміст 1,3-Пропандіаміну, N-(3-амінопропіл)-N-додецилу, феноксістанолу, алкілC₁₂₋₁₈диметилбензиламоній хлориду (ЧАС). За показниками якості засіб «ТЕРРАЦІД ПРЕМІУМ» повинен відповідати вимогам і нормам, зазначенним у таблиці 14.

Таблиця 14 Показники, які підлягають вивченняю при проведенні контролю якості засобу «ТЕРРАЦІД ПРЕМІУМ»

№з/п	Найменування показника	Норма
1	Зовнішній вигляд	прозора рідина від прозорого до жовтуватого кольору, допускається опалесценція та незначний осад
2	Колір	від безбарвного до жовтуватого кольору
3	Запах	специфічний. Повинен відповідати запаху сировинних компонентів
4	Водневий показник (pH) за температури 20 °C, в межах	7,0-11,0
5	Густина за температури 20°C, г/см ³ , в межах	0,950-1,100
6	Масова частка 1,3-Пропандіаміну, N-(3-амінопропіл)-N-додецилу %, не менше	2,0±0,5
7	Масова частка феноксістанол, %, не менше	5,0±1,0
8	Масова частка ЧАС, % не менше	18,0±2,0

*Допускається заміна функціональних складових, на еквівалентні (комплекс ферментів чи катіонактивні тензиди), введення в склад додаткових функціональних складових (комплекс для зниження піноутворення, тощо), що не позначається на специфічній активності дезінфекційного засобу «ТЕРРАЦІД ПРЕМІУМ», його токсикологічних властивостях та екологічних характеристиках, способах і методах застосуваннях робочих розчинів.

**за потреби визначається ферментативна активність засобу.

7.2.1 Визначення зовнішнього вигляду та кольору

Зовнішній вигляд та колір визначають візуально. Для цього 10 см³ засобу, за допомогою піпетки, вносять в чисту пробірку діаметром 14 мм із прозорого нейтрального скла і розглядають на білому фоні в розсіяному денному світлі. Якщо засобу недостатньо для впевненого визначення зовнішнього вигляду та кольору, використовують пробірку діаметром 21 мм або циліндр для ареометрів без шкали діаметром (39 ± 1) мм, які заповнюють до половини об'єму.

7.2.2 Визначення запаху

Запах засобів визначають органолептично згідно з ДСТУ ГОСТ 27025.

Запах засобів визначають за температури (20 ± 2) °C. Використовують стрічку паперу розміром 10 мм на 160 мм, яка на 30 мм змочується засобом, що аналізується

7.2.3. Визначення значення pH

Концентрацію водневих іонів (pH) 1% водного розчину за температури 20°C, визначають за ДСТУ 2207.1 (ГОСТ 22567.5), ДСТУ EN 1262 або ГОСТ Р 50550[1], ГОСТ 32385 [2], DIN EN 1262 [3], арбітражний ДСТУ 2207.1 (ГОСТ 22567.5)

7.2.4. Визначення вмісту активно-діючих речовин: 1,3-Пропандіаміну, N-(3-амінопропіл)-N-додецилу, феноксістанолу, алкілC₁₂₋₁₈диметилбензиламоній хлориду проводиться за методами, викладеними в ТУ У 20.2-40220141-003:2017 та наданими виробником дезінфікуючого засобу «ТЕРРАЦІД ПРЕМІУМ».