

ДЕКЛАРАЦІЯ ПРО ВІДПОВІДНІСТЬ

Засіб вимірювальної техніки, який призначений для застосування у сфері законодавчо регульованої метрології (далі — засіб вимірювальної техніки)

Газоаналізатор АлкоФор 105: с/н В2303300229, В2406301095, В2406301077, В2406300879, В2406300581, В2406300140, В2406301041, В2406300794, В2406300727, В2406300953.

Модифікація засобу вимірювальної техніки (назва, тип, партія чи серійний номер)

Об'єкт декларації відповідає вимогам Технічного регламенту законодавчо регульованих ЗВТ, що затверджений Постановою КМУ №94 від 13.01.2016.

Виробник: Skyfine Inc. Limited, Flat M, 23/F, Blk 2, Goldfield Industrial Building, 144-150 Tai Lin Pai Rd., Kwai Chung, NT, Hong Kong / Квартира М, 23-й поверх, Блок 2, Промислова будівля Goldfield, 144-150 Тай Лін Пай Роуд, Квай Чунг, Нові Території, Гонконг.
Уповноважений представник виробника в Україні: ТОВ "Сорбполімер-Аналітик", Україна, 03115, м. Київ, вул. Львівська 22-А, прим.145.

Найменування та місцезнаходження виробника або його уповноваженого представника

9.

Посилання на відповідні національні стандарти, що були застосовані, стосовно яких декларується відповідність:

ДСТУ EN 61326-1:2016 (EN 61326-1:2013, IDT), ДСТУ EN 61000-6-3:2015 (EN 61000-6-3:2007, IDT).

Призначений орган: ДП "Всеукраїнський державний науково-виробничий центр стандартизації, метрології, сертифікації та захисту прав споживачів". Ідентифікаційний номер: UA.TR.001.

Провів процедури:

- перевірки типу засоба вимірювальної техніки за модулем "В" згідно з Постановою КМУ від 13 січня 2016 року №94 і видав сертифікат перевірки типу UA.TR.001 122-17 Rev. 0 від 28.11.2017.
- відповідності типу за результатами перевірки засобів вимірювальної техніки за модулем "D" згідно з Постановою КМУ від 13 січня 2016 року №94 і видав сертифікат схвалення системи управління якістю UA.TR.001 AQ 50 від 23.05.2023.

Місце видання: Україна, м. Київ, вул.
Львівська 22а, прим.145

Дата видання: 21.03.2025.

Кононов Микола Іванович
директор ТОВ "Сорбполімер-Аналітик"
Підписано від імені та за дорученням
Виробника: №01М65/23 від 01.03.2023

(підпис)

(М.П.)

ВІДПОВІДАЄ
ОРИГІНАЛУ

Ця декларація видана під виключну відповідальність виробника.
Ідентифікація засобу вимірювальної техніки здійснюється за допомогою маркування та серійного номеру пристрою, нанесеного на корпус об'єкта декларації.



10023
ISO/IEC 17065

UA.TR.001

Зареєстровано за №
Ref. Certif. No.

UA.TR.001 122-17
Rev. 0

**ДЕРЖАВНЕ ПІДПРИЄМСТВО «ВСЕУКРАЇНСЬКИЙ ДЕРЖАВНИЙ НАУКОВО-ВИБРОБНИЧИЙ ЦЕНТР СТАНДАРТИЗАЦІЇ, МЕТРОЛОГІЇ, СЕРТИФІКАЦІЇ ТА ЗАХИСТУ ПРАВ СПОЖИВАЧІВ»
(ДП «УКРМЕТРТЕСТСТАНДАРТ»)**

STATE ENTERPRISE «ALL-UKRAINIAN STATE RESEARCH AND PRODUCTION CENTER FOR STANDARDIZATION, METROLOGY, CERTIFICATION AND CONSUMERS' RIGHTS PROTECTION» (SE "UKRMETRTESTSTANDART")

СЕРТИФІКАТ ПЕРЕВІРКИ ТИПУ
Type-examination Certificate

Виданий:
Issued to: Skyfine Inc. Limited, Flat M, 23/F, Blk 2, Goldfield Industrial Building, 144-150 Tai Lin Pai Rd., Kwai Chung, NT, Hong Kong

Відповідно до:
In accordance with: Додатку 3, розділ «Процедури оцінки відповідності. Модуль В (перевірка типу)» до Технічного регламенту законодавчо регульованих засобів вимірювальної техніки, затвердженого постановою Кабінету Міністрів України від 13 січня 2016 р. № 94
Annex III, section «Conformity assessment procedures. Module B (type examination)» of the Technical Regulation of Ukraine on Legally Regulated Measuring Instruments approved by the decision of The Cabinet of Ministers of Ukraine of 13 January 2016 № 94

Тип засобу вимірювальної техніки: / Type of measuring instrument: Газоаналізатори

Позначення типу: / Type designation: АлкоФор...

Дата видачі: / Date of issue: 28.11.2017 Чинний до: / Valid until: 28.11.2027

Кількість сторінок: / Number of pages: 23

Номер для посилань: / Reference №: 12/3/B/14/025-17

Номер призначеного органу: / Number of Designated body: UA.TR.001

Цей сертифікат видано за результатами дослідження технічного проєкту засобу вимірювальної техніки, яким підтверджено відповідність застосовним вимогам Технічного регламенту.

Цей сертифікат підтверджує позитивні результати перевірки типу засобів вимірювальної техніки, але не засвідчує відповідності для надання їх на ринку та/або введення в експлуатацію на території України. Підтвердження такої відповідності повинно бути основане на комбінації модулів шляхом застосування однієї з процедур оцінки відповідності типу за модулем, що слідує за модулем В згідно з Технічним регламентом.

This certificate is issued based on the results of examination of the measuring instruments technical project, which confirmed compliance with the applicable requirements of the Technical Regulation.

This certificate confirms positive results of the measuring instruments type examination, but it does not certify the conformity for placing them on the market and/or putting into operation in the territory of Ukraine. Confirmation of the compliance shall be based on combination of modules by applying one of the type conformity assessment procedures by the module following module B according to the Technical Regulation.

Заступник керівника
органу з оцінки відповідності
Перший заступник Директора
ДП «УкрметрТестСтандарт»
М.П. **Official stamp**
сертифікації та захисту
споживачів

Ю.В. Кузьменко
Iu.V. Kuzmenko
Підпис / Signature

Ю.В. Кузьменко
Iu.V. Kuzmenko
Ініціали, прізвище / Name

Цей сертифікат перевірки типу може бути відтворений тільки повністю. Будь-яка публікація або часткове відтворення змісту сертифіката перевірки типу можливе лише з письмової згоди Призначеного органу, що його видав. Сертифікат без підпису та печатки не дійсний.

This type-approval certificate may not be reproduced other than in full. Any publication of extracts from the type-approval certificate requires written permission of the issuing Designated Body. Type approval certificate without signature and stamp is not valid.

Адреса ДП «УКРМЕТРТЕСТСТАНДАРТ»: 4, вул. Метрологічна, Київ, 03143, Україна
Address SE "UKRMETRTESTSTANDART": 4, Metrologichna st., Kyiv, 03143, Ukraine

Телефон/Phone: +38 (044) 526-52-29, факс/fax: +38 (044) 526-42-60, ел. пошта/e-mail: ukrsm@ukrsm.kiev.ua, web-сайт/website: www.ukrsm.kiev.ua



**ДЕРЖАВНЕ ПІДПРИЄМСТВО «ВСЕУКРАЇНСЬКИЙ ДЕРЖАВНИЙ НАУКОВО-ВИБРОБНИЧИЙ ЦЕНТР СТАНДАРТИЗАЦІЇ, МЕТРОЛОГІЇ, СЕРТИФІКАЦІЇ ТА ЗАХИСТУ ПРАВ СПОЖИВАЧІВ»
(ДП «УКРМЕТРТЕСТСТАНДАРТ»)**

STATE ENTERPRISE "ALL-UKRAINIAN STATE RESEARCH AND PRODUCTION CENTER OF STANDARDIZATION, METROLOGY, CERTIFICATION AND CONSUMER'S RIGHT PROTECTION" (SE "UKRMETRTESTSTANDART")

**СЕРТИФІКАТ
СХВАЛЕННЯ СИСТЕМИ УПРАВЛІННЯ ЯКІСТЮ
QUALITY MANAGEMENT SYSTEM APPROVAL CERTIFICATE**

виданий відповідно до розділу «Модуль D (відповідність типу шляхом забезпечення якості виробничого процесу)» Додатку 3 до Технічного регламенту законодавчо регульованих засобів вимірювальної техніки, затвердженого постановою Кабінету Міністрів України від 13 січня 2016 р. № 94 (далі – Технічний регламент).

Цим сертифікатом, призначений орган з оцінки відповідності UA.TR.001 повідомляє, що система управління якістю

Skyfine Inc. Limited, Flat M, 23/F, Blk 2, Goldfield Industrial Building, 144-150 Tai Lin Pai Rd., Kwai Chung, NT, Hong Kong

оцінена та забезпечує (у межах сфери дії, наведеної у цьому сертифікаті) відповідність засобів вимірювальної техніки типу, описаному у сертифікаті перевірки типу, і застосовним вимогам Технічного регламенту.

Виробник здатен визначати відповідні вимоги Технічного регламенту і проводити необхідні перевірки з метою забезпечення відповідності засобів вимірювальної техніки застосовним вимогам.

Це повідомлення ґрунтується на звіті за результатами аудиту від 22.05.2023 № 28/3/D/002-23-ОП та рішенні щодо оцінки відповідності 22.05.2023 № 28/3/D/002-23.

Дата видачі: 23.05.2023
Date of issue:

Кількість сторінок: 2
Number of pages:

Заступник керівника органу з оцінки відповідності
Deputy director of Conformity Assessment Body

М.П.

Цей сертифікат схвалення системи управління якістю може бути відтворений тільки повністю. Будь-яка публікація або часткове відтворення змісту сертифіката можливе лише з письмової згоди Призначеного органу, що його видав. Сертифікат без підпису та печатки не дійсний.

Адреса ДП «УКРМЕТРТЕСТСТАНДАРТ»: вул. Метрологічна, 4, м. Київ, 03143, Україна

issued in accordance with the section "Module D (type conformity based on quality assurance of manufacturing process)" of Annex 3 to the Technical Regulation of Ukraine on Legally Regulated Measuring Instruments approved by the decision of The Cabinet of Ministers of Ukraine of 13 January 2016 № 94 (hereinafter - the Technical Regulation).

With this certificate, the Conformity assessment body UA.TR.001 notifies that the quality management system.

Skyfine Inc. Limited, Flat M, 23/F, Blk 2, Goldfield Industrial Building, 144-150 Tai Lin Pai Rd., Kwai Chung, NT, Hong Kong

assessed and ensures (within the scope specified in this certificate) conformity of measuring instruments to the type specified in Type-examination certificate with the applicable requirements of the Technical Regulation.

The manufacturer is able to determine the relevant requirements of the Technical Regulation and carry out the necessary examinations to ensure conformity of measuring instruments with the applicable requirements.

This notification is based on the audit report from 22.05.2023 № 28/3/D/002-23-ОП and the conformity assessment decision from 22.05.2023 № 28/3/D/002-23.

Дійсний до: 22.05.2026
Valid until:

Номер для посилань: 28/3/D/002-23
Reference №:

Юрій КУЗЬМЕНКО
Yu. V. Kuzmenko

This Certificate quality management system approval may not be reproduced other than in full. Any publication extracts from the certificate requires written permission of the issuing Designated body. Certificates without signature and stamp are not valid.

Адреса ДП «УКРМЕТРТЕСТСТАНДАРТ»: 4, Метрологічна вулиця, Київ, 03143, Україна

Загальна інформація

Цей сертифікат складено двома мовами. Мова оригіналу – українська. У разі виникнення сумнівів, дійсною є мова оригіналу.

Виробник повинен використовувати цей сертифікат, виконувати сертифікаційні вимоги, запроваджувати заходи для оцінювання та наглядання за системою управління якістю відповідно до сертифікаційної угоди від 22.05.2023 № 28/3/D/002-23.

General information

This certificate is drawn up in two languages. Original wording in Ukrainian. In case of doubt the original language is valid.

The manufacturer must use this certificate, comply with the certification requirements, implement measures for assessment and supervision of the quality management system in accordance with the certification agreement of 22.05.2023 № 28/3/D/002-23.

Історія сертифіката

Certificate history

Номер сертифіката, ревізія Certificate number, revision	Дата Date	Модифікації Modification
UA.TR.001 AQ 50 Rev. 0	22.05.2020	Первинний сертифікат Initial certificate
UA.TR.001 AQ 50 Rev. 0	23.05.2023	Повторна оцінка СУЯ Re-evaluation of the quality management system

Сфера дії

Scope of validity

Група законодавчо регульованих засобів вимірювальної техніки:

Group of legally regulated measuring instruments:

Вимірювачі вмісту алкоголю в крові та повітрі, що видихається

Measuring devices of alcohol content in the blood and the exhaled air

Місце розташування виробництва Manufacturing Site	Тип засобу вимірювальної техніки Type of measuring instrument	Позначення типу Type name	Номер Сертифіката перевірки типу Type examination certificate number
Skyfine Inc. Limited, No 9, Middle Bainishan Road, Dalingshan Town, Dongguan City, Guangdong Province, China	Газоаналізатори/ Gas analyzers	АлкоФор...	UA.TR.001 122-17, Rev.0

ТОВ "СОРБПОЛІМЕР-АНАЛІТИК"

СЕРТИФІКАТ

НАЛАШТУВАННЯ (КАЛІБРУВАННЯ) АЛКОТЕСТЕРА

Дата налаштування (калібрування): 21.03.2025.

Модель: Алкоор 105 серійний номер В 2406300494

Замовник: _____

Операції налаштування (калібрування):

- зовнішній огляд;
- випробування;
- визначення похибки алкотестера за допомогою генераторів спирто-повітряних сумішей;
- налаштування алкотестера;
- повне тестування працездатності приладу.

Умови налаштування (калібрування):

- температура навколишнього повітря (20 ± 5) °С;
- відносна вологість навколишнього повітря від 30 до 80 %;
- атмосферний тиск ($101,3 \pm 4,0$) кПа

Висновок: після налаштування (калібрування) характеристики приладу відповідають нормам, наведеним в експлуатаційній документації. Детальна інформація по налаштуванню зі зворотної сторінки цього сертифікату.

Згідно з інструкцією з експлуатації даного приладу, наступне технічне обслуговування алкотестера необхідно провести не пізніше:

21.03.2026.

Число/Місяць/Рік

Технік з експлуатації та ремонту устаткування

Валерій ГЛОВАЦЬКИЙ

Директор
ТОВ "Сорбполімер-Аналітик"

Микола КОНОНОВ

Даний сертифікат має інформаційний характер, свідчить про проведення технічного обслуговування алкотестера і не є свідченням про перевірку засобу вимірювальної техніки, свідченням про метрологічну атестацію, а також не є сертифікатом калібрування згідно з вимогами ДСТУ ISO/IEC 17025.

+38 (044) 221-22-61, +38 (096) 691-05-55, +38 (095) 444-41-35

sorbpolymer.com.ua

Результат налаштування (калібрування):

Результат виміру до, ‰*:

Значення:

—

Для нових приладів – не заповнюється

Результат виміру після, ‰*:

Значення:

1.01

*Стандартний зразок розчину етилового спирту у воді ДСЗУ 022.184-2015.
Масова концентрація етанолу: 1,00‰.

Нормативна база:

На вимірювачі вмісту алкоголю в крові та повітрі, що видихається, поширюється дія **Технічного регламенту законодавчо регульованих ЗВТ**, затвердженого постановою Кабінету Міністрів України від 13.01.2016 № 94, яка набрала чинності 04.09.2016.

Суб'єкти господарювання зобов'язані своєчасно, з дотриманням встановлених міжповірочних інтервалів, подавати законодавчо регульовані ЗВТ, що перебувають в експлуатації, на періодичну перевірку. Міжповірочні інтервали законодавчо регульованих ЗВТ, що перебувають в експлуатації, за категоріями затверджено наказом Мінекономрозвитку від 13.10.2016 №1747, зареєстрованим в Мін'юсті 01.11.2016 №1417/29547 (Далі — Наказ № 1747).

Згідно з Наказом № 1747 для вимірювачів вмісту алкоголю в крові та повітрі, що видихається, міжповірочний інтервал становить 1 рік.

Користі посилання:

Технічний регламент законодавчо регульованих засобів вимірювальної техніки

Про затвердження міжповірочних інтервалів законодавчо регульованих засобів вимірювальної техніки, що перебувають в експлуатації, за категоріями



+38 (044) 221-22-61, +38 (096) 691-05-55, +38 (095) 444-41-35

sorbpolimer.com.ua