

Украина
02081, г. Киев
ул. Хоткевича Гната, 5(юр.)
02081, г. Киев
ул. Хоткевича Гната, 5 (физ.)
тел. (044) 310-05-70
код ЄДРПОУ 38833676
в АТ «Альфа-Банк»
IBAN
UA033003460000026008020702302
Плательщик единого налога
свидетельство №2651017355

Вих. № 08
від "13" вересня 2023 р.

Вх. № _____
від "_____" "_____" 2023 р.

Україна
02099, м. Київ
вул. Хоткевича Гната, 5 (юр.)
02099, м. Київ
вул. Хоткевича Гната, 5 (физ.)
тел. (044) 310-05-70
код ЄДРПОУ 38833676
в АТ «Альфа-Банк»
IBAN
UA033003460000026008020702302
Платник единого податку
свідоцтво №2651017355

Повідомляємо Вам, що лічильник води ETR може бути в варіанті без навісної пломби або паперової наклейки. А саме, пластикове кільце встановлене(замикається) методом опресування . Захисне кільце встановлене таким чином, що при спробі його демонтажу воно руйнується.

З повагою,

Директор



П.М. Манелюк

Виконавець: Тимченко А.П
(044)2077063, тел.
pochta_7@ukr.net

4.3 Вимоги щодо експлуатування

Requirements for consistent utilisation

Вимоги щодо експлуатування наведені виробником в паспорті.

5 Нагляд за приладами в експлуатації

Surveillance of instruments in service

5.1 Документація для оцінювання

Documentation of the examination

- копія сертифікату перевірки типу;
- паспорт на лічильник;
- технічна специфікація АШАЕ.407223.006TS

5.2 Ідентифікація (апаратного та програмного забезпечення)

Identification

Ідентифікація лічильника згідно з рис. 1-2 та п.7 цього сертифікату.

6 Засоби захисту

Securing measures

Передбачено 2 варіанти захисту лічильника

1 варіант: показувальний пристрій з'єднаний з корпусом лічильника та захищено від зовнішнього втручання за допомогою прозорої кришки, та пластикового захисного кільця, яке під час виробництва замикається на корпусі лічильника методом опресування. Захисне кільце встановлене таким чином, що при спробі його демонтажу на ньому залишаються видимі сліди втручання, або воно руйнується.

2 варіант: показувальний пристрій з'єднаний з корпусом лічильника та захищено від зовнішнього втручання за допомогою прозорої кришки, та пластикового захисного кільця, яке під час виробництва замикається на корпусі лічильника, та пломбується навісною пломбою або руйнівною паперовою наклейкою.

Приклади захисту наведено на рисунку 4.




Рисунок 4 – Пломбування лічильника

При випуску з виробництва лічильник пломбують навісною пломбою з відбитком тавра виробника, яка наведена на рисунку 5-а, або руйнівною паперовою наклейкою, яка наведена на